

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **11:55** horas del día **11 de febrero del 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 Numeral 1 Fracción I, Artículo 28 Numeral 4, Artículo 30 Numeral 1 Fracción I, Artículo 32 Numeral 1 y Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se reunieron los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Estado de Colima, cuyos nombres y firmas aparecen en rúbrica y al final de la presente acta, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales, en el Municipio de Colima, para llevar a cabo la **JUNTA DE ACLARACIONES** correspondiente a la Convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número **36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El acto fue presidido por la **C.P. María Susana Gallardo Gallardo**, Directora Administrativa, quien su carácter de Presidenta Suplente, dio la bienvenida a todos los presentes y solicitó a la **Licda. Ramona Esparza Magdaleno**, Secretaria Ejecutiva Suplente con voz y voto, que procediera a dar lectura de los oficios de designación de los suplentes en caso de que los hubiera, y a su vez realizar el pase de asistencia con el objeto de acreditar la presencia de los miembros, y la validez de la presente Junta de Aclaraciones.

**La Licda. Ramona Esparza Magdaleno**, Secretaria Ejecutiva Suplente, informó a la Presidenta que se encuentran presentes **cuatro** de los **siete** integrantes con voz y voto del Subcomité por lo que existe quórum legal para sesionar.

Haciendo uso de la voz, la **C.P. María Susana Gallardo Gallardo**, sometió a consideración y votación de los integrantes del Subcomité el orden del día propuesto para el desarrollo de la sesión, el cual fue aprobado de manera unánime y quedó estipulado de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día de la sesión.
3. Lectura de las precisiones realizadas por la Convocante y/o la Requierente.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
 INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
 SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

4. Lectura de las preguntas realizadas por los proveedores y las respuestas por parte de la Convocante y/o la Requirente.
5. Asuntos generales.
6. Levantamiento del Acta correspondiente a la sesión.
7. Clausura de la sesión.

Acto seguido, se le solicitó al **M.A. Juan Ramón González Fariás**, Secretario Técnico Suplente, diera lectura a las precisiones elaboradas por la Convocante y/o la Requirente. El cual hizo mención de las siguientes precisiones.

**PRECISIÓN 1.**

**DICE:**

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**

**PROPUESTA TÉCNICA**

**POR PARTIDA ÚNICA**


**AFÉRESIS A REALIZAR POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO**

<b>ANEXOTÉCNICO I</b>		
<b>PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DEL CETS Y PS DE LOS HOSPITALES DE TECOMAN Y MANZANILLO</b>		
<b>Cantidad Mínima</b>	<b>Cantidad Máxima</b>	<b>Descripción</b>
3,600	9,000	UNIDADES DE SANGRE PROCESADAS
80	200	PROCEDIMIENTO DE AFERESIS
2,000	5,000	BIOMETRIA HEMATICA DE DONADOR RECHAZADO
800	2,000	RASTREOS DE ANTICUERPOS
40	100	IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS
200	500	PRUEBAS DE FENOTIPO



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
 COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
 Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

20	50	PRUEBAS CRUZADAS
----	----	------------------

**DEBE DECIR:**

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**

PROPUESTA TÉCNICA

POR PARTIDA ÚNICA

**AFÉRESIS A REALIZAR POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO**

3

<b>ANEXOTÉCNICO I</b>		
<b>PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DEL CETS Y PS DE LOS HOSPITALES DE TECOMAN Y MANZANILLO</b>		
<i>Cantidad Mínima</i>	<i>Cantidad Máxima</i>	<i>Descripción</i>
3,280	8,200	UNIDADES DE SANGRE PROCESADAS
80	200	PROCEDIMIENTO DE AFERESIS
2,000	5,000	BIOMETRIA HEMATICA DE DONADOR RECHAZADO
800	2,000	RASTREOS DE ANTICUERPOS
40	100	IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS
200	500	PRUEBAS DE FENOTIPO
20	50	PRUEBAS CRUZADAS
3,280	8,200	GRUPO DIRECTO E INVERSO EN TARJETA DE GEL



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

*(Handwritten signatures and marks)*

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**PRECISIÓN 2.**

**DICE:**

**ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO**

**POR PARTIDA ÚNICA**

**AFÉRESIS A REALIZAR POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO**

<b>Cantidad Mínima</b>	<b>Cantidad Máxima</b>	<b>Descripción</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL MÍNIMO</b>	<b>IMPORTE TOTAL MÁXIMO</b>
3,600	9,000	UNIDADES DE SANGRE PROCESADAS			
80	200	PROCEDIMIENTO DE AFERESIS			
2,000	5,000	BIOMETRIA HEMATICA DE DONADOR RECHAZADO			
800	2,000	RASTREOS DE ANTICUERPOS			
40	100	IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS			
200	500	PRUEBAS DE FENOTIPO			
20	50	PRUEBAS CRUZADAS			
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>IVA</b>					
<b>TOTAL</b>					

**DEBE DECIR:**

**ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO**

**POR PARTIDA ÚNICA**



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

4

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**AFÉRESIS A REALIZAR POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO**

<b>Cantidad Mínima</b>	<b>Cantidad Máxima</b>	<b>Descripción</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL MÍNIMO</b>	<b>IMPORTE TOTAL MÁXIMO</b>
3,280	8,200	UNIDADES DE SANGRE PROCESADAS			
80	200	PROCEDIMIENTO DE AFERESIS			
2,000	5,000	BIOMETRIA HEMATICA DE DONADOR RECHAZADO			
800	2,000	RASTREOS DE ANTICUERPOS			
40	100	IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS			
200	500	PRUEBAS DE FENOTIPO			
20	50	PRUEBAS CRUZADAS			
3,280	8,200	GRUPO DIRECTO E INVERSO EN TARJETA DE GEL			
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>IVA</b>					
<b>TOTAL</b>					

**PRECISION 3.**

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, APARTADO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, PUNTO 22.**

**DICE:**

22.- El licitante participante deberá presentar un escrito libre, en hoja membretada de la empresa, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que, en caso de resultar adjudicado contará con control de calidad externo para inmunohematología; para banco de sangre: control de calidad externo para inmunohematología, con entregas cuatrimestral y contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación (EMA) o de carácter internacional



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

(A2LA) como proveedor de ensayos de aptitud de los programas de evaluación externa de la calidad para inmunohematología y a su vez que se encuentre acreditado bajo la norma ISO-17043 y contar con su certificado vigente esto para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012 en sus numerales 15.1.2, 15.1.3 y 15.1.4.

Evaluación externa de calidad serológica infecciosa: programa externo de calidad para las pruebas de anticuerpos ANTI VIH 1 y 2, HBSAG, ANTI HCV, ANTI TRYPANOSOMA CRUZI, ANTI TREPONEMA PALLIDUM, ANTI HBC Y ANTI CMV, las evaluaciones deberán ser cuatrimestrales, contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación (EMA) o de carácter internacional (A2LA) como proveedor de ensayos de aptitud de los programas de evaluación externa de la calidad para serología infecciosa, y a su vez que se encuentre acreditado bajo la norma ISO 17043 y que cuenten con su certificado vigente para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012 en sus numerales 15.1.2, 15.1.3 y 15.1.4.

Control de calidad externo para Hematología para banco de sangre y puestos de colecta para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM- 253-SSA1-2012 15.1.1 y 15.1.2

El proveedor deberá proporcionar un programa de control de calidad interno dentro de los primeros 7 días hábiles posteriores a la formalización del contrato, para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012-Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

**DEBE DECIR:**

22.- El licitante participante deberá presentar un escrito libre, en hoja membretada de la empresa, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que, en caso de resultar adjudicado contará con control de calidad externo para inmunohematología; para banco de sangre: control de calidad externo para inmunohematología, con entregas trimestrales y contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación (EMA) o de carácter internacional (A2LA) como proveedor de ensayos de aptitud de los programas de evaluación externa de la calidad para inmunohematología y a su vez que se encuentre acreditado bajo la norma ISO-17043 y contar con su certificado vigente esto para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012 en sus numerales 15.1.2, 15.1.3 y 15.1.4.

Evaluación externa de calidad serológica infecciosa: programa externo de calidad para las pruebas de anticuerpos ANTI VIH 1 y 2, HBSAG, ANTI HCV, ANTI TRYPANOSOMA CRUZI, ANTI TREPONEMA PALLIDUM, ANTI HBC Y ANTI CMV, las evaluaciones deberán ser trimestrales, contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación (EMA) o de carácter internacional (A2LA) como proveedor de ensayos de aptitud de los programas de evaluación externa de la calidad para serología infecciosa, y a su vez que se encuentre acredita



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

do bajo la norma ISO 17043 y que cuenten con su certificado vigente para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012 en sus numerales 15.1.2, 15.1.3 y 15.1.4.

Control de calidad externo para Hematología para banco de sangre y puestos de colecta para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM- 253-SSA1-2012 15.1.1 y 15.1.2

El proveedor deberá proporcionar un programa de control de calidad interno dentro de los primeros 7 días hábiles posteriores a la formalización del contrato, para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012-Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

**PRECISION 4.**

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, TABLA INMUNOHEMATOLOGIA II**

DICE:

<b>INMUNOHEMATOLOGIAII</b>
<b>UNIDADES QUE LO REQUIEREN: PUESTO DE COLECTA EN HOSPITAL GENERAL TECOMAN Y MANZANILLO</b>
<b>EQUIPO MANUAL</b>
<b>Centrifuga e Incubador</b>
1.- Sistema Manual para realizar Grupo Directo e Inverso, Pruebas de Compatibilidad, Fenotipo Rh, Coombs Directo, Rastreo e Identificación de Anticuerpos irregulares con tarjetas de gel
2.-Equipo manual para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti-eritrocitos, anti globulina humana directa, búsqueda e identificación automatic de anticuerpos irregulares, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel
3.- Sistema compuesto por centrífuga automatic e incubador con temperatura controlada, para centrifugación de tarjetas de gel
4.- Consumibles: tarjetas de gel reactivos y diluyentes de acuerdo con la marca y modelo



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**DEBE DECIR:**

<b>INMUNOHEMATOLOGIAII</b>
<b>UNIDADES QUE LO REQUIEREN: EN CETS</b>
<b>EQUIPOMANUAL</b>
<b>Centrifuga e Incubador</b>
<p>1.- Sistema Manual para realizar Grupo Directo e Inverso, Pruebas de Compatibilidad, Fenotipo Rh, Coombs Directo, Rastreo e Identificación de Anticuerpos irregulares con tarjetas de gel</p> <p>2.-Equipo manual para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti-eritrocitos, anti globulina humana directa, búsqueda e identificación automatic de anticuerpos irregulares, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel</p> <p>3.- Sistema compuesto por centrífuga automatic e incubador con temperatura controlada, para centrifugación de tarjetas de gel</p> <p>4.- Consumibles: tarjetas de gel reactivos y diluyentes de acuerdo con la marca y modelo</p>

8

**PRECISION 5.**

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, ANEXO V MATERIAL E INSUMOS PARA DONADOR.**

**DICE:**

**ANEXO V MATERIAL E INSUMOS PARA DONADOR.**

<b>INSUMOS NECESARIOS PARA EI DONADOR</b>	<b>POR UNIDAD</b>
BOLSA TRIPLE TOPAND BOTTOM CON CPD/SAGMANITOL CON SISTEMA PARA TOMA DE MUESTRA INTEGRADO	1
BOLSA CUÁDRUPLE TOPAND BOTTOM PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON CPD/SAGMANITOL CON SISTEMA PARA TOMA DE MUESTRA INTEGRADO O SET DE PROCESAMIENTO DE SANGRE TOTAL AUTOMATIZADO	1
BOLSA TRANSFER DE 300ML	1
BOLSA TRANSFERCUADRUPLE O QUINTUPLE PEDIÁTRICA	1



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

REACTIVO PARA BIOMETRIA HEMATICA	1
ANTISUERO ANTI A	0.05ml
TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 TAPON DORADO	2
TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (7.2 MG) TAPON MORADO.	2
ANTISUERO ANTI B	0.05ml
ANTISUERO ANTI AB	0.05ml
ANTISUERO ANTI D	0.05ml
ANTISUEROA NTIlgG(COOMBS)	0.05ml
PRUEBA PARA LA DE TERMINACION DEL VIH	1
PRUEBA PARA LA DETERMINACION DEL VCH	1
PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE Ags HB	1
PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE BRUCELLA	1
PRUEBA PARA DETERMINAR TPALLIDUM (SIFILIS)	1
PRUEBA PARA DETERMINAR TCRUZI(CHAGAS)	1
ISOPO CON CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%	1
GUANTES LATEX DESECHABLES	1
GUANTES NITRILO DESECHABLES	1



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**DEBE DECIR:**

**ANEXO V MATERIAL E INSUMOS PARA DONADOR.**

INSUMOS NECESARIOS PARA EL DONADOR	POR UNIDAD
BOLSA TRIPLE TOPAND BOTTOM CON CPD/SAGMANITOL CON SISTEMA PARA TOMA DE MUESTRA INTEGRADO	1
BOLSA CUÁDRUPLE TOPAND BOTTOM PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON CPD/SAGMANITOL CON SISTEMA PARA TOMA DE MUESTRA INTEGRADO O SET DE PROCESAMIENTO DE SANGRE TOTAL AUTOMATIZADO	1
BOLSA TRANSFER DE 300ML	1
BOLSA TRANSFERCUADRUPLE O QUINTUPLE PEDIÁTRICA	1
REACTIVO PARA BIOMETRIA HEMATICA	1
ANTISUERO ANTI A	10 ml
TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 TAPON DORADO	2
TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (7.2 MG) TAPON MORADO.	2
ANTISUERO ANTI B	10 ml
ANTISUERO ANTI AB	10 ml
ANTISUERO ANTI D	10 ml
ANTISUERO CONTROL RH	10 ml
ANTISUEROA NTI IgG(COOMBS)	10 ml
ANTISUERO ANTI C3D	3 ml
PRUEBA PARA LA DE TERMINACION DEL VIH	1

10



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

PRUEBA PARA LA DETERMINACION DEL VCH	1
PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE Ags HB	1
PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE BRUCELLA	1
PRUEBA PARA DETERMINAR TPALLIDUM (SIFILIS)	1
PRUEBA PARA DETERMINAR TCRUZI(CHAGAS)	1
ISOPO CON CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%	1
GUANTES LATEX DESECHABLES	1
GUANTES NITRILLO DESECHABLES	1

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, se informó que en la fecha y hora señaladas en la Convocatoria que emite el proceso de Licitación Pública Nacional No. 36066001-001-2025, se recibieron preguntas por parte del siguiente licitante.

**BIODIST, S.A. DE C.V.**

Dichas preguntas fueron entregadas al asesor técnico, el **Q.F.B. Sergio Alberto Ruiz Morales**, las cuales fueron contestadas en tiempo y forma, quedando las respuestas de la siguiente manera:

**LICITANTE: BIODIST, S.A. DE C.V.**

**A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.6 PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS.  ¿Es correcto entender que el ANEXO 7 solicitado en el punto 1.6 bastará con	Es correcta su apreciación, los puntos 1.6 y 3.7 de las bases de la presente licitación se cumplen presentando el anexo número 7 de las mismas.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

presentarlo en el punto 3.7 de las presentes bases?

12

**B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO</b>  <b>Numeral 1 “Carta de Apoyo”</b> Se solicita de manera atenta a la convocante; que en caso de que se difiera la fecha de presentación del presente evento, considere que se puedan presentar las Cartas de apoyo con la fecha de presentación establecida originalmente (18 de febrero de 2025). ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.
Toda vez que para este servicio, la facturación es por bolsa segura y no por reactivo o prueba, solicitamos amablemente a la convocante, nos acepte carta canje para insumos que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor a lo estipulado en bases. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Si se acepta su solicitud, se aceptará carta canje para insumos que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor a lo establecido en las bases de la licitación que nos ocupa.

Cabe señalar que el licitante **LABORATORIOS LICON, S.A.**, el día 07 de febrero del año en curso a las 13:03 horas envió un correo electrónico con el comprobante bancario, escrito de interés en participar y preguntas, sin haber anexado el comprobante expedido por la Caja de Servicios de Salud del Estado de Colima, por lo que no le fueron proporcionadas las bases de la presente licitación, ni le fueron tomadas en cuenta las preguntas presentadas, exhortándolo a que presentará el recibo de caja mencionado para poder proporcionarle las citadas bases.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El día 10 de febrero del mismo año a las 11:53 horas, el licitante mencionado envió otro correo electrónico adjuntando el recibo de Caja solicitado para el envío de bases, las cuales le fueron enviadas, y sobre las cuales no realizó pregunta alguna.

Como quinto punto del orden del día, en uso de la voz, la **C.P. María Susana Gallardo Gallardo**, preguntó si alguno de los miembros del Subcomité tenía algún asunto general a tratar, a lo que ningún integrante hizo uso de la voz.

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento del sexto punto del orden del día, la **C.P. María Susana Gallardo Gallardo**, solicitó proceder a la elaboración del Acta correspondiente a la sesión.

Se hizo de conocimiento de los presentes y de los participantes que el **Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas** se llevará a cabo el **día 18 de febrero del 2025** a las **11:00 horas** en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales del Municipio de Colima, dicho acto dará inicio puntualmente por lo que no se aceptarán propuestas después de la hora señalada en las bases de la licitación.

Para efectos de notificación de la Licitación Pública Nacional que nos ocupa, para los licitantes que no asistieron al presente Acto de Junta de Aclaraciones, y que hubieran adquirido las Bases, se les tendrá por notificados en forma personal por medio del correo electrónico que los mismos hayan proporcionado al momento de su inscripción. Sin perjuicio de lo anterior se podrá proporcionar en fotocopia a su solicitud el Acta respectiva, estando a su disposición a más tardar el día hábil siguiente de la celebración del presente Acto y hasta por el término de cinco días hábiles, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, cuya dirección se encuentra detallada en el párrafo anterior.

Sin otro asunto que tratar, como séptimo punto del orden del día, se dio por concluida la sesión de Junta de Aclaraciones, siendo las **12:11 horas** del día de su inicio, obviando la lectura de la presente Acta por instrucción de la Presidenta Suplente del Subcomité por motivo de que su contenido es de conocimiento de todos los presentes, los cuales firmarán al margen y al calce, y en caso de



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

13



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

necesitarlo, de haber recibido copia de esta Acta, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar.

**POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**PRESIDENTA SUPLENTE CON VOZ Y VOTO.**

14

*Susana Gallardo*  
**C.P. MARÍA SUSANA GALLARDO GALLARDO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

**VOCALES CON VOZ Y VOTO.**

*Ramona Esparza*  
**LICDA. RAMONA ESPARZA MAGDALENO**  
Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Secretaria Ejecutiva Suplente.

*Armando García Leyva*  
**DR. ARMANDO GARCÍA LEYVA**  
Subdirector de Atención Médica.  
Vocal Suplente.

*José Manuel Vázquez Díaz*  
**ING. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ DÍAZ**  
Subdirector de Estadística e Informática.  
Vocal Suplente.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PRESENCIAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  
INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN  
SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**ASESORES CON VOZ.**

LIC. JOSÉ CARLOS GRAGEDA RAMÍREZ  
Coordinador de Asuntos Jurídicos.

M.A. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ FARÍAS  
Jefe del Departamento  
de Adquisiciones.  
Secretario Técnico Suplente.

15

LIC. JAVIER RINCÓN RODRÍGUEZ  
Coordinador del Órgano Interno de Control.

**ASESOR TÉCNICO**

Q.F.B. SERGIO ALBERTO RUÍZ MORALES  
Encargado del Laboratorio Estatal de Transfusión Sanguínea.

**LICITANTES.**

VERÓNICA ISABEL SALDÍVAR CHÁVEZ  
BIODIST, S.A. DE C.V.

DIANA GARCÍA BADILLO  
LABORATORIOS LICON, S.A.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-001-2025 CON FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2025.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO  
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.  
Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y/O LA REQUIRENTE, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-001-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

**LICITANTE: BIODIST, S.A. DE C.V.**

**A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.6 PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS. ¿Es correcto entender que el ANEXO 7 solicitado en el punto 1.6 bastará con presentarlo en el punto 3.7 de las presentes bases?	Es correcta su apreciación, los puntos 1.6 y 3.7 de las bases de la presente licitación se cumplen presentando el anexo número 7 de las mismas.

**B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO</b> Numeral 1 “Carta de Apoyo” Se solicita de manera atenta a la convocante; que en caso de que se difiera la fecha de presentación del presente evento, considere que se puedan presentar las Cartas de apoyo con la fecha de presentación establecida originalmente (18 de febrero de 2025). ¿Se acepta nuestra propuesta?  Toda vez que para este servicio, la facturación es por bolsa segura y no por reactivo o prueba, solicitamos amablemente a la convocante, nos acepte carta canje para insumos que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor a lo estipulado en bases. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.  Si se acepta su solicitud, se aceptará carta canje para insumos que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor a lo establecido en las bases de la licitación que nos ocupa.

**ASESOR TÉCNICO**

**Q.F.B. SERGIO ALBERTO RUÍZ MORALES.**

Encargado del Laboratorio Estatal de Transfusión Sanguínea.