

/

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE ADQUISICIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL 36111002-002-16
"EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL"

ANEXO "A"

RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
3.4.2 Propuesta Técnica a) CERTIFICADO ISO 7153-1 O ASTM F899 O NORMAS INTERNACIONALES VIGENTES EQUIVALENTES. Entendemos que este exclusivamente será presentado para equipos e instrumental que aplique ya que sólo es aplicable para instrumental quirúrgico ¿Se acepta?	Es correcto, solo se solicitan las normas a los artículos aplicables.
3.4.2 Documento 17 Solicitamos a la convocante que debido a que los manuales en ocasiones llegan a tener más de 600 hojas, para agilizar el proceso de evaluación de las propuestas se permite integrar exclusivamente las hojas de los capítulos donde se referencien las características ¿Se acepta?	No se acepta, se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 1.7, que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos, instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos.
Instalación Entendemos que para los equipos Unidad radiográfico de 500 mA de cubierta desplazable se deberá entregar guía mecánica tipo con todos los valores solicitados y la adecuación que resulte necesaria para la instalación correrá a cuenta de la convocante ¿Es correcta mi apreciación?	Se deberá entregar guía mecánica tipo con todos los valores solicitados. Respecto a la adecuación que resulte necesaria para la instalación de los equipos correrá a cargo del proveedor.

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Partida 146. Ultrasonógrafo Punto 2.3 Solicitamos ala convocante de la manera más atenta que para aumentar el rango de profundidad del equipo se deba ofertar un equipo con un capacidad de recibir transductores de hasta 18 MHz o mayor ¿Se acepta?	Se acepta ofertar transductores de hasta 18 MHz o mayor como opción para el punto 2.3 de la partida 146. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 146. Ultrasonógrafo Punto 2.5 Lo solicitado corresponde a una característica muy básica en los equipos de última generación por lo que solicitamos se deba ofertar un equipo con un monitor de 17 pulgadas LCD o mayor, y para aumentar la ergonomía que deba contar con monitor touchscreen para manejo de las funciones de 8 pulgadas o mayor ¿Se acepta?	Se acepta ofertar monitor de 17 pulgadas LCD o mayor, y para aumentar la ergonomía que deba contar con monitor touchscreen para manejo de las funciones de 8 pulgadas o mayor como opción para el punto 2.5 de la partida 146. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 146. Ultrasonógrafo Punto 2.7.1 Entendemos que lo solicitado en éste punto se refiere a que cada curso es empleado para realizar una medición por lo que permite realizar varias mediciones ¿Es correcto?	Es correcto
Partida 146. Ultrasonógrafo Punto	
Partida 146. Ultrasonógrafo Punto 2.10 Consideramos que además deberá contar con una tecla que permita manejar una secuencia de funciones o MACROS para optimizar los estudios ¿Se acepta?	Se acepta ofertar con una tecla que permita manejar una secuencia de funciones o MACROS para optimizar los estudios como opción para el punto 2.10 de la partida 146. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 146. Ultrasonógrafo Punto 3.2 Ya que el equipo incluye transductor lineal entendemos que para poder contar con un equipo escalable en hardware y software el equipo deberá contar con capacidad de crecimiento a futuro de medición de la Intima media por el método de radio frecuencia ¿Se acepta?	No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 153 y Partida 156 Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Debido a que dentro de las bases no se especifica el equipo con la partida que cuenta con el digitalizador de imagen, solicitamos que nos indique que partida es la que cuenta con digitalizador de imágenes.	La partida 153 corresponde a la ficha técnica que NO contiene como accesorio el digitalizador.
Partida 153 y Partida 156 Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Debido a que dentro de las bases no se especifica el equipo con la partida que cuenta con el digitalizador de imagen, solicitamos se	Se acepta

nos acepten realizar la referencia de las preguntas con las 2 partidas hasta que se nos indique cual cuenta con el digitalizador ¿Se acepta?	
Partida 153 y Partida 156, Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Punto 2.2.4 Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba ofertar un equipo con al menos 300 KHU para no contar con tiempos de espera por el calentamiento del tubo ¿Se acepta?	Se acepta ofertar un equipo con al menos 300 KHU para no contar con tiempos de espera por el calentamiento del tubo como opción para el punto 2.2.4 de la partida 153 y 156. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 153 y Partida 156, Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Punto 2.3.2 Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba solicitar un desplazamiento de al menos 240 cm para poder contar con una cobertura del paciente mayor ¿Se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 153 y Partida 156, Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Punto 2.11 Una de las partidas no cuenta con digitalizar, sin embargo, al tratarse de un equipo análogo están solicitando Estación de adquisición. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta no s indique si el digitalizador a emplear será el mismo por los dos equipos por lo que la estación de adquisición deberá contar con protocolo Dicom para transferencia de imágenes ¿Es correcto?	Es correcto y deberá contar con protocolo DICOM para el envío de imágenes y este deberá estar liberado.
Partida 153 y Partida 156, Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Punto 2.11, 3.2, 3.6 Dentro de la descripción solicitan estación de adquisición, estación de visualización y estación de trabajo del equipo. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba ofertar exclusivamente la estación de visualización del digitalizador (Punto 3.2) y estación o consola de trabajo o post proceso (Punto 3.6) debido a que es suficiente para realizar los estudios pertinentes ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta.
Partida 153 y Partida 156, Unidad radiográfica de 500 ma cubierta desplazable Punto 3.1 Entendemos que debido a la diferencia de tecnología empleada por cada fabricante podremos ofertar tecnología equivalente ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 3.1 de la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
Partida 155. Unidad Radiológica Portátil Punto 2.1.2 Lo solicitado es muy básico por lo que solicitamos a la convocante de la manera más	Se acepta ofertar una corriente de 400 mA como opción para el punto 2.1.2 de la partida 155. Sin ser obligatorio para los demás licitantes

atenta que se deba solicitar al menos una corriente de 400 mA para mejorar la calidad de las imágenes ¿Se acepta?	hacerlo de esta manera.
Partida 155. Unidad Radiológica Portátil Punto 2.7 El objetivo de un equipo rodable es que sea ligero para fácil transportación por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba ofertar un equipo de 10 kg o menor ¿Se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 155. Unidad Radiológica Portátil Punto 2.8 Entendemos que si se ofertará un equipo sin baterías éste punto no necesita referenciación ¿Es correcto?	Es correcto, siempre y cuando la tecnología del equipo no requiera de baterías para su funcionamiento.
Partida 155. Unidad Radiológica Portátil Punto 2.10 Solicitamos a la convocante en pro de la libre participación se nos acepte ofertar debido a que es indispensable que exista alguien no muy retirado del lugar de exposición se nos permita ofertar control o comando de 2 pasos para exposición con un cable de 4 metros ¿Se acepta?	Se acepta ofertar sistema alambico para el control remoto del disparador.

SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
DE CARÁCTER TÉCNICO

Número de pregunta	Partida Punto Bases y/o de	PREGUNTA	RESPUESTA
1)	1.7 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS,	Dado que el tamaño de nuestros anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos son demasiado extensos, solicitamos a la convocante nos permita solo entregar las páginas	No se acepta, se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, según el numeral 1.7, que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos, instructivos y manuales todos ellos del

<p> ASÍ COMO EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN: EN CASO DE QUE LOS BIENES REQUIERAN DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGO S Y/O FOTOGRAFÍ AS, INSTRUCTIV OS O MANUALES DE USO PARA CORROBOR AR LAS ESPECIFICA CIONES, CARACTERÍ STICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARS E EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE VENIR EN IDIOMA INGLÉS, DEBERÁ PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, Y EN CASO DE VENIR EN UN IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS, LA </p>	<p> que hacen referencia a los puntos de la partida y así evitar el gran tamaño de los archivos por publicar o entregar. Y en caso de ser adjudicados nos comprometemos a entregar la información usada de forma completa e integra. ¿Se acepta? </p>	<p> fabricante serán completos. </p>
---	--	--

	TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, DEBERÁ REALIZARSE POR UN PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO.		
2)	Partida 160	DICE: "2.3 Controles y rangos" PREGUNTA: ¿Se solicita a la convocante que el ventilador tenga el sistema de regulación de FiO2 automática ya integrado en el equipo (no opcional) esto como una herramienta para el cuidado del recién nacido y el manejo óptimo de la saturación de oxígeno en el paciente, se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
3)	Partida 160	DICE: "2.5 Parámetros de monitorización, desplegables en pantalla" PREGUNTA: ¿Se solicita a la convocante que sea como requisito en el equipo tenga capacidad opcional de medición de capnografía del tipo volumétrica de forma interconstruida (no con dispositivos alternos) comprobable en manual para una ventilación más eficiente basada en objetivos de ventilación, se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
4)	Partida 160	DICE: "2.7.11 Autogenerador de aire grado medico" PREGUNTA: Debemos entender que el autogenerador debe ser interconstruido en el sistema neumático del equipo y no como un módulo que se coloca anexo, ¿Esto es correcto?	Se acepta su propuesta, el generador de aire deberá ser interconstruido en el sistema neumático del equipo.

5)	Partida 157	DICE: "2.5.23 Medición de CO2" PREGUNTA: ¿Se solicita a la convocante que sea como requisito en el equipo tenga capacidad Medición de capnografía del tipo volumétrica de forma interconstruida (no con dispositivos alternos) comprobable en manual para una ventilación más eficiente basada en objetivos de ventilación, se acepta?	La característica que se requiere está señalada en el punto 2.7.12 Capnografointerconstruido al equipo.
6)	Partida 157	DICE: "4.4 Líneas de muestreo para capnografía" PREGUNTA: ¿Se solicita a la convocante aclarar este punto debido a que los ventiladores manejan capnografía medida por medio de la técnica de flujo principal(mainstream) la cual utiliza adaptadores de vía aérea, entonces serían estos por líneas de muestreo. Se acepta la pregunta?	Deberá entregar el consumible que requiera la tecnología que oferte, (mainstream o sidestream).
7)	Partida 36	Dice: "2.3.1 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo a color tecnología LCD o TFT o tecnología superior." PREGUNTA: ¿Se solicita a la convocante que se permita oferta una pantalla de 12" tipo amoled con 6 curvas de alta definición se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
8)	Partida 38	Dice: "2.3.1 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo a color tecnología LCD o TFT o tecnología superior." PREGUNTA:	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.

		¿Se solicita a la convocante que se permita oferta una pantalla de 12" tipo amoled con 6 curvas de alta definición se acepta?	
9)	Partida 39	Dice: "2.3.1 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como minimo a color tecnologia LCD o TFT o tecnologia superior." PREGUNTA: ¿Se solicita a la convocante que se permita oferta una pantalla de 12" tipo amoled con 6 curvas de alta definición se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.

ASESORÍA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta, nos pueda entregar el formato de los anexos en archivo Word para facilitar su llenado y entrega en la propuesta técnica, económica y complementaria.	Se subirá en formato WORD las bases de la presente licitación en el sistema COMPRANET, en la página de internet http://www.compranetfuncionpublica.gob.mx
Punto 3.4.2 PROPUESTA TECNICA Documento 17. Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta que en caso de requerir manuales para su referenciación de las partidas propuestas, nos permita entregar la portada, índice, las hojas donde se referencia el punto correspondiente, esto con el fin de no entregar manuales completos pues en muchas ocasiones son muy extensos, además de entregar en forma digital para su verificación, se acepta?	No es correcto, se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos, que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos.
Punto 3.4.2 PROPUESTA TECNICA CAPACITACION. Entendemos que la carta compromiso de	Es correcto.

capacitación, calendario de capacitación, se entregará exclusivamente en caso de resultar adjudicado, es esto correcto?	
Punto 3.4.2 PROPUESTA TECNICA MANTENIMIENTO. Debemos entender que el mantenimiento correctivo solo aplicará sin costo de refacciones en el supuesto de que el equipo presente fallas propias del equipo (por garantía), y no por el mal uso u operación del mismo; de lo contrario al dictaminarse una mala operación del área usuaria, el costo del del servicio y refacciones lo absorberá el hospital, es esto correcto?	Es correcto.
Punto 3.6.2 Apertura de propuestas técnicas y Económicas Se le solicita a la convocante de la manera más atenta indique si van a recibir propuestas enviadas mediante servicio de mensajería privada (DHL, Estafeta, UPS, ETC). Siempre y cuando las reciban previo a la fecha y hora establecida.	Si se recibirán, siempre y cuando se reciban en la fecha y hora establecida en las bases.
Punto 3.6.2 Apertura de propuestas técnicas y Económicas Favor de aclarar si, en el caso de no incluir la identificación original vigente en el sobre que contenga la propuesta Técnica tal como se solicita en el Documento 2 "Original y copia de identificación...", no será motivo de descalificación ya que están solicitando que se muestre la identificación original para la firma de registro de asistencia.	El documento 2 al que hace referencia, se solicita en el apartado de documentación complementaria y no como parte de la propuesta técnica.

CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Partida 27. Punto 2.4 Se le recomienda a la solicitante que el registrador imprima un canal de Toco para gemelos, y dos canales de Cardioparaen caso de Gemelos, se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 27. Punto 2.5. Comprendemos que el equipo deberá contar con función de auto impresión en diferentes intervalos de tiempo, es esto correcto?	El equipo deberá contar con dos velocidades, como mínimo, dentro del rango 1 a 3 cm./min.
Partida 27. Punto 2.7 Comprendemos que el despliegue en pantalla, deberá de ser en	El equipo deberá contar con despliegue numérico en pantalla, las características de la pantalla dependerán del diseño de cada uno de los

display de cuando menos 7" a color, es esto correcto?	fabricantes.
Partida 27. Punto 2.7.2 Comprendemos que tanto en pantalla como en impresión térmica, deberá desplegar las gráficas de la actividad uterina y su valor numérico, es esto correcto?	Se ratifica lo contenido en los puntos 2.7.2, 2.7.2.1 y 2.7.2.2: 2.7.2 En pantalla y papel de la actividad uterina con registro de: 2.7.2.1 Detección de movimiento fetal en forma manual y automática: 2.7.2.2 Fecha y hora.
Partida 27. Punto 2.8 Para garantizar la compatibilidad con el equipo, se sugiere que el estimulador deba de ser de la misma marca que el cardiotocógrafo, se acepta?	Se acepta ofertar estimulador de la misma marca que el cardiotocógrafo como opción para el punto 2.8 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 27. Punto 2.10. Comprendemos como interfaces que el equipo deberá contar con puerto RS232, USB y tecnología Bluetooth, es esto correcto?	El equipo deberá contar con Interface para monitores y otros sistemas de información, que pueden ser RS232, USB, BT o la tecnología diseñada por el fabricante para cumplir con este requisito.
Partida 27. Punto 3.3. Entendemos que el carro de transporte deberá de ser de la misma marca del equipo de cardiotocografía, es esto correcto?	Se acepta ofertar carro de transporte de la misma marca del equipo como opción para el punto 3.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 27. Punto 3.3. Se le sugiere a la convocante que el carro deba contar con canasta para la guarda de los accesorios y consumibles, además de ser pentapié, es esto correcto?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 27. Sin número: Debemos entender que el equipo deberá de funcionar con alimentación de 127V/60Hz, y batería interconstruida. Es esto correcto?	Es correcta.
Partida 71. Punto 2.3.1 Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que el equipo deba tener un rango de medición de 50 o menor a 240 o mayor pulsos por minuto, se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 71. Punto 2.4.2 Comprendemos que la batería deberá garantizar una operación mínima de 360 minutos o 6 horas, es esto correcto?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 89.	No se acepta. Lo requerido por la convocante se

<p>Punto 2.3. Con el fin de adquirir un equipo de mejor desempeño, se le sugiere a la convocante que la intensidad de la lámpara a medio metro deba de ser de cuando menos 50,000 luxes o mayor y 25,000 luxes a 1 metro de distancia, se acepta?</p>	<p>encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>
<p>Partida 89. Punto 2.8. Comprendemos que el diámetro de iluminación variable va en función de la distancia de colocación de la lámpara, es esto correcto?</p>	<p>No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>
<p>Partida 89. Punto 2.8. Se le solicita a la convocante nos permita ofertar una variación del diámetro de iluminación con características superiores a nivel tecnológico a las solicitadas, se acepta?</p>	<p>No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>
<p>Partida 89. Sin Número: Comprendemos que el equipo deberá garantizar un índice de reproducción cromática del 93% o superior, es esto correcto?</p>	<p>No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>
<p>Partida 91. Punto 2.1. Dado el avance tecnológico y el actual uso de la tecnología LED en prácticamente todos los sistemas de iluminación, siendo no la excepción para Fototerapias, se le solicita a la convocante de la manera mas atenta nos permita ofertar Lámpara de iluminación LED, que inclusive ofrece una efectividad mejor en el tratamiento sin tener que emitir una potencia tan alta como se solicita, esto permite tener los beneficios de la Fototerapia en disminución de los índices de bilirrubina sin exponer al recién nacido a una potencia tan alta (150 Watts), se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta tecnología LED como opción para el punto 2.1 de la partida 91. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>Partida 91. Punto 2.1. Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que la potencia máxima de Fototerapia no rebase los 100 mW/cm2, ya que con la incursión de la tecnología LED en el tratamiento de la bilirrubina, los beneficios a menor intensidad son los mismos, se acepta?</p>	<p>No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>
<p>Partida 91.</p>	

Punto 2.2. Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que la vida media de operación sea de cuando menos 20,000 horas, se acepta?	En caso de ofertar tecnología LED, se acepta que la vida media de operación sea de cuando menos 20,000 horas como opción para el punto 2.2 de la partida 91. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 91. Punto 2.8: Comprendemos que el equipo deberá desplegar, las horas de uso totales del uso lámpara, tiempo de fototerapia, y Timer, es esto correcto?	Deberá desplegar como mínimo las horas de uso totales de la lámpara.
Partida 91. Punto 3.1. Se le solicita a la convocante, que en caso de ofertar tecnología de LED, este punto quede como opcional, se acepta?	Se acepta, solo para el caso de que se oferte tecnología LED.
Partida 92. Punto 2.4.1. Comprendemos que las lámparas deberán de garantizar una iluminación libre de sombras, obteniendo la iluminación ideal en cualquier situación, sin necesidad de sensores ni ajustes automáticos de los valores luminicos, es esto correcto?	Las lámparas deberán garantizar de acuerdo al diseño del fabricante, que la luz sea libre de sombras a la interposición de cuerpos.
Partida 92. Punto 2.3.3: Debemos entender que el sistema de brazos articulados deben permitir la capacidad de incorporar mas brazos a futuro, en caso de requerir montar cámaras, monitores, es esto correcto?	No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 92. Punto 2.4.2 Entendemos que el LED Blanco deberá estar ensamblado en reflectores de aluminio de alto brillo, es esto correcto?	Se acepta base de aluminio de alto brillo como opción para el punto 2.4.2.2 de la partida 92. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 92. Punto 2.4.2.3 Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que el tiempo de vida útil deba ser de cuando menos 50,000 horas o mayor, se acepta?	Se acepta que el tiempo de vida útil de 50,000 horas como opción para el punto 2.4.2.3 de la partida 92. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 92. Punto 2.4.4 Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que el índice de reproducción cromática deba de ser no menor a 96%, se acepta?	Se acepta índice de rendimiento de color de 96% como opción para el punto 2.4.4 de la partida 92. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 92. Punto 2.4.5.1 Siendo que son equipos que serán utilizados en quirófanos de unidades de segundo y tercer nivel, y	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es

que la demanda de especialidades en este nivel de quirófanos requiere de mejor tecnología y herramientas de iluminación, comprendemos que el equipo deberá de contar con ajuste electrónico del diámetro de iluminación de 19 cm o menor a 28 cm o mayor, es esto correcto?	requerida para la Convocante.
Partida 92. Punto 2.4.5.1. Comprendemos que la lámpara deberá de ajustar el diámetro de iluminación por luminaria de manera electrónica mediante el mango y mediante el control de operación, es esto correcto?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 92. Punto 2.4.7. Comprendemos que las dos luminarias deberán de contar con ajuste electrónico desde 42,000 luxes o menor a 140,000 luxes o 160,000 luxes o mayor, emitida a 1 metro de distancia, es esto correcto?	Se acepta ofertar ajuste electrónico desde 42,000 luxes o menor a 140,000 luxes o 160,000 luxes o mayor, emitida a 1 metro de distancia como opción para el punto 2.4.7 de la partida 92. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 92. Punto 2.4.7. Dado que la intensidad de iluminación es crucial para la determinación de tejidos, comprendemos que las lámparas solicitadas deberán de contar con regulación electrónica de la intensidad luminosa, y no deberán de contar con solo una intensidad luminosa fija, es esto correcto?	Remitirse a la respuesta anterior.
Partida 92. Punto 2.4.7 Entendemos que las dos luminarias deberán de ser ofertadas con la misma capacidad de regulación de intensidad luminosa , es esto correcto?	Es correcto
Partida 92. Punto 2.4.9. Comprendemos que el panel de control deberá de ser localizado en el cabezal de la lámpara es esto correcto?	Es correcto
Partida 92. Punto 2.4.9. Comprendemos que la lámpara deberá contar con la posibilidad a futuro de incluir panel de control en muro, es esto correcto?	Es correcto
Partida 92. Punto 2.4.9. Comprendemos que el panel de control deberá de contar con: Encendido/apagado, Control de aumento y disminución de intensidad luminosa, Control de ajuste de diámetro de	No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.

iluminación, control para encendido/apagado de iluminación para procedimientos endoscópicos, es esto correcto?	
Partida 92. Punto 2.4.10 Comprendemos que el cabezal deberá de contar con vidrio de seguridad templado y resistente a los rasguños para una transparencia luminica óptima, es esto correcto?	Las características de seguridad dependerán del diseño de cada fabricante, cumpliendo como mínimo con lo solicitado en el punto 2.4.10 de la ficha técnica de la partida 92.
Partida 92 Sin número: Sele solicita la convocante de la manera mas atenta nos proporcione la información de: Altura Piso-Loza Altura Piso-Plafón (ó en su defecto altura del claro de loza a plafón)	Esta pregunta se aclarará en la visita a las instalaciones.
Partida 93. Punto 2.3.2 Entendemos que el LED Blanco deberá estar ensamblado en reflectores de aluminio de alto brillo, es esto correcto?	Se acepta base de aluminio de alto brillo como opción para el punto 2.3.2 de la partida 93. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 93. Punto 2.3.2.3 Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que la vida útil de los LEDS sea no menor a 50,000 horas, se acepta?	Se acepta que el tiempo de vida útil de 50,000 horas como opción para el punto 2.3.2.3 de la partida 93. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 93. Punto 2.3.4. Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que el índice de reproducción cromática no deba ser menor al 96%, se acepta?	Se acepta índice de rendimiento de color de 96% como opción para el punto 2.3.4 de la partida 93. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 93. Punto 2.3.5.1, Se le solicita a la convocante de la manera más atenta que nos permita ofertar un diámetro de iluminación de 17 cm o superior, se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.
Partida 93. Punto 2.3.3 Debemos entender que los brazos articulados deberán de permitir la incorporación de mas brazos a futuro en caso de que se requiera montar cámaras, monitores de grado médico, sin la necesidad de hacer cambio de sistemas, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.1 Comprendemos que las lámparas deberán de garantizar una iluminación libre de sombras, obteniendo la iluminación ideal en cualquier situación, sin necesidad de sensores ni	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.

ajustes automáticos de los valores luminicos, es esto correcto?	
Partida 93. Punto 2.4.2 Entendemos que el LED Blanco deberá estar ensamblado en reflectores de aluminio de alto brillo, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.3.2 Se le sugiere a la convocante que la vida útil de los LEDS deba de ser no menor a 50 mil horas, se acepta?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93 Punto 2.4.4 Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que las lámparas deban de contar con un mínimo de 96% de índice de reproducción cromática, se acepta?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93 Punto 2.4.5.1 Comprendemos que las lámparas deberán de regular el diámetro de iluminación desde 19 cm o menor a 28 cm o mayor es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.5.1 Entendemos que la lámpara deberá de regular el diámetro de iluminación mediante mecanismo electrónico, desde el mango de la lámpara y mediante el mando de control, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.5.1 Dado que son lámparas quirúrgicas para hospitales de segundo y tercer nivel, no se podrán ofertar lámparas de diámetro de iluminación fijo, ya que estos no ofrecen las características técnicas para procedimientos quirúrgicos con demanda de tecnología superior, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.7. Comprendemos que cada deberán de regular la intensidad luminosa electrónicamente desde 42,000 luxes o menor a 140, 000 luxes o 160 000 luxes, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.7 Favor de aclarar si la convocante permitirá que se oferten	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada

lámparas con intensidad luminosa, sin la capacidad de regular su intensidad luminosa.	con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.9 Comprendemos que el panel de control deberá de estar localizado en la luminaria, y deberá tener capacidad a futuro de incorporar panel de control de muro, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.9 Comprendemos que el panel de control deberá de contar con: Control de encendido/apagado, regulación de aumento y disminución de la intensidad luminosa, Aumento y disminución del diámetro de campo de iluminación, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.9 Se le sugiera a la convocante que las lámparas deban de contar con control para iluminación específica de procedimientos laparoscópicos, se acepta?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93. Punto 2.4.10. Comprendemos que el cabezal deberá de contar con vidrio de seguridad templado y resistente a los rasguños para una transparencia luminica óptima, es esto correcto?	No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.
Partida 93 Sin número: Sele solicita la convocante de la manera mas atenta nos proporcione la información de: Altura Piso-Loza Altura Piso-Plafón (ó en su defecto altura del claro de loza a plafón)	Esta pregunta se aclarará en la visita a las instalaciones.
Partida 105. Punto 3. Entendemos como tres secciones las siguientes: Dorso, Pélvica y apoyo para piernas deslizable, es esto correcto?	Se refiere a dorso, pélvica y piernas.
Partida 105. Punto 3.1.1 Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta que el tipo de abatimiento deba ser mediante suspensión de gas ó neumático, esto permite un mejor control del posicionamiento del paciente y con mayor seguridad, se acepta?	Se acepta ofertar que el tipo de abatimiento deba ser mediante suspensión de gas ó neumático como opción para el punto 3.1.1 de la partida 105. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 105. Punto 3.3.1 Se le sugiere a la convocante que deba de ser deslizable,	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo.

ya que de esta manera no interfiere en los procedimientos de auscultación del paciente, se acepta?	
Partida 105. Punto 4. Comprendemos que la superficie (colchón) deberá de ser removible y sin costuras para su fácil limpieza, es esto correcto?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo.
Partida 105. Punto 6. Se le recomienda ala convocante que la mesa deba contar con dos cajones laterales de total extensión deslizables mediante rodamientos y dos cajones frontales deslizantes mediante rodamientos, se acepta?	No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo.
Partida 105. Punto 7. Comprendemos que el banco deberá de ser deslizante, oculto en la parte frontal de la mesa, y deberá de ser de 7" (17.8 cm) de altura, con cubierta anti resbalante, es esto correcto?	Se acepta ofertar este diseño como opción para el punto 3.1.1 de la partida 105. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 110 Punto 2.3. Se le sugiere a la convocante de la manera mas atenta, considerando que México está dentro de los tres países a nivel mundial con mayor índice de sobrepeso, que la mesa deba de soportar cuando menos 250 Kg de peso, se acepta?	Se acepta ofertar este diseño como opción para el punto 2.3 de la partida 110. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 110 Punto 2.9.1 Comprendemos que deberá permitir el accesos a equipos de Rayos X, incluyendo Brazo en C, en toda la extensión de la mesa, es esto correcto?	Deberá permitir el acceso en todas sus secciones, tal como se establece en el punto 2.9 de la ficha técnica.
Partida 110. Punto 2.12 Debemos entender que el sistema de emergencia se refiere a que el equipo deberá tener la capacidad de movimientos manuales o mecánicos en caso de alguna falla, es esto correcto?	Se refiere a que el equipo en caso de falla eléctrica pueda ser manipulado de manera manual en todas sus posiciones.

CASA PLARRE, S.A.DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PUNTO 3.4.3.- PROPUESTA ECONOMICA: LA(S) PROPUESTA(S) ECONOMICA(S) DEBERA(N) CONTENER LO SIGUIENTE: DOCUMENTO 18.- EN CARPETA ENGARGOLADA CON NOMBRE DEL LICITANTE SE PRESENTARA LA PROPUESTA ORIGINAL DEL MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DE ACUERDO AL ANEXO 11 (ANOTANDO A RENGLON SEGUIDO CADA PARTIDA). DUDA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN ESTE FORMATO SE DEBE PRESENTAR POR PARTIDA CON UNA BREVE DESCRIPCION DE LOS BIENES OFERTADOS, INDICANDO UNICAMENTE LAS PARTIDAS EN QUE VAMOS A PARTICIPAR, ES CORRECTO?</p>	<p>Si es correcto.</p>
<p>PUNTO 3.4.3.- PROPUESTA ECONOMICA: LA(S) PROPUESTA(S) ECONOMICA(S) DEBERA(N) CONTENER LO SIGUIENTE: DOCUMENTO 18.- EN CARPETA ENGARGOLADA CON NOMBRE DEL LICITANTE SE PRESENTARA LA PROPUESTA ORIGINAL DEL MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DE ACUERDO AL ANEXO 11 (ANOTANDO A RENGLON SEGUIDO CADA PARTIDA). DOCUMENTO 19.- ORIGINAL DEL FORMATO DEL RESUMEN DE PROPUESTA ECONÓMICA, ANEXO 11-A, DEBIDAMENTE REQUISITADO Y CON SELLO DEL LICITANTE. DUDA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN ESTE FORMATO SE DEBE PRESENTAR A RENGLON SEGUIDO, INDICANDO UNICAMENTE LAS PARTIDAS EN QUE VAMOS A PARTICIPAR, ES CORRECTO?</p>	<p>Es correcto.</p>
<p>PUNTO 3.4 DOCUMENTO 3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EN DICHA ACTA SE DEBERA DE MANIFESTAR QUE EL REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON</p>	<p>Deberá señalarse que el representante legal cuenta con facultades suficientes para suscribir las propuestas.</p>

PODERES DE ADMINISTRACION O BASTARA CON QUE CUENTE CON UN PODER ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN DICHOS ACTOS.	
PUNTO 3.4 DOCUMENTO 10 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EN CASO DE QUE LO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL NO APLIQUE, BASTARA CON PRESENTAR CARTA MANIFESTANDOLO.	Deberá presentar el Documento 10, (de conformidad con el Anexo 10 de las bases), señalando en su caso lo que aplique a su representada.
PUNTO 3.4 ENTREGA DE DOCUMENTACION SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA DOCUMENTACION SOLICITADA SE PODRA ENTREGAR EN CARPETAS DE 3 ARILLOS EN EL ORDEN SOLICITADO EN DICHO NUMERAL.	Si se acepta.
PUNTO 3.4.2 DOCUMENTO 11 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA PROPUESTA TECNICA SE PODRA ENTREGAR EN CARPETA DE 3 ARILLOS	Si se acepta.
PUNTO 3.4.3 DOCUMENTO 18 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA PROPUESTA ECONOMICA SE PODRA ENTREGAR EN CARPETA DE 3 ARILLOS	Si se acepta.
PUNTO 3.4.2 DOCUMENTO 11 SEÑALAN QUE EN EL ANEXO 2 SE DEBEN ANOTAR LAS PARTIDAS EN FORMA CONTINUA. ENTENDEMOS QUE SE PERMITE PRESENTAR EL ANEXO 2 ANOTANDO UNICAMENTE AQUELLAS PARTIDAS QUE SEAN DEL INTERES DE MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?	En el Anexo 2, deberá presentar partida por hoja, anotando únicamente aquellas partidas que pretende ofertar. con su descripción completa Se podrán relacionar las partidas en forma continua en el Anexo 2-A, que incluya el nombre del bien que oferta.
PUNTO 3.4.2 DOCUMENTO 11, DOCUMENTOS DE CALIDAD ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADOS ISO, ETC.) MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO 11, COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TECNICAS DEL ANEXO 1, BASTA CON PRESENTAR UN SOLO JUEGO DE DICHOS	Es correcto.

CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA CADA PARTIDA OFERTADA. ¿ES CORRECTO?	
PUNTO 3.4.2 DOCUMENTO 12 ASUMIMOS QUE SE ACEPTA PRESENTAR EL DOCUMENTO 12 CONFORME AL ANEXO 2-A, UNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS DEL INTERES DE MI REPRESENTADA, A RENGLON SEGUIDO. ¿ES CORRECTO?	Es correcto.
PUNTO 3.4.2 DOCUMENTO 17 DEBIDO A QUE LOS MANUALES TECNICOS PUEDEN CONTENER MAS DE 300 PAGINAS, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE PERMITA PRESENTAR DE FORMA IMPRESA SOLO LAS PAGINAS NECESARIAS PARA REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS DE CADA PARTIDA, ADEMAS DE PRESENTAR DE FORMA ELECTRONICA (EN CD O USB) LOS MANUALES COMPLETOS PARA QUE SE CORROBOREN LAS PAGINAS UTILIZADAS. LO ANTERIOR PARA FAVORECER AGILIZAR LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y TAMBIEN CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE AL SOLO IMPRIMIR LAS PAGINAS REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA?	No se acepta, se requiere para corroborar las especificaciones y características de los equipos que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y fotografías, instructivos y manuales del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información, en tal contexto se deberá entender que los folletos, catálogos instructivos y manuales todos ellos del fabricante serán completos e impresos.

B).- DE CARÁCTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PUNTO 3.4.2 INSTALACION, GUIAS MECANICAS ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDAS DE LAMPARAS QUIRURGICAS Y UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA, EL HOSPITAL PROPORCIONARA LOS SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE (EN CASO DE REQUERIRSE) A PIE DE SALA, CONFORME A LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA GUIA MECANICA DE INSTALACION PRESENTADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?	Es correcto, aclarando además que todas las instalaciones eléctricas especiales y trabajo de obra civil que requiere el equipo correrán por cuenta del licitante adjudicado.
PUNTO 3.4.2 CAPACITACION	Es correcto, pero deberá incluirse la leyenda

<p>ASUMIMOS QUE SE ACEPTARA PRESENTAR CARTA EN FORMATO LIBRE MANIFESTANDO EL COMPROMISO BAJO PROTESTA QUE SE REALIZARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO SOBRE EL USO Y APLICACIONES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>"bajo protesta de decir verdad".</p>
<p>MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA PUNTO 3.1.9 DADO QUE LAS PLACAS EN LA MESA SON RADIOLÚCIDAS EN TODAS LAS SECCIONES, PERMITIENDO ASÍ LA UTILIZACIÓN DEL INTENSIFICADOR DE IMAGEN DEL ARCO EN C, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CHAROLA PORTACHASIS DE MANERA OPCIONAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta poner como opcional charola portachasis siempre y cuando la mesa en todas sus secciones sea radiotransparente sin utilizar acrílico.</p>
<p>UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL SIN PUNTO DADO QUE EN LA ACTUALIDAD LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE RADIOGRAFÍA MÓVILES CUENTAN CON BATERÍAS DE RESPALDO QUE HACEN QUE SE INCREMENTAN EL PESO DEL SISTEMA, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE CONSIDERE SOLICITAR EQUIPO CON DESPLAZAMIENTO ASISTIDO POR MOTOR QUE HACE MUCHO MÁS SENCILLA LA MOVILIDAD DENTRO DE LAS ÁREAS MÉDICAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>
<p>UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL SIN PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EN LA ACTUALIDAD LA TENDENCIA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS POR TECNOLOGÍA DR VA EN AUMENTO, POR TAL MOTIVO SE SUGIERE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA ÚNICA FINALIDAD DE OFERTAR LA TECNOLOGÍA</p>	<p>No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la Convocante.</p>

MÁS ACTUAL, SOLICITE LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN A EQUIPO DIGITAL CON TECNOLOGÍA DR (DETECTOR PLANO) INALÁMBRICO Y PANTALLA SENSIBLE AL TACTO INTERCONSTRUIDA. ¿SE ACEPTA?	
UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE SIN PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS ACLARE SI SON 2 PARTIDAS DIFERENTES CON ESTA MISMA DESCRIPCIÓN O HUBO ERROR DE DUPLICIDAD EN LOS ARCHIVOS DE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS, ESTO DERIVADO TAMBIÉN DE QUE UNA DE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRA INCOMPLETA. FAVOR DE ACLARAR.	Son dos partidas con descripción diferente, la partida 153 corresponde al archivo "unidad radio 500 mA" y la partida 156 corresponde al archivo "Unidad RX 500 mA."
UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE PUNTO 2.11 ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE REFIERE AL EQUIPO DE RAYOS X Y NO DIRECTAMENTE AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIGITALES, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR "ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN" COMO "CONSOLA O PANEL DE CONTROL" QUE PERMITE AJUSTAR Y VISUALIZAR LOS PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN (KV, MA, MAS, SEG). ¿SE ACEPTA?	Podrá omitir el punto 2.11, ya que es una característica que no corresponde al equipo solicitado.
UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE PUNTO 2.11.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 2.11.1 COMO "PANTALLA LEO DIGITAL CONVENIENTE PARA OPERAR EL SISTEMA EN AMBIENTES OSCUROS Y QUE PROVEE INFORMACIÓN CONFIGURACIONES Y MENSAJES" QUE PERMITE VISUALIZAR LOS PARÁMETROS	Podrá omitir el punto 2.11.1, ya que es una característica que no corresponde al equipo solicitado.

DE EXPOSICIÓN (KV, MA, MAS, SEG). ¿SE ACEPTA?	
UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE PUNTO 2.11.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO 2.11.2 COMO "MEMORIA QUE PERMITE PROGRAMAR LAS TÉCNICAS MÁS USADAS COMÚNMENTE" YA QUE EN ESTA CONSOLA NO SE ALMACENAN LAS IMÁGENES, SINO EN LA CONSOLA LECTORA DE LOS CHASIS DE FOSFORO. ¿SE ACEPTA?	Podrá omitir el punto 2.11.2, ya que es una característica que no corresponde al equipo solicitado.
UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE PUNTO 2.11.2 ENTENDEMOS QUE EL TAMAÑO DE LA IMAGEN ADQUIRIDA INFLUYE EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTACIÓN Y DADO QUE NO ESPECIFICAN EL TAMAÑO DE IMAGEN ALMACENADA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 4000 IMÁGENES PARA EL TAMAÑO MÁS GRANDE DE 14 X 17 PULGADAS. ¿SE ACEPTA?	Podrá omitir el punto 2.11.2, ya que es una característica que no corresponde al equipo solicitado.
UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE PUNTO 2.11.2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SOFTWARE QUE PERMITA APLICAR EL STITCHING CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE DENSIDAD EN CADA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	Podrá omitir el punto 2.11.2, ya que es una característica que no corresponde al equipo solicitado.

CONSORCIO HERMES, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
Dando cumplimiento a lo solicitado en las Bases de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 36111002-002-16 En el numeral 3.5 Junta de Aclaraciones, Consorcio Hermes formula la siguiente: PREGUNTA 1. PARTIDA 155 Solicitamos a la convocante nos permita referenciar el punto con una unidad móvil que permite los movimientos de: rotación, extensión/contracción y movimientos de subida y bajada, se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
Dando cumplimiento a lo solicitado en las Bases de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 36111002-002-16 en el numeral 3.5 Junta de Aclaraciones, Consorcio Hermes formula la siguiente: PREGUNTA 2. PARTIDA 155 Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto de forma gráfica, se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
Dando cumplimiento a lo solicitado en las Bases de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 36111002-002-16 en el numeral 3.5 Junta de Aclaraciones, Consorcio Hermes formula la siguiente: PREGUNTA 3. PARTIDA 155 Solicitamos a la convocante nos permita referenciar el punto con una unidad móvil que permite los movimientos de: rotación, extensión/contracción y movimientos de subida y bajada, se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
Dando cumplimiento a lo solicitado en las Bases de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 36111002-002-16 en el numeral 3.5 Junta de Aclaraciones, Consorcio Hermes formula la siguiente: PARTIDA 155 PREGUNTA 4: Solicitamos a la convocante con una altura del punto focal superior de 2010mm, se acepta?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
Dando cumplimiento a lo solicitado en las Bases de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 36111002-002-16 en el numeral 3.5 Junta de Aclaraciones,	Es correcta su apreciación, queda libre a elegir ofertar con o sin baterías, en apego al punto 2.8 de la ficha técnica.

Consortio Hermes formula la siguiente:
PARIDA 155
PREGUNTA 5:
Entendemos que la convocante está haciendo referencia a la capacidad del equipo de funcionar con baterías recargables permite al usuario transportar el sistema a cualquier ubicación de un hospital, es correcta nuestra apreciación

DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- PUNTO 3.4 DOCUMENTO 10-A. DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SE PRESENTARA DE ACUERDO AL ANEXO 20 DE LAS BASES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcto.
2.- PUNTO 3.4.3 DOCUMENTO 18. DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL APARTADO DE DESCRIPCION SE ANOTARA UNICAMENTE EL NOMBRE GENERICO DEL BIEN, ES ESTO CORRECTO?	No es correcto, deberá incluir la descripción completa del bien que oferta.

B).- DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
3.- PARTIDA NO.84 INCUBADORA DE TRASLADO SIN PUNTO DE REFERENCIA.-SE DEBE ENTENDER QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, ES ESTO CORRECTO?	Es correcta su apreciación.
4.- PARTIDA NO.84 INCUBADORA DE TRASLADO SIN PUNTO DE REFERENCIA.-SERA NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTE CON CONTROL DE OXIGENO SERVOCONTROLADO AL INTERIOR DE LA CAMARA CON RANGO DE 21% A 65% E INCREMENTOS DEL 1%, ES ESTO CORRECTO?	Se acepta como opción a la ficha técnica ofertar equipo con control de oxígeno servocontrolado al interior de la cámara con rango de 21% a 65% e incrementos del 1%, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
5.- PARTIDA NO.84 INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 2.4.- SE DEBE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PANTALLA LCD TOUCH DE 7" PULGADAS, PARA MONITOREO DE PARAMETROS, ES ESTO CORRECTO?	No es correcto, se refiere a que el equipo tenga la posibilidad de monitoreo de parámetros y que tenga la posibilidad de desplegarlos de manera digital, de acuerdo al diseño de cada fabricante.

6.- PARTIDA NO. 87 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES. SIN PUNTO DE REFERENCIA.-SE DEBE ENTENDER QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, ES ESTO CORRECTO?	Es correcta su apreciación
7.- PARTIDA NO. 87 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 2.3.- SE DEBE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PANTALLA LCD TOUCH DE 7" PULGADAS, PARA MONITOREO DE PARAMETROS, ES ESTO CORRECTO?	No es correcto, se refiere a que el equipo tenga la posibilidad de monitoreo de parámetros y que tenga la posibilidad de desplegarlos de manera digital, de acuerdo al diseño de cada fabricante.
8.- PARTIDA NO. 87 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 2.5.3.-DICE CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ATENTAMENTE, SE ACEPTE OFERTAR INCUBADORA DE ALTURA FIJA, CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
9.- PARTIDA NO. 87 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 3.1 Y 4.1-DICE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESECHABLE (40 PZAS.) POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE OFERTAR INCUBADORA CON UN TOTAL DE 5 SENSORES REUSABLES POR EQUIPO, SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
10.- PARTIDA NO. 87 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES PUNTO 5.-EN REFACCIONES, LOS SUBPUNTOS RELACIONADOS A LAS REFACCIONES (COLCHON, FILTRO Y RESERVORIO) SON INFORMATIVOS, O DEBEMOS INCLUIRLOS, FAVOR DE ACLARAR?	Se debe incluir en su propuesta técnica.
11.- PARTIDA NO. 88 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. SIN PUNTO DE REFERENCIA.-SE DEBE ENTENDER QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, ES ESTO CORRECTO?	Es correcta su apreciación
12.- PARTIDA NO. 88 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO PUNTO 2.3.- SE DEBE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PANTALLA LCD TOUCH DE 7" PULGADAS, PARA MONITOREO DE PARAMETROS, ES ESTO	No es correcto, se refiere a que el equipo tenga la posibilidad de monitoreo de parámetros y que tenga la posibilidad de desplegarlos de manera digital, de acuerdo al diseño de cada fabricante.

CORRECTO?	
13.- PARTIDA NO. 88 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO PUNTO 2.5.3.-DICE CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ATENTAMENTE, SE ACEPTE OFERTAR INCUBADORA DE ALTURA FIJA, CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la ficha técnica establecida en la presente convocatoria.
14.- PARTIDA NO. 88 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO PUNTO 3.2 Y 4.1-DICE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESECHABLE (40 PZAS.) POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE OFERTAR INCUBADORA CON UN TOTAL DE 5 SENSORES REUSABLES POR EQUIPO, SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
15.- PARTIDA NO. 88 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO PUNTO 5.-EN REFACCIONES, LOS SUBPUNTOS RELACIONADOS A LAS REFACCIONES (COLCHON Y RESERVORIO) SON INFORMATIVOS, O DEBEMOS INCLUIRLAS, FAVOR DE ACLARAR?	Se debe incluir en su propuesta técnica.

PRN OCC, S.A. DE C.V.

C).- DE CARACTER LEGAL

C).- DE CARACTER LEGAL PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- El procedimiento de la Licitacion Publica Internacional 36111002-002-16 ¿es bajo la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico, es esto correcto?	Si es correcto.
2.-DICE: EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR DURANTE EL PERIODO DE TRES AÑOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES, CONFORME AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DEBERÁ INCLUIR LA SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS Y/O PARTES A VERIFICAR Y SU CAMBIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SERVICIO DE LOS BIENES QUE LE SEAN ADJUDICADOS, SIN COSTO ADICIONAL	Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 3.4.2 de las Bases en el apartado relativo a "MANTENIMIENTO".

Pregunta: ¿Debemos de entender que tenemos que apegarnos al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público? ¿Es esto correcto?	
3.- DICE: EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ REALIZADO POR EL PROVEEDOR CONFORME A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, A SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. Pregunta: Se solicita de la manera mas atenta favor de indicarnos cuál es el apartado y el artículo correspondiente sobre la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público donde debemos de realizar los mantenimientos correctivos a la dependencia y/o entidad? Favor de aclarar.	Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 3.4.2 de las Bases en el apartado relativo a "MANTENIMIENTO".

IMADINE, S.A. DE C.V.

A).- DE CARACTER TECNICO

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>3.4.2 PROPUESTA TECNICA: LAS PROPUESTA (S) TECNICA (S))DEBERA (N) CONTENER LO SIGUIENTE: DOCUMENTO 11.- PARA EQUIPO MEDICO Y/O INSTRUMENTAL INTERNACIONAL, ADICIONAL A LOS CERTIFICADOS INDICADOS EN LAS FICHAS TECNICAS DEL ANEXO 1. EL LICITANTE DEBERA ACOMPAÑAR A SUS PROPOSICION TECNICA LOS DOCUMENTOS VIGENTES SIGUIENTES:</p> <p>a) REGISTRO SANITARIO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA 5 AÑOS.</p> <p>b) CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2000 O ISO 9001:2008 O ISO 13485, O TUV.</p>	<p>Es correcta su apreciación. En caso de ofertar equipo de origen nacional deberá acompañar su propuesta con los siguientes documentos:</p> <p>a) Registro sanitario, vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años)</p> <p>b) Certificado de calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV.</p> <p>c) Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS</p>

c) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION EXPEDIDO POR LA COFEPRIS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA RECTIFIQUE QUE EL PUNTO AL QUE HAGO REFERENCIA SE REFIERE A LA DOCUMENTACION QUE DEBERAN DE PRESENTAR LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO MEDICO Y/O INSTRUMENTAL NACIONAL ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
3	<p>DICE:</p> <p>3.4.2.- PROPUESTA TECNICA INSTALACION</p> <p>PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE REQUIERA INSTALACION, EL LICITANTE DEBERA INDICAR EN SU PROPUESTA TECNICA EL TIPO DE INSTALACION O ADECUACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VALOR NOMINAL DEL VOLTAJE, TEMPERATURA AMBIENTAL, AISLAMIENTO ACUSTICO, HUMEDAD RELATIVA, CONEXIÓN DE GASES MEDICINALES, INSTALACION HIDRAULICA Y PISO FIRME Y NIVELADO.</p> <p>ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ENTREGAR LAS GUIAS DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, EMITIDAS POR EL FABRICANTE, QUIEN SERA DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LAS MISMAS.</p> <p>LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL PROVEEDOR ACORDE A LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE Y LAS GUIAS DE INSTALACION SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SITA EN TERCER ANILLO PERIFERICO GRISELDA ALVAREZ No. 1, FRACCIONAMIENTO MINA</p>	<p>Se remite a la precisión número 1 de la convocante.</p>

DE PEÑA, C.P 28989 VILLA DE ALVAREZ COLIMA.

PREGUNTA: PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LLENAR ADECUADAMENTE EL ANEXO TECNICO DE LAS PARTIDAS QUE MI REPRESENTADA PRENDE OFERTAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR UNA VISITA A SITIO CON EL FIN DE VERIFICAR SI EN EL AREA DESTINADA AL EQUIPO SE REQUIERE DE ADECUACIONES ESPECIALES PARA LA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, ESTO PARA EL EQUIPO UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLESE ACEPTA?

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
4	<p>DICE:</p> <p>3.4.2.- PROPUESTA TECNICA INSTALACION</p> <p>PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE REQUIERA INSTALACION, EL LICITANTE DEBERA INDICAR EN SU PROPUESTA TECNICA EL TIPO DE INSTALACION O ADECUACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VALOR NOMINAL DEL VOLTAJE, TEMPERATURA AMBIENTAL, AISLAMIENTO ACUSTICO, HUMEDAD RELATIVA, CONEXIÓN DE GASES MEDICINALES, ISNTALACION HIDRAULICA Y PISO FIRME Y NIVELADO.</p> <p>ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ENTREGAR LAS GUIAS DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, EMITIDAS POR EL FABRICANTE, QUIEN SERA DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LAS MISMAS.</p> <p>LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL PROVEEDOR ACORDE</p>	Se acepta

A LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE Y LAS GUIAS DE INSTALACION SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SITA EN TERCER ANILLO PERIFERICO GRISELDA ALVAREZ No. 1, FRACCIONAMIENTO MINA DE PEÑA, C.P 28989 VILLA DE ALVAREZ COLIMA.

PREGUNTA: PARA EL PUNTO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO SERAN REALIZADAS POR LA CONVOCANTE EN BASE A LAS GUIAS DE INSTALACION QUE SE ENTREGARAN AL MOMENTO DE SER ADJUDICADOS, ESTO PARA LA UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE.

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
5	<p>3.4.2.- PROPUESTA TECNICA MANTENIMIENTO</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERA REPARAR LOS BIENES, CUANDO ASI PROCEDA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 DIAS HABILES O BIEN, REEMPLAZARLOS POR BIENES NUEVOS, A ENTERA SATISFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS NATURALES. EN AMBOS CASOS, EL PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTIA QUE OTORGA EL FABRICANTE SOBRE EL BIEN. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:</p> <p>O BIEN SE CONSIDERARAN 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL REPORTE POR ESCRITO, BAJO LA SIGUIENTE SECUENCIA:</p> <p>A) 2 DIAS HABILES PARA ACUDIR A LA UNIDAD MEDICA</p>	<p>No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la ficha técnica de la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p>

	<p>B) 1 DIA HABIL PARA DIAGNOSTICO</p> <p>C) 3 DIAS HABLES PARA REEMPLAZO DE REFACCIONES Y CALIBRACIONES.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PARA LOS EQUIPOS DE ORIGEN INTERNACIONAL</p>	
--	---	--

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
6	<p>ANEXO 1</p> <p>FICHAS TECNICAS</p> <p>EQUIPOS: UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE, DIGITALIZADOR DE IMÁGENES, IMPRESORA BLANCO Y NEGRO, UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PUBLIQUE EN LAS FICHAS EL NUMERO DE PARTIDA AL QUE CORRESPONDEN PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OFERTAR DE MANERA ORDENADA DEACUERDO AL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES.</p>	<p>La partida 153 corresponde al archivo "unidad radio 500 mA", la partida 156 corresponde al archivo "Unidad RX 500 mA .", la partida 185 corresponde al archivo "Digitalizador de imagenes.xlsx beto planeación" la partida 83 corresponde al archivo "Impresora bco y negro" y la partida 154 corresponde al archivo "Unidad radiol+igica dental"</p>

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
7	<p>ANEXO 1</p> <p>FICHAS TECNICAS</p> <p>UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE</p> <p>3.- ACCESORIOS</p> <p>3.1 SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMÁGENES</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE TANTO LA SALA DE RAYOS X COMO EL CR SOLICITADO DENTRO DE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO AL QUE HAGO REFERENCIA DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA ASISTENCIA</p>	<p>Se acepta ofertar equipos de la misma marca como opción al punto 3 de la partida 156 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>

DE LOS EQUIPOS ES CORRECTA
NUESTRA APRECIACIÓN?

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
8	<p>ANEXO 1 FICHAS TECNICAS UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (2 EQUIPOS) 2. DESCRIPCION 2.1 GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA 2.1.1. CON CAPACIDAD DE 50KW O MAYOR 2.1.2 CON 500 MA O MAYOR</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PARA LOS EQUIPOS A LOS QUE HAGO REFERENCIA NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>ANEXO 1 FICHAS TECNICAS</p> <p>UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE (2 EQUIPOS) 2. DESCRIPCION 2.1 GENERADOR DE ULTRA ALTA FRECUENCIA 2.1.1. CON CAPACIDAD DE 40KW O MAYOR 2.1.2 CON 500 MA O MAYOR</p> <p>ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL REQUERIMIENTO Y LAS ADECUACIONES, ASI MISMO NO SE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO SOLICITADO DE 500 MA SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta ofertar capacidad de 40kw o mayor como opción al punto 2.1.1 de la partida 153 y 156 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
9	<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>

EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR DURANTE EL PERIODO DE TRES AÑOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES, CONFORME AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DEBERÁ INCLUIR LA SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS Y/O PARTES A VERIFICAR Y SU CAMBIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SERVICIO DE LOS BIENES QUE LE SEAN ADJUDICADOS, SIN COSTO ADICIONAL, DE MANERA TAL, QUE PERMITAN SU USO PERMANENTE Y CONTINUO, PARA LO CUAL DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA CALENDARIZADO O EL CALENDARIO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EFECTUARSE DURANTE EL SERVICIO EL CUAL DEBERÁ PROPORCIONARSE POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO DURANTE EL PERIODO MENCIONADO.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS TRES AÑOS SOLICITADOS EN EL PUNTO AL QUE HAGO REFERENCIA INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN SU TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE MI REPRESENTADA OFERTE SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
10	MANTENIMIENTO O BIEN SE CONSIDERARÁN 5 DÍAS HÁBILES	Se acepta su propuesta para el caso del tubo de rayos x de la unidad radiográfica de 500 ma cubierta


POSTERIORES AL REPORTE
POR ESCRITO, BAJO LA
SIGUIENTE SECUENCIA:

- A) 2 DÍAS HÁBILES PARA
ACUDIR A LA
UNIDAD MÉDICA
- B) 1 DÍA HÁBIL
PARADIAGNÓSTICO.
- C) 3 DÍAS HÁBILES PARA
REPLAZO DE
REFACCIONES,
Y CALIBRACIONES.

PREGUNTA: PARA EL PUNTO AL
QUE HAGO REFERENCIA
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
DE LA MANERA MAS ATENTA NOS
PERMITA QUEDE DE LA
SIGUIENTE MANERA:

- A) 2 DÍAS HÁBILES PARA
ACUDIR A LA
UNIDAD MÉDICA
- B) 1 DÍA HÁBIL
PARADIAGNÓSTICO.
- C) 3 DÍAS HÁBILES PARA
REPLAZO DE
REFACCIONES,
Y CALIBRACIONES.
- D) PARA EL CASO DEL
TUBO DE RAYOS X DE
LA UNIDAD
RADIOGRAFICA DE 500
MA CUBIERTA 20 DIAS
HABILES A PARTIR
DEL REPORTE POR
ESCRITO DE PARTE
DE LA UNIDAD PARA
SU CAMBIO Y
FUNCIONAMIENTO.





ESTO DERIVADO DE QUE EL TUBO
DE RAYOS X TIENE UN TIEMPO DE
ENVIO DISTINTO AL DE TODAS
LAS DEMAS REFACCIONES,
ADICIONANDO A ESTO QUE ES UN
BIEN DE ORIGEN INTERNACIONAL
MISMOS TIEMPOS QUE NO SERAN
SUSEPCTIBLES A
PENALIZACIONES NI PAGO DE










	SERVICIOS SUBROGADOS SE ACEPTA?	
---	--	--

A).- DE CARACTER LEGAL

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>DICE: 3.3 PODERES QUE DEBERAN ACREDITAR INCLUIDOS EN LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA INDICADA EN EL PUNTO 3.4.1</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI EN CASO DE QUE ASISTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, FALLO ETC. UNA PERSONA DISTINTA A LA QUE FIRMA LA PROPUESTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE DONDE SE AUTORIZA A LA PERSONA CORRESPONDIENTE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS SE ACEPTA?</p>	Si se acepta.

NUMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
2	<p>DICE: PUNTO 3.4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE PARA LA DOCUMENTACION LEGAL QUE MENCIONE COMO ORIGINAL, NOS PERMITA EN SU LUGAR ENTREGAR DOCUMENTACION LEGAL NOTARIADA, MISMA QUE SOLICITAMOS A COTEJO LA DEVOLUCION DE LA MISMA.</p>	Si se acepta.

MEDICINA MÍNIMA INVASIVA, S.A. DE C.V.

DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
ANEXO 1 REQUERIMIENTO, PARTIDA 15 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA, PUNTO 2.1.2, RESPECTO A PROFUNDIDAD DE CAMPO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE 1-50MM DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERISTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta ofertar profundidad de 1 50 mm como opción para el punto 2.1.2 de la partida 15. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
ANEXO 1 REQUERIMIENTO, PARTIDA 15 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA, PUNTO 3.7, REFERENTE A CABLE DE FIBRA ÓPTICA; A FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN EQUIPO QUE NO NECESITE DE ESTA CARACTERISTICA YA QUE LA CARACTERÍSTICA REQUERIDA PERTENECE A MARCA ESPECIFICA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta ofertar equipo que no necesite la característica del punto 3.7 de la partida 15, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
ANEXO 1 REQUERIMIENTO, PARTIDA 148 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL, PUNTO 3.2 Y 3.3 REFERENTE A PEDAL BIPOLAR Y MONOPOLAR, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN SOLO PEDAL QUE ACTIVE AMBAS FUNCIONES, YA QUE ESTO FACILITA EL USO DEL EQUIPO.	Se acepta ofertar un solo pedal que active las funciones como opción para los puntos 3.2 y 3.3 de la partida 148, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
ANEXO 1 REQUERIMIENTO, PARTIDA 149 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, PUNTO 3.2 Y 3.3 REFERENTE A PEDAL BIPOLAR Y MONOPOLAR, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN SOLO PEDAL QUE ACTIVE AMBAS FUNCIONES, YA QUE ESTO FACILITA EL USO DEL EQUIPO.	Se acepta ofertar un solo pedal que active las funciones como opción para los puntos 3.2 y 3.3 de la partida 149, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

A).-DECARACTERADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. LA PRESENTE LICITACIÓN FUE CONVOCADA COMO LICITACIÓN INTERNACIONAL ABIERTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL CONTENIDO DE DICHO DISPOSITIVO LEGAL SE ESTABLECEN DOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS INCISOS A) Y B) A) SE HAYA REALIZADO UNA DE CARÁCTER NACIONAL QUE SE DECLARÓ DESIERTA, O B) ASÍ SE ESTIPULE PARA LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU AVAL.</p> <p>2. PREGUNTA: ¿EN CUAL SUPUESTO DE ESTOS INCISOS SE ENCUENTRA LA CONVOCANTE PARA QUE LE RESULTE APLICABLE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO? FAVOR DE ESPECIFICAR CON SUS RESPECTIVOS ANTECEDENTES.</p> <p>3. SIN PUNTO TENIENDO ESTA CONVOCANTE COMO ANTECEDENTE DE COMPRA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO 3611002-003-15, DE LA CUAL SE EMITIÓ EL FALLO CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2016 Y POSTERIORMENTE CON FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2016, LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITE TÉCNICO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA DETRMINÓ CANCELAR LA ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO 3611002-003-15. PREGUNTA: ¿LA CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN, PÚBLICA NACIONAL NUMERO 3611002-003-15, ES EL ANTECEDENTE DE COMPRA DE CARÁCTER NACIONAL QUE FUE</p>	<p>2. Con fundamento en el artículo 29, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, determinó el carácter de la presente licitación.</p> <p>3. No es correcto.</p>

DECLARADO DESIERTO PARA QUE ESTA CONVOCANTE JUSTIFIQUE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO?

4. LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ESTABLECE EN SUS ARTÍCULO 2 FRACCIÓN X, 26 Y 28 FRACCIÓN III, ESTABLECEN QUE PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, LAS CONVOCANTES DEBERAN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR LAS CONVENIENCIA DEL PRECIO DE LOS BIENES SOLICITADOS. PREGUNTA: ¿ESTA CONVOCANTE REALIZO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL ESTA OBLIGADA A REALIZAR? Y EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVO, SOLICITO SE ME INDIQUE ¿CUAL FUE LA METODOLOGIA UTILIZADA Y A QUE CAMARAS O AGRUPACIONES DE INDUSTRIALES SE CONSULTÓ PARA DETERMINAR QUE NO EXISTE PROVEEDURIA NACIONAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTA CONVOCATORIA?

5. EN EL PUTNO 1.2 DICE: LOS BIENES LICITADOS, DEBERÁN SER ENTREGADOS POR LA PERSONA MORAL O PLAZO DE ENTREGA: PERSONA FISICA ADJUDICADA, EN LOS DOMICILIOS QUE SE SEÑALAN EN EL NUMERAL 1.3. DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN, DERIVADO DEL FALLO DE LA LICITACION Y SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR MEDIANTE LA REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA, QUE DENTRO DE DICHO PLAZO DEBE CONSIDERARSE LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EL

4. Las investigaciones de mercado se llevan a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. No se acepta.

TIEMPO DE ENTREGA SEA DE 60 DIAS NATURALES, SOLO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A OFERTAR Y QUE LA INSTALACION Y CAPACITACION Y EN SU CASO PUESTA EN MARCHA SEA DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y MEDIANTE UN DOCUMENTO O MEMORANDUM ENVIADO POR LA CONVOCANTE SOLICITANDO A LOS LICITANTES ESTE TIPO DE SERVICIO. ¿SE ACEPTA?

6. PIDEN EN EL PUNTO 2.2. REGISTRO DE LICITANTES EL REGISTRO PREVIO Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ENTREGA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 09:00. PREGUNTA: CON LA INTENSION DE HACER MAS AGIL EL PROCESO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL REGISTO DE LICITANTES PUEDA REALIZARSE ANTES DE LA FECHA DE PRSENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS. ¿SE ACEPTA?

7. PUNTO 3.2. PARRAFO 6 PAG 10 DE LA CONVOCATORIA EN ESTE PARRAFO PIDEN: ASI MISMO EL PROVEEDOR PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION DEBERA ENTREGAR UNA FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, CON UNA VIGENCIA DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN, LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ANEXO 4-A. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA GARANTIA SOLICITADA SOLO SERA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS Y NO CONTRA DAÑOS OCASIONADOS POR MAL MANEJOS DE LOS USUARIOS O DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ¿ES ESTO CORRECTO?

6. Deberá estarse a lo establecido en el numeral 3.6 de las bases.

7. Es correcto.

8. PIDEN EN LA PAGINA 15 DE LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO DE INSTALACION: 4.- PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE REQUIERA INSTALACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL TIPO DE INSTALACIÓN O ADECUACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VALOR NOMIAL DEL VOLTAGE, TEMPERATURA AMBIENTAL, AISLAMIENTO ACÚSTICO, HUMEDAD RELATIVA, CONEXIÓN DE GASES MEDICINALES, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PISO FIRME Y NIVELADO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SOLO LO DEBERAN CUMPLIR AQUELLOS LICITANTES CUYOS EQUIPO OFERTADOS REQUIERAN DE INSTALACIONES ESPECIALES O ESPECIFICAS Y QUE EN SU CASO SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE LA ADAPTACION DE LAS INTALACIONES A ESTOS EQUIPOS ¿ES ESTO CORRECTO?

9. EN EL CAPITULO DE "INSTALACIÓN" QUE SE CONTIENE EN LA PAGINA 15 DE LAS BASES CONCURSALES, SE ESTABLECE QUE EL LICITANTE DEBERA INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA EL TIPO DE INSTALACIÓN O ADECUACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PREGUNTA: PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PODER DETERMINAR QUE ADECUACIONES SON NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO DE ACUERDO AL LUGAR EN QUE VAN A ESTAR DESTINADOS ¿ESTA CONVOCANTE TIENE CONSIDERADO UN DIA Y HORA PARA LA VISITA DE LAS INSTALACIONES, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE CLARAMENTE EN QUE LUGAR SE VA A INSTALAR Y PONER EN MARCHA CADA BIEN O EQUIPO A ADQUIRIR?

10. PIDEN EN LA PAGINA 15 DE LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO DE INSTALACION: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ENTREGAR LAS GUIAS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, EMITIDAS POR EL FABRICANTE, QUIEN SERA

8. Es correcto, sólo será para los licitantes cuyos equipos ofertados requieran de instalaciones especiales o especificas y la adaptación será responsabilidad del licitante.

9. Se remite a la precisión número 1 de la convocante.

10. Es correcto.

DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LAS MISMAS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTAS GUIAS DE INSTALACION O GUIAS MECANICAS SOLAMENTE LAS DEBERAN DE ENTREGAR LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS Y PREVIOS A LA INTALACION DE LOS EQUIPOS ¿ES ESTO CORRECTO?

11. PIDEN EN LA PAGINA 16 DE LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO DE CAPACITACIÓN: LA CAPACITACION SE REALIZARÁ EN LAS PROPIAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA Y SE REALIZARÁ TODAS LAS VECES QUE SEA SOLICITADA POR EL ÁREA USUARIA. PREGUNTA: EL SOLICITAR UN NUMERO INDETERMINADO DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL MEDICO Y/O USUARIO TIENE UN COSTO PARA LOS LICITANTES DEBIDO A LOS TRASLADOS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA DAR ESAS CAPACITACIONES POR LO QUE CON LA FINALIDADDE NO INCREMENTAR LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS DE LA MANERA MAS ATENTENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EN NUMERODE CAPACITACIONES QUE SE TENDRA QUE DAR AL PERSONAL MEDICO Y/O USUARIO ¿FAVOR DE ACLARAR?

12. LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ESTABLECE EN SUS ARTÍCULO 2 FRACCIÓN X, 26 Y 28 FRACCIÓN III, ESTABLECEN QUE PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, LAS CONVOCANTES DEBERAN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR LAS CONVENIENCIA DEL PRECIO DE LOS BIENES SOLICITADOS, EN CONCATENACIÓN CON EL CAPITULO DE "CAPACITACIÓN" PAGINA 16 DE LAS BASES CONCURSALES. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE EL AREA USUARIA ESTA EN COLIMA Y LA CAPACITACIÓN REQUIERE DE PERSONAL ESPECIALIZADO, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ETC., Y ESTOS COSTOS SE VEN REFLEJADOS DIRECTAMENTE EN EL

11. Se remite a la aclaración número 2 de la convocante.

12. Se remite a la aclaración número 2 de la convocante.

PRECIO DE LA PROPUESTA, ES NECESARIO QUE ESTA CONVOCANTE ACLARE SI ¿DEL ESTUDIOO INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE REALIZÓ ESTA CONVOCANTE, CONSIDERO LOS COSTOS DE CAPACITACIÓN POR TODAS LAS VECES QUE SEA SOLICITADA POR EL AREA USUARIA? Y ¿SI ESTE CRITERIO DE ESTA CONVOCANTE ES QUE PERMANEZCAN COMO CAPACITACIONES INDETERMINADAS, EN QUE ESPACIO DE LA PROPUESTA LO DEBEMOS CONSIDERAR, PORQUE VA A AFECTAR DIRECTAMENTE EL COSTO DE LA PROPUESTA?

13. PIDEN EN LA PAGINA 17 DE LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO DE REFACCIONES: EL LICITANTE ADJUDICADO ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR TODAS AQUELLAS PARTES Y/O REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES QUE SEAN NECESARIAS CONFORME AL LISTADO DE REFACCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO, PARA EL USO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, PARA QUE ESTE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO; ASIMISMO, POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, DURANTE UN PERÍODO MÍNIMO DE 7 AÑOS LA EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA LOS BIENES MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y A MANTENER EXISTENCIAS DE ESTAS REFACCIONES DURANTE EL PERIODO ANTES SEÑALADO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SOLAMENTE SERAN COPSIDERADOS COMO REFACCIONES TARJETAS ELECTRONICAS QUE SE LLEGUEN A DAÑAR POR VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACION Y QUE NO DEBRAN DE SER INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES QUE SE

13. No es correcto, las refacciones son todos aquellos componentes ensamblados de fabrica, sin incluir los accesorios y consumibles.

PUEBAN DAÑAR POR MAL USO DE LOS EQUIPOS O POR CUESTIONES DE DAÑO INTERNO POR PARTE DE LOS USUARIOS. ¿ES ESTO CORRECTO?

14. DOCUMENTO 18 DICE: EN CARPETA ENGARGOLADA CON NOMBRE DEL LICITANTE SE PRESENTARA LA PROUESTA ORIGINAL DEL MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DE ACUERDO AL ANEXO 11 (ANOTANDO A RENGLON SEGUIDO CADA PARTIDA). PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO 11 SERA POR HOJA POR PARTIDA, Y QUE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES A OFERTAR ES CORTA ¿ES ESTO CORRECTO?

15. PARTIDA 35 CARRO ROJO, EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 7.1 PARA BIENES NACIONALES E INTERNACIONALES: 7.1.1 REGISTRO SANITARIO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL REGISTRO SANITARIO SOLICITADO DEBERA SER PRESENTADO PARA LA UNIDAD PRINCIPAL QUE ES EL DESFIBRILADOR, Y NO PARA EL CARRO Y DEMAS ACCESORIOS, ¿ES ESTO COREECTO?

16. LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ESTABLECE EN SUS ARTÍCULO 2 FRACCIÓN X, 26 Y 28 FRACCIÓN III, ESTABLECEN QUE PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, LAS CONVOCANTES DEBERAN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR LAS CONVENIENCIA DEL PRECIO DE LOS BIENES SOLICITADOS. PREGUNTA: ¿EN QUE MOMENTO PROCESAL DE ESTE EVENTO LICITATORIO LOS LICITANTES PODREMOS TENER ACCESO AL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE REALIZÓ LA CONVOCANTE Y QUE TRÁMITE TENEMOS QUE REALIZAR PARA QUE NOS SEA ENTREGADÓ DICHA INVESTIGACIÓN DE MERCADO?

14. En el Anexo 11 será hoja por partida y se deberá incluir la descripción completa de los bienes.

15.No es correcto.

16. El acceso a la información en posesión de la convocante deberá sujetarse a los plazos y procedimientos establecidos en la ley de la materia.

17. PUNTO 3.2 DE LAS BASES CONCURSALES ESTA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO DOS FIANZAS, UNA PARA GARANTIZAR E CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OTRA PARA GARANTIZAR LOS POSIBLES DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. PREGUNTA: EN VIRTUD DE QUE LA EXPEDICIÓN DE DOS FIANZAS GENERA DOBLE GASTO PARA LOS LICITANTES, SE SOLICITA A ESTA CONVOCANTE QUE AMBOS ASPECTOS SEAN GARANTIZADOS CON UNA SOLA FIANZA, ¿ES ACEPTADO POR ESTA CONVOCANTE?

18. INCISO D), DEL PUNTO 3.5.1 DE LAS BASES CONCURSALES, EN EL CUAL ESTABLECEN QUE ADEMÁS DE PRESENTAR LAS PREGUNTAS POR ESCRITO SE DEBEN ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO PARA AGILIZAR LA CAPTURA, TENIÉNDOSE QUE ADJUNTARSE EN FORMATO OFFICE WORD. PREGUNTA: DE ACUERDO AL ORDEN JERARQUICO DE LAS NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIÓN Y A LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS, ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SOPORTA ESTA CONVOCANTE PARA ESTABLECER COMO REQUISITO QUE SE PRESENTEN ADICIONALMENTE A LA FORMA ESCRITA, (POR CORREO ELECTRÓNICO) LAS PREGUNTAS, SI CONSIDERAMOS QUE NUESTRO DERECHO ES MERAMENTE ESCRITO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8vo OCTAVO CONSTITUCIONAL?

19. INCISO D), DEL PUNTO 3.5.1 DE LAS BASES CONCURSALES, EN EL CUAL ESTABLECEN QUE ADEMÁS DE PRESENTAR LAS PREGUNTAS POR ESCRITO SE DEBEN ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO PARA AGILIZAR LA CAPTURA, TENIÉNDOSE QUE ADJUNTARSE EN FORMATO OFFICE WORD. PREGUNTA: ¿LA VOLUNTAD DISCRECIONAL DE ESTA CONVOCANTE DE ESTABLECER CRITERIOS

17. No se acepta.

18. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

19. No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.

ADICIONALES PARA LA ACEPTACIÓN DE PREGUNTAS, EN LUGAR DE APLICAR LA NORMA Y ACEPTAR LAS PREGUNTAS ÚNICAMENTE POR ESCRITO, PREDERMINANDO POR VOLUNTAD PROPIA EL CAMINO QUE QUIERE SEGUIR DISFRAZANDO ESA VOLUNTAD DISCRECIONAL CON LA PROPIA NORMA, ES UN CRITERIO ACEPTADO VALIDADO Y RECONOCIDO POR LA (CICC), CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE RESPONDA CLARAMENTE A ESTA PREGUNTA.

B).-DECARACTETECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTIDA 4 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA</p> <p>1.- PIDEN EN EL PUNTO 1.2 CAPACIDAD DE SUCCIÓN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE SUCCION DEBERÁ DE SER DE AL MENOS DE 20 LITROS POR MINUTO. ¿ES CORRECTO?</p> <p>2.- PIDEN EN EL PUNTO 1.4 PANEL DE CONTROL PARA: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PANEL DE CONTROL DEBERÁ DE SER A PRUEBA DE LÍQUIDOS. ¿ES ESTO CORRECTO?</p> <p>3.- PIDEN EN EL PUNTO 1.4.1 ENCENDIDO Y APAGADO PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?</p> <p>4.- PIDEN EN EL PUNTO 1.4.2 GRADUACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN NIVEL DE SUCCIÓN DEBERÁ DE SER DE 600 MMHG A MÁXIMO 700 MMHG. ¿ES ESTO CORRECTO?</p> <p>5.- PIDEN EN EL PUNTO 1.6 GABINETE O BASE RODABLE. PREGUNTA ENTENDEMOS QUE ESTE ACCESORIOS DEBERÁ DE TENER AL MENOS UNA</p>	<p>PARTIDA 4</p> <p>1. Se acepta ofertar capacidad de succión de 20 litros como opción al punto 1.2 de la partida 4 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>2. Se acepta ofertar panel de control a prueba de líquidos como opción al punto 1.4 de la partida 4 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>3. Se refiere a la función integrada al panel de control que permita encender y apagar el equipo, entendiéndose que cada fabricante posee un diseño para llevar a cabo esta función.</p> <p>4. El nivel de succión deberá estar comprendido entre la capacidad propia del equipo, y que permita conocer la magnitud de succión.</p> <p>5. Se acepta ofertar al menos una charola para la guarda de accesorio como opción para el punto 1.6 de la partida 4. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>

CHAROLA PARA LA GUARDA DE ACCESORIOS Y DEBE DE SER DE LA KISMA MARCXA QUE EL ASPIRADOR ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- PIDEN EN EL PUNTO 1.7 MOTOR SILENCIOSO. PREGUNTA ENTEDEMOS COMO SILENCIOSO COMO RUIDO IGUAL O MENOR A 50 DECIBELES ¿ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 27 CARDIOTOCOGRFO:

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL DEBERÁ SER POR EFECTO DOPPLER CONTINUO. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS ADEMÁS DE LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y ACTIVIDAD UTERINA DEBERÁN DE CONTAR CON UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE SUPERPOSICIÓN DE SEÑALES QUE PERMITE DIFERENCIAR GEMELOS Y TRILLIZOS. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.2. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL Y 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE CON LA FINALIDAD DE QUE DETECCIÓN SEA MÁS EFECTIVA LOS

6. Se solicita demostrar documentalmente que de fábrica posee un diseño de operación silencioso, e indicar en decibeles la magnitud del ruido cuando el equipo se encuentra funcionando.

PARTIDA 27

1. Bastará con demostrar que utiliza tecnología Doppler.

2. Se acepta ofertar un sistema de verificación de superposición de señales que permite diferenciar gemelos y trillizos como opción para el punto 2.1 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que lo que la especificación o característica planteada por la empresa no es requerida para la convocante.

EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON UN TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO MULTICRISTAL DE 12 CRISTALES ALÁMBRICO Y A PRUEBA DE AGUA. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.2. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL Y 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASEGURE QUE NO SE CAUSE DAÑO AL PACIENTE NI AL OPERADOR LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON INTENSIDAD DE ULTRASONIDO MENOR A 10 MW/CM2. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.2. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL Y 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ULTRASÓNICA DEBERÁ SER POR EL MÉTODO DE AUTOCORRELACIÓN. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL AJUSTE DE LÍNEA BASAL DE TOCO, DEBERÁ SER CON RANGO DE SEÑAL DE 0 A 100 UNIDADES ¿ES ESTO CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.7. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DE: PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE CON LA FINALIDAD DE QUE EL MÉDICO TRATANTE PUEDA OBSERVAR Y DIAGNOSTICAR DE FORMA MÁS CALARA LOS MOVIMIENTOS UTERINOS Y LA

4. Se acepta ofertar intensidad de ultrasonido menor a 10 mW/cm2 como opción para el punto 2.2 y 2.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

5. Se acepta ofertar que el procesamiento de la señal ultrasónica deberá ser por el método de autocorrelación como opción para el punto 2.2 y 2.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. Se acepta ofertar rango de señal de 0 a 100 unidades como opción para el punto 2.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

7. Se acepta ofertar pantalla a color TFT, LCD o similar de al menos 12" y plegable 70° como opción para el punto 2.7 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

FRECUENCIA CARDIACA FETAL LA PANTALLA SOLICITADA DEBERÁ DE SER A COLOR TFT, LCD O SIMILAR DE AL MENOS 12 PULGADAS Y PLEGABLE 70° PARA UNA MEJOR VISIÓN A DISTANCIA. ¿ES ESTO CORRECTO?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.9 CAPACIDAD DE INCREMENTAR SU NIVEL TECNOLÓGICO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBE DE DEMOSTRAR QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS ADEMÁS DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y EL MOVIMIENTO UTERINO PUEDEN MONITORIZAR MÍNIMO: ECG, SPO2, NIBP, RESPIRACION Y TEMPERATURA. ¿ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 35 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.1.2. DIMENSIONES: LONGITUD ENTRE 78 CM. Y 97 CM. ANCHO ENTRE 55 CM. Y 65 CM. ALTURA ENTRE 90 CM. Y 100 CM. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTEN UN NÚMERO IMPORTANTE DE FABRICANTES DE CARRO ROJOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPOS CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS MÁS MENOS 10 CM DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

2.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTAN LAS DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE. ¿FAVOR DE ACLARAR?

8. Se deberá demostrar que el equipo puede incrementar su capacidad de funcionamiento por hardware y software, en caso de que a futuro se requieran.

PARTIDA 35

1. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.1.2 de la ficha técnica para la partida 35 establecida en la presente convocatoria.

2. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria, tomando como referencia la guía tecnológica emitida por el Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico.

49

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.1.11. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTEN UN NÚMERO IMPORTANTE DE FABRICANTES DE CARRO ROJOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPOS CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS MÁS MENOS 10 CM. ¿SE ACEPTA?

4.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTAN LAS DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE. ¿FAVOR DE ACLARAR?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.5.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA AL MENOS 200 JOULES. PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN DE CONTAR CON UNA ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA PARA MEJOR DESEMPEÑO DEL DESFIBRILADOR. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.7.1. PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 14 CM (5.6 PULGADAS) COMO MÍNIMO. PREGUNTA: DEBIDO Q QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CEDULA SOLICITAN QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON TRAZO DE ECG DE AL MENOS 7 DERIVACIONES Y TRAZO DE SPO2, AL SOLICITAR TODA ESTA INFORMACIÓN EN UNA PANTALLA 5.6 PULGADAS NO SE APRECIARÍA DE FORMA CLARA POR LO

3. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.1.11 de la ficha técnica para la partida 35 establecida en la presente convocatoria.

4. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria, tomando como referencia la guía tecnológica emitida por el Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico.

5. Se acepta ofertar equipo con onda bifásica exponencial truncada para mejor desempeño del desfibrilador como opción para el punto 2.1.5.2. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.