

98

Instalacion. Hoja 15

Referente a la instalacion de los equipos que asi lo requieren ¿ Se llevara a cabo visita a las instalaciones del hospital, y de ser asi solicitamos a la convocante la fecha en que se debe llevar a cabo la misma? ¿Favor de aclarar?

PREGUNTA 9

Mantenimiento. Hoja 16

¿El programa calendarizado o el calendario de servicio se deberá de entregar al momento de entregar los equipos?

9. Es correcto.

PREGUNTA 10

Punto 3.4.3 Propuesta Economica.

Documento 18

Solicitan presentar la propuesta Economica de acuerdo al Anexo 11, anotando las partidas en forma continua. ¿Se puede presentar dicho anexo anotando solamente las partidas en las que participaremos?

10.No es correcto, deberá incluir la descripción completa del bien que oferta. Llenado hoja por partida en las que participa.

PREGUNTA 11

Anexo 2-A, Resumen de Propuestas Técnicas.

¿Se puede presentar dicho Anexo solamente con las partidas en las que participaremos?

11. Es correcto.

PREGUNTA 12

Anexo 11 Propuesta Económica.

¿En el campo "Descripción", ira la descripción corta del bien a ofertar?

12. No, deberá incluir la descripción completa del bien.

PREGUNTA 13

Anexo 11-A, Resumen de Propuestas Económicas.

¿Se puede presentar dicho Anexo solamente

13. No, deberá incluir el nombre del bien que oferta con su número de partida.

28

con las partidas en las que participaremos?

PREGUNTA 14

Anexo 18, Modelo de Convenio de Participación Conjunta

Mi representada no participara en forma conjunta con ninguna otra empresa, ¿Se puede presentar dicho anexo con la leyenda "No aplica" en el caso de mi representada?

14. si se acepta.

A).- DE CARACTER TECNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| <p>PREGUNTA 15 Partida # 23 Punto 2.5 Se solicita a la convocante de la manera más atenta, nos aclare si el porcentaje de +10 % es una tolerancia solamente positiva o debe de decir +/- 10 %. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>PREGUNTA 16 Partida # 58 Punto 4.2 Se solicita a la convocante de la manera más atenta, poder ofertar aislamiento de melamina ya que este material tiene mejores propiedades de aislamiento que la lana mineral o la fibra de vidrio. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar aislamiento de melamina como opción para el punto 4.2 de la partida 58. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PREGUNTA 17 Partida # 58 Punto 4.8 Se solicita a la convocante de la manera más atenta, nos informe si el equipo debe de ser de gabinete o paneles ya que en el punto 4.8 dice gabinete o panel (s) de acuerdo al área de la unidad médica. A este respecto se llevara a cabo una visita a las instalaciones donde se deberá colocar el equipo. ¿Favor de aclarar?</p> | <p>Esta pregunta se aclarará en la visita a las instalaciones.</p> |
| <p>PREGUNTA 18 Partida # 58 Punto 6.1.3 Se solicita a la convocante de la manera más</p> | |

302

Handwritten signatures and marks on the right margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten signatures and marks at the bottom left.

Handwritten signatures and marks at the bottom right.

atenta, que para garantizar la veracidad del punto 6.1.3 el certificado ASME se encuentre vigente, a nombre del fabricante y sea comprobable vía web. ¿Es correcto?

PREGUNTA 19

Partida # 59

Punto 6.1.2

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, que para garantizar la veracidad del punto 6.1.3 el certificado ASME se encuentre vigente, a nombre del fabricante y sea comprobable vía web. ¿Es correcto?

PREGUNTA 20

Partida # 60

Punto 4. Numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, nos aclare la cantidad de consumibles que se deben de considerar en la oferta. ¿Favor de aclarar?

PREGUNTA 21

Partida # 60

Punto 6.1.3

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, que para garantizar la veracidad del punto 6.1.3 el certificado ASME se encuentre vigente, a nombre del fabricante y sea comprobable vía web. ¿Se acepta?

PREGUNTA 22

Partida # 105

Punto 3.3.1

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, favor de aclarar si el punto 3.3.1 se refiere a la sección de miembros inferiores. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Si su pregunta se refiere al certificado ASMI

No es correcto. Para la demostración de este punto se deberá comprobar de manera física que el certificado esta vigente y a nombre del fabricante.

Se deberá de ofertar un kit de arranque según la tecnología de cada fabricante.

No se acepta. Para la demostración de este punto se deberá comprobar de manera física que el certificado esta vigente y a nombre del fabricante.

Es correcto.

303

PREGUNTA 23

Partida # 110

Punto 2.12

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, Nos aclare si este punto se refiere a que se debe tener un control de movimientos en la columna del equipo en caso de falla del control alámbrico del mismo ¿Favor de aclarar?

Se refiere a tener un sistema mecánico que realice todos los movimientos de la mesa.

PREGUNTA 24

Partida # 135

Punto 2.17

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, poder ofertar cubierta exterior en acero inoxidable ya que este material es una mejor opción para un refrigerador biomédico. ¿Se acepta?

Se acepta ofertar cubierta exterior en acero inoxidable como opción para el punto 2.17 de la partida 135. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PREGUNTA 25

Partida # 135

Punto 2.4.3

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, para no limitar la libre participación poder ofertar canastillas para estibar vacunas con múltiples perforaciones en material de acero inoxidable ya que este material no afecta el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?

25. No se da respuesta, toda vez que en la partida 135 no existe el punto 2.4.3

PREGUNTA 26

Partida # 135

Punto 4.1 y 4.2

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, nos aclare qué cantidad de consumibles se deben considerar en la oferta. ¿Favor de aclarar?

26. Entregar un kit de arranque de conformidad con la tecnología del equipo de cada fabricante.

A).- DE CARACTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|--|---------------------------------|
| <p>PREGUNTA 27 Punto 3.4.1 Documentacion distinta a las Propuestas Tecnica y Economica. Documento 2. Solicitan presentar Original y copia simple de identificacion oficial vigente de la persona que otorga el poder. ¿Se puede presentar copia certificada, la cual tiene el mismo valor que la original de la persona que otorga el poder?</p> | <p>27. Si se acepta.</p> |
| <p>PREGUNTA 28 Punto 3.4.1 Documentacion distinta a las Propuestas Tecnica y Economica. Documento 3. Solicitan presentar Original y copia simple para cotejo de poder notarial o acta constitutiva. ¿Se puede presentar copia certificada de ambos documentos, la cual tiene el mismo valor que la original?</p> | <p>28. Si se acepta.</p> |

SANABRIA CORPORATIVO MÉDICO, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER TECNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| <p>Partida 35 carro rojo con equipo de reanimacion y desfibrilador-monitor-marcapasos. En las páginas 4 y 5 de la ficha técnica se repite el punto 2.1.3.4.2, entendemos que solo lo tomaremos en cuenta una sola vez, es coorrecto?</p> | <p>Es correcto. El numeral 2.1.3.4.2 se encuentra repetido en la partida 35 y solo debe de ofertarse una sola vez.</p> <p>305</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas) Punto 2.2. Dice: Monitos central con pantalla de 17" como mínimo a color tecnología superior (incluir marca y modelo). Para garantizar el correcto desempeño y funcionalidad del equipo, entendemos que el display o monitor de la central de monitoreo deberá ser de la misma</p> | <p>Es correcto. La marca de la pantalla de la central de monitoreo debe de ser igual a la marca de los monitores de signos vitales.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>marca que ésta y la de los monitores de signos vitales. ¿Es correcto?</p> | |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas) Punto 2.2.8. Dice: Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas. La central de monitoreo deberá ser capaz de guardar hasta 120 de full disclosure de los parámetros, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas) Punto 2.2.14. Dice: Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7, se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. Entendemos que este punto deberá ser únicamente referenciado en la documentación del equipo, mas no ofertarse en las propuestas económica y técnica finales, ¿es correcto?</p> | <p>Es correcto. Solo se deberá referenciar que se tiene la capacidad de usar el protocolo HL7.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas) Punto 2.3.1. Dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo a color tecnología LCD o TFT o tecnología superior. Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo con tecnología de puertos inteligentes los cuales permiten realizar las mediciones adicionales que el área requiere sin necesidad de agregar módulos, únicamente con el cable troncal correspondiente, ayudando así a la ergonomía del espacio y facilitando el flujo de trabajo. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar tecnología de puertos inteligentes como opción para el punto 2.3.1 de la partida 36. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>306</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas) Punto 2.3.1. Dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo a color tecnología LCD o TFT o tecnología superior. Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de 15 pulgadas con pantalla sensible al tacto, esto para facilitar el uso del equipo, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas) Punto 2.3.14. Dice: Interface con el</p> | <p>Es correcto. Solo se deberá referenciar que se tiene la capacidad de usar el</p> |

| | |
|--|---|
| <p>sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7, se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.</p> <p>Entendemos que este punto deberá ser únicamente referenciado en la documentación del equipo, mas no ofertarse en las propuestas económica y técnica finales, ¿es correcto?</p> | <p>protocolo HL7.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas)</p> <p>Punto 2.3.18. Dice: Dos modulos para presion no invasiva.</p> <p>Entendemos que este punto se refiere a 'módulos para presión invasiva'. ¿Es correcto?</p> | <p>Es correcto el punto 2.3.18 de la partida 36 hace referencia a presiones invasivas.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas)</p> <p>Punto 2.3.18. Dice: Dos modulos para presion no invasiva.</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos aclare si se refiere a dos módulos para presión invasiva por monitor o dos módulos en total para los cuatro monitores.</p> | <p>Dos módulos (tener la capacidad de realizar dos mediciones simultaneas) para presión invasiva por monitor.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas)</p> <p>Punto 2.3.19. Dice: Un modulo para gasto cardiaco.</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo con estimación del gasto cardíaco de manera continua y no invasiva que permite tener visibilidad del gasto cardíaco del paciente en tiempo real, esto sin necesidad de agregar módulos, sensores o accesorios extras a los ya requeridos en esta cédula. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar equipo con estimación del gasto cardíaco de manera continua y no invasiva como opción para el punto 2.3.19 en la partida 36. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Además se aclara que el modulo de gasto cardiaco será opcional.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas)</p> <p>Punto 2.3.20. Dice: Un modulo para capnografia.</p> <p>Se requiere ofertar equipo con capacidad de monitorizar capnografía a pacientes intubados y no intubados y con capacidad de monitorizar a pacientes neonatales con un adaptador con espacio muerto menor a 1 ml. ¿Es correcto?.</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 36 Central de monitoreo para múltiples camas (6 camas)</p> <p>Punto 2.3.21. Dice: Un modulo para ECG.</p> | <p>Es correcto. Aunque este punto se considerará opcional.</p> |

| | |
|---|--|
| Entendemos que la Convocante se refiere a módulo para EEG. ¿Es correcto? | |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas)</p> <p>Punto 2.2. Dice: Monitos central con pantalla de 17" como mínimo a color tecnología superior (incluir marca y modelo).</p> <p>Para garantizar el correcto desempeño y funcionalidad del equipo, entendemos que el display o monitor de la central de monitoreo deberá ser de la misma marca que ésta y la de los monitores de signos vitales. ¿Es correcto?</p> | Es correcto. La marca de la pantalla de la central de monitoreo debe de ser igual a la marca de los monitores de signos vitales. |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas)</p> <p>Punto 2.2.8. Dice: Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclosure" de 72 horas.</p> <p>La central de monitoreo deberá ser capaz de guardar hasta 120 de full disclosure de los parámetros, ¿es correcto?</p> | No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas)</p> <p>Punto 2.2.14. Dice: Interface con el sistema de informacion hospitalaria mediante protocolo HL7, se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnologia del fabricante.</p> <p>Entendemos que este punto deberá ser únicamente referenciado en la documentación del equipo, mas no ofertarse en las propuestas económica y técnica finales, ¿es correcto?</p> | Es correcto. Solo se deberá referenciar que se tiene la capacidad de usar el protocolo HL7. |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas)</p> <p>Punto 2.3.1. Dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como minimo a color tecnologia LCD o TFT o tecnologia superior.</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo con tecnologia de puertos inteligentes los cuales permiten realizar las mediciones adicionales que el área requiere sin necesidad de agregar módulos, únicamente con el cable troncal correspondiente, ayudando así a la ergonomía del espacio y facilitando el flujo de trabajo.</p> | Se acepta ofertar tecnología de puertos inteligentes como opción para el punto 2.3.1 de la partida 38. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |

| | |
|--|---|
| <p>¿Se acepta?</p> <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.1. Dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como minimo a color tecnologia LCD o TFT o tecnologia superior. Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de 15 pulgadas con pantalla sensible al tacto, esto para facilitar el uso del equipo, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.14. Dice: Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7, se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. Entendemos que este punto deberá ser únicamente referenciado en la documentación del equipo, mas no ofertarse en las propuestas económica y técnica finales, ¿es correcto?</p> | <p>Es correcto. Solo se deberá referenciar que se tiene la capacidad de usar el protocolo HL7.</p> |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.18. Dice: Dos modulos para presion no invasiva. Entendemos que este punto se refiere a 'módulos para presión invasiva'. ¿Es correcto?</p> | <p>Es correcto el punto 2.3.18 de la partida 38 hace referencia a presiones invasivas.</p> |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.18. Dice: Dos modulos para presion no invasiva. Solicitamos a la Convocante nos aclare si se refiere a dos módulos para presión invasiva por monitor o dos módulos en total para los cuatro monitores.</p> | <p>Dos módulos (tener la capacidad de realizar dos mediciones simultaneas) para presión invasiva por monitor.</p> <p>3099</p> |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.19. Dice: Un modulo para gasto cardiaco. Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo con estimación del gasto cardiaco de manera continua y no invasiva que permite tener visibilidad del gasto cardiaco del paciente en tiempo real, esto sin necesidad de agregar módulos, sensores o accesorios extras a los ya requeridos en esta cédula. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar equipo con estimación del gasto cardíaco de manera continua y no invasiva como opción para el punto 2.3.19 en la partida 38. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Además se aclara que el modulo de gasto cardiaco será opcional.</p> |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.20. Dice: Un modulo para capnografia. Se requiere ofertar equipo con capacidad de monitorizar capnografia a pacientes intubados y no intubados y con capacidad de monitorizar a pacientes neonatales con un adaptador con espacio muerto menor a 1 ml. ¿Es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 38 Central de monitoreo para múltiples camas (2 camas) Punto 2.3.21. Dice: Un modulo para ECG. Entendemos que la Convocante se refiere a módulo para EEG. ¿Es correcto?</p> | <p>Es correcto. Aunque este punto se considerara opcional.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.2. Dice: Monitos central con pantalla de 17" como mínimo a color tecnología superior (incluir marca y modelo). Para garantizar el correcto desempeño y funcionalidad del equipo, entendemos que el display o monitor de la central de monitoreo deberá ser de la misma marca que ésta y la de los monitores de signos vitales. ¿Es correcto?</p> | <p>Es correcto. La marca de la pantalla de la central de monitoreo debe de ser igual a la marca de los monitores de signos vitales.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.2.8. Dice: Captura y despliegue de curvas en pantalla completa o "full disclovrure" de 72 horas. La central de monitoreo deberá ser capaz de guardar hasta 120 de full disclosure de los parámetros, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.2.14. Dice: Interface con el sistema de informacion hospitalaria mediante protocolo HL7, se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnologia del fabricante. Entendemos que este punto deberá ser únicamente referenciado en la documentación del equipo, mas no ofertarse en las propuestas económica y técnica finales, ¿es correcto?</p> | <p>Es correcto. Solo se deberá referenciar que se tiene la capacidad de usar el protocolo HL7.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.1. Dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como minimo a color tecnologia LCD o TFT o tecnologia superior. Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo con tecnologia de puertos inteligentes los cuales permiten realizar las mediciones adicionales que el área requiere sin necesidad de agregar módulos, únicamente con el cable troncal correspondiente, ayudando así a la ergonomía del espacio y facilitando el flujo de trabajo. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar tecnología de puertos inteligentes como opción para el punto 2.3.1 de la partida 39. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.1. Dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como minimo a color tecnologia LCD o TFT o tecnologia superior. Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de 15 pulgadas con pantalla sensible al tacto, esto para facilitar el uso del equipo, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.14. Dice: Interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7, se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. Entendemos que este punto deberá ser únicamente referenciado en la documentación del equipo, mas no ofertarse en las propuestas económica y técnica finales, ¿es correcto?</p> | <p>Es correcto. Solo se deberá referenciar que se tiene la capacidad de usar el protocolo HL7.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.18. Dice: Dos modulos para presion no invasiva. Entendemos que este punto se refiere a 'módulos para presión invasiva'. ¿Es correcto?</p> | <p>Es correcto el punto 2.3.18 de la partida 39 hace referencia a presiones invasivas.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.18. Dice: Dos modulos para presion no invasiva. Solicitamos a la Convocante nos aclare si se refiere a dos módulos para presión invasiva por monitor o dos módulos en total para los cuatro monitores.</p> | <p>Dos módulos (tener la capacidad de realizar dos mediciones simultaneas) para presión invasiva por monitor.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.19. Dice: Un modulo para gasto cardiaco. Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo con estimación del gasto cardiaco de manera continua y no invasiva que permite tener visibilidad del gasto cardiaco del paciente en tiempo real, esto sin necesidad de agregar módulos, sensores o accesorios extras a los ya requeridos en esta cédula. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar equipo con estimación del gasto cardíaco de manera continua y no invasiva como opción para el punto 2.3.19 en la partida 39. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. Además se aclara que el modulo de gasto cardiaco será opcional.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.20. Dice: Un modulo para capnografia. Se requiere ofertar equipo con capacidad de monitorizar capnografia a pacientes intubados y no intubados y con capacidad de monitorizar a pacientes neonatales con un adaptador con espacio muerto menor a 1 ml. ¿Es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 39 Central de monitoreo para múltiples camas (4 camas) Punto 2.3.21. Dice: Un modulo para ECG. Entendemos que la Convocante se refiere a módulo para EEG. ¿Es correcto?</p> | <p>Es correcto. Aunque este punto se considerara opcional.</p> |
| <p>Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.1. Dice: Monitor modular de 10 pulgadas como mínimo. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar monitor preconfigurado con pantalla de 10 pulgada, ya que la convocante no solicita parámetros o capacidades a futuro que requieran la adición de un módulo al monitor, por lo que un equipo preconfigurado cumple con lo estipulado en esta cédula. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar monitor preconfigurado que cumpla con lo estipulado en esta cédula como opción para el punto 2.1 de la partida 116. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.1. Dice: Monitor modular de 10 pulgadas como mínimo. Entendemos que con 'monitor modular' la Convocante se refiere a que el</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |

| | |
|--|---|
| monitor deberá ser capaz de medir parámetros extras a futuro, los cuales pueden ser capnografía o presión invasiva, y solamente se requerirá el cable troncal para su implementación, ¿es correcto? | |
| Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.3. Dice: Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Entendemos que con este punto se refiere a que el equipo deberá ser capaz de conectarse a un dispositivo externo por medio de un conector específico para ello, ¿es correcto? | No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |
| Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.3. Dice: Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Solicitamos a la convocante se permita ofertar este punto como opcional, o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3 de la partida 116 establecida en la presente convocatoria. |
| Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.4. Dice: Pantalla a color LCD o TFT o tecnología superior. Entendemos que se requiere ofertar equipo con pantalla sensible al tacto, con el fin de facilitar el uso del mismo y ofrecer equipos con alta tecnología a la Convocante. ¿Es correcto? | No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |
| Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.9. Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Se entiende que el equipo deberá ser capaz de realizar tomas de presión arterial no invasiva de manera automática cuando se detecte algún cambio en la condición del paciente mediante la medición del tiempo de tránsito de la onda de pulso, ¿es correcto? | No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |
| Partida 116 Monitor de signos vitales avanzado, Punto 2.10. Dice: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Entendemos que además se deberá | No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |

| | |
|--|--|
| <p>ofertar equipo con capacidad de guardar 120 Hr. de full disclosure de una onda de ECG, esto sin necesidad de conectarse a una central de monitoreo. ¿Es correcto?</p> | |
| <p>Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.1. Dice: Monitor modular de 10 pulgadas como mínimo. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar monitor preconfigurado con pantalla de 10 pulgadas, ya que la convocante no solicita parámetros o capacidades a futuro que requieran la adición de un módulo al monitor, por lo que un equipo preconfigurado cumple con lo estipulado en esta cédula. ¿Se acepta?</p> | <p>Se acepta ofertar monitor preconfigurado que cumpla con lo estipulado en esta cédula como opción para el punto 2.1 de la partida 117. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.1. Dice: Monitor modular de 10 pulgadas como mínimo. Entendemos que con 'monitor modular' la Convocante se refiere a que el monitor deberá ser capaz de medir parámetros extras a futuro, los cuales pueden ser capnografía o presión invasiva, y solamente se requerirá el cable troncal para su implementación, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |
| <p>Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.3. Dice: Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Entendemos que con este punto se refiere a que el equipo deberá ser capaz de conectarse a un dispositivo externo por medio de un conector específico para ello, ¿es correcto?</p> | <p>No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> <p>314</p> |
| <p>Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.3. Dice: Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Solicitamos a la convocante se permita ofertar este punto como opcional, o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ¿se acepta?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3 de la partida 117 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.4. Dice: Pantalla a color LCD o TFT o tecnología superior. Entendemos que se requiere ofertar equipo con pantalla sensible al tacto, con el fin de facilitar el uso del mismo y</p> | <p>No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.</p> |

| | |
|--|--|
| ofrecer equipos con alta tecnología a la Convocante. ¿Es correcto? | |
| Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.9. Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Se entiende que el equipo deberá ser capaz de realizar tomas de presión arterial no invasiva de manera automática cuando se detecte algún cambio en la condición del paciente mediante la medición del tiempo de tránsito de la onda de pulso, ¿es correcto? | No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |
| Partida 117 Monitor de signos vitales, Punto 2.10. Dice: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Pregunta: Entendemos que además se deberá ofertar equipo con capacidad de guardar 120 Hr. de full disclosure de una onda de ECG, esto sin necesidad de conectarse a una central de monitoreo. ¿Es correcto? | No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo. |

B) DE CARÁCTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|--|---------------|
| 3.4.2 documento 11 Solicitamos de la manera más atenta que previo al evento de presentación de propuestas se verifiquen las caducidades de los registros sanitarios, ya que en licitaciones pasadas se han detectado por parte de la proveeduría dichos documentos expirados y (alterados). Se acepta? | No se acepta. |
| | |

MCO, SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

DE CARACTER TECNICO PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS

PARTIDA No. 35. FICHAS TECNICAS. DESCRIPCION DEL CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO CUENTE CON EL PARAMETRO DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER COTIZAR EL EQUIPO SIN ESE PARAMETRO, YA QUE ESTO AUMENTARIA DEMASIADO EL COSTO, ¿SE ACEPTA?

PARTIDA No. 35. FICHAS TECNICAS. DESCRIPCION DEL CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO, ESTAN SOLICITANDO QUE EL EQUIPO CUENTE CON AL MENOS 10 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES, RECOMENDAMOS DE LA MANERA MAS AMABLE QUE SEAN DOS ELECTRODOS, YA QUE LA CANTIDAD MENCIONADA INCREMENTARIA EL COSTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTAS

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.13 de la partida 35 establecidas en la presente convocatoria.

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.2 de la partida 35 establecidas en la presente convocatoria.

VIASIS OCC, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS

PREGUNTA 1: DICE 3.4.2 PROPUESTA TÉCNICA. DOCUMENTO # 11. EN CARPETA ENGARGOLADA CON NOMBRE DEL LICITANTE, SE PRESENTARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DEBIDAMENTE REQUISITADO DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO 2 DE LAS BASES. DEBEMOS ENTENDER QUE PODRA SER ENTREGADA EN CARPETA ENGARGOLADA O CARPETA DE 3 ARGOLLAS PARA UN MEJOR CONTROL Y CONDUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LO SOLICITADO, ¿ES ESTO CORRECTO?

PREGUNTA 1: DICE ANEXO 2,

RESPUESTAS

Es correcto.

Deberá de registrar las características

| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FICHA TÉCNICA. 3.- EL LICITANTE DEBERÁ LLENAR ÚNICAMENTE, LOS CAMPOS VACÍOS DE LA SECCIÓN DERECHA: LICITANTE, MARCA, MODELO, CATALOGO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES QUE OFERTE. ¿DEBEMOS ENTENDER SE DEBERÁ CUMPLIR CABALMENTE LO SOLICITADO EN LA COLUMNA IZQUIERA DEL ANEXO 2 DE ESPECIFICACIONES O LA DESCRIPCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR?, FAVOR DE ACLARAR | de su equipo a ofertar. |
| PREGUNTA 2: PARTIDA 47. DICE: CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL CLAVE: 531.252.0033. DEBEMOS ENTENDER LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN INCLUIR EL EQUIPO DE FOTOTERAPIA O SERÁ UNA OPCIÓN A LA CONVOCANTE ACLARE DICHA OPCIÓN. | Se deberá incluir lámpara de fototerapia en el equipo, de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica. |
| PREGUNTA 3: PARTIDA 47. LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN TENER PUERTAS DE ACCESO CON CAÍDA AMORTIGUADA, Y ASI EVITAR DAÑOS AL EQUIPO. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta tecnología. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 4: PARTIDA 47. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBAN DE INTEGRAR TEMPORIZACIÓN DE APAGAR Y RCP. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta tecnología. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 5: PARTIDA 47. LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN TENER BANDEJA DE RAYOS X FRONTAL INTEGRADA AL EQUIPO. ¿ES ESTO CORRECTO? | No es correcto, favor de apegarse a la descripción en el punto 2.16 señalada en la ficha técnica de la presente partida 47. |
| PREGUNTA 6: PARTIDA 48. DICE: UNA CUNA DE CALOR RADIANTE, DEBEMOS INCLUIR EN LOS EQUIPOS A OFERTAR LA BÁSCULA Y EL RESUCITADOR, FAVOR DE ESPECIFICAR | Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica de la presente partida 48. 312 |
| PREGUNTA 7: PARTIDA 48. LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN DE TENER PANELES ABATIBLES SILENCIOSOS, ESTO CON EL FIN DE AMINORAR LA TENSIÓN EN LOS RECIENTOS. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta como opción para el punto 2.11 en la ficha técnica para la presente partida. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 8. DEBEMOS ENTENDER CON EL FIN DE DETERMINAR EL MOMENTO ADECUADO PARA EVALUAR LA REANIMACIÓN EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON TEMPORIZADOR RCP INTERCONSTRUIDO. ¿ES ESTO CORRECTO? | No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante. |
| PREGUNTA 9: PARTIDA 48. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR | No es correcto, favor de apegarse a la descripción en el punto 2.16 señalada |

| | |
|--|---|
| PARA SU MEJOR MANEJO DEBERÁN CONTAR CON PORTA CHASIS FRONTAL INTEGRADO AL EQUIPO. ¿ES ESTO CORRECTO? | en la ficha técnica de la presente partida 48. |
| PREGUNTA 10: PARTIDAS 85. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON AMORTIGUADORES GIRATORIOS DE LOS PANELES LATERALES, GENERANDO QUE ESTOS SE ABRAN LENTAMENTE INCLUSO CUANDO SUELTEN, DE ESTE MODO NO SE PROVOCA ESTRÉS INNEESARIO POR RUIDO AL RECIÉN NACIDO. ¿ES ESTO CORRECTO? | No es correcto, favor de apegarse a la descripción debidamente señalada en la ficha técnica de la presente partida 85. |
| PREGUNTA 11: PARTIDA: 85. DICE: 2.5.17 NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 50 dBA SIN HUMIDIFICADOR, CON EL FIN DE REDUCIR EL ESTRÉS Y AYUDAR UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN AL RECIÉN NACIDO. ¿ES ESTO CORRECTO? | No es correcto, favor de apegarse a la descripción debidamente señalada en la ficha técnica de la presente partida 85 en el punto 2.5.17. |
| PREGUNTA 12: PARTIDA: 85. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTAN CON BANDEJA DE CHASIS RADIOGRAFICO LATERAL SIN NECESIDAD DE ABATIR LAS PUERTAS LATERALES. ¿ESTO ES CORRECTO? | Es correcto. |
| PREGUNTA 13: PARTIDA: 85 DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON PANTALLA A COLOR DE CONTROLES DE 8" O MAYOR DE CRISTAL LÍQUIDO (TFT-LCD). ¿ESTO ES CORRECTO? | Se acepta ofertar pantalla para la partida 85 de la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 14: PARTIDA: 46. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN DE ABRIRSE LENTAMENTE AUNQUE LOS SUELTEN ABRUPTAMENTE, PARA NO PROVOCAR UN ESTRÉS INCESARIO A LOS RECIEN NACIDO. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 46 siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas en la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 15: PARTIDA 46 LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN DE CONTAR CON TEMPORIZADOR RCP INTEGRADO CON EL FIN DE DETERMINAR EL MOMENTO ADECUADO PARA EVALUAR LA REANIMACION. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 46 siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas en la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 16: PARTIDA 46. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON UN PANEL FRONTAL CON CAÍDA LENTA Y PORTA CHASIS INTEGRADO. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 46 siempre y cuando cumpla con las características mínimas descritas en la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta |

| | |
|--|---|
| | manera. |
| PREGUNTA 17: PARTIDA 87. LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN DE TENER PUERTAS DE CAÍDA LENTA PARA NO AFECTAR LA AUDICIÓN DEL NEONATO ¿ESTO ES CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 87 siempre y cuando cumpla con las características mínimas descritas en la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 18: PARTIDA 87. DICE: 2.5.17 NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 50Dba. LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN DE TENER UN NIVEL DE RUIDO INFERIOR A 44Dba CON HUMIDIFICADOR EN FUNCIONAMIENTO, ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 87 como opción para el punto 2.5.17 de la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 19: PARTIDA: 87. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CONTAR CON UN FILTRO DE AIRE DE FÁCIL ACCESO SIN UTILIZAR HERRAMIENTA ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 87 siempre y cuando cumpla con las características mínimas descritas en la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 20: PARTIDA:87 LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN TENER LA OPCIÓN PARA COMPROBAR EL NÚMERO DE HORAS QUE SE HA UTILIZADO EL FILTRO. ¿ESTO ES CORRECTO? | Se acepta ofertar tecnología para la partida 87 siempre y cuando cumpla con las características mínimas establecidas en la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA 21: PARTIDA: 88. DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON PUERTAS LATERALES Y FRONTALES CON CAÍDA SILENCIOSA ESTO CON PARA REDUCIR PANELES ESTRELLADOS, ROTOS E INCLUSO ASTILLABLES ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta ofertar pantalla para la partida 88 de la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |
| PREGUNTA22: PARTIDA: 88. DICE: 2.5.17 NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 50 Dba. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN PRODUCIR EN EL INTERIOR DE CAPACETE UN NIVEL MÁXIMO DE RUIDO DE 41 Dba SIN HUMIDIFICADOR, ESTA PARA NO AFECTAR LA AUDICIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS Y REDUCIR EL ESTRÉS. ¿ES ESTO CORRECTO? | Se acepta oferta para la partida 88 como opción para el punto 2.5.17 de la ficha técnica establecida por la convocante. Sin ser así obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. |

319

PROVEDORA MÉDICA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

| P R E G U N T A S | R E S P U E S T A S |
|--|--|
| 3.4.2. INCISO A) REGISTRO SANITARIO, B) CERTIFICADO DE CALIDAD Y C) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN.- PARA ESTOS INCISOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHOS INCISOS POR FAMILIA, YA QUE PERTENECEN A LA MISMA MARCA Y FABRICANTE ESTO PARA LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO | Se acepta, siempre y cuando se encuentren debidamente referenciados por familia. |

B).- DE CARACTER TECNICO

| P R E G U N T A S | R E S P U E S T A S |
|--|---|
| PART. 161 SET DE CIRUGIA GENERAL PEDIATRICARENG. 10 SOLICITAN PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 12 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE ACLARAR SI PODEMOS COTIZAR PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 12 CM | Favor de apegarse a la descripción señalada en la partida 161 establecida en la presente convocatoria. |
| PART. 161 SET DE CIRUGIA GENERAL PEDIATRICARENG. 13 SOLICITAN PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 160 MM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE ACLARAR SI PODEMOS COTIZAR PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 MM | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la partida 161 establecida en la presente convocatoria. |
| PART. 161SET DE INSTRUMENTAL PARA REVISION UTERINA RENG. 2 SOLICITAN PINZA DE POSSY DE 30 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE ACLARAR SI PODEMOS COTIZAR PINZA DE POSSY DE 25.4 CM | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en la partida 161 establecida en la presente convocatoria. |
| PART. 178 SET DE PUNCION PLEURAL RENG. 4 SOLICITAN PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE ACLARAR SI LA PINZA ES CON O SIN DIENTES | Se ratifica que es sin dientes. |
| PARTIDA 16 BURO CON CAJÓN HOSPITALARIO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA | Favor de hacer caso a la descripción |

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA COTIZAR ESTA PARTIDA NOS BASAMOS A EL NOMBRE GENERICO O LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EN LA DESCRIPCION NO HACE MENCIÓN DEL CAJÓN. | |
| PARTIDA 29 Carro camilla para menoresSOLICITAN QUE LAS PLANCHAS SEAN DE ABS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE | Se acepta ofertar plancha de acero inoxidable sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera. |
| PARTIDA 30 Carro camilla para recuperaciónSOLICITAN QUE LAS PLANCHAS SEAN DE ABS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE | Se acepta ofertar plancha de acero inoxidable sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera. |
| PARTIDA 31 Carro camilla para trasladoSOLICITAN QUE LAS PLANCHAS SEAN DE ABS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE | Se acepta ofertar plancha de acero inoxidable sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera. |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

a).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|--|---|
| PUNTO 3.4.2 PROPUESTA TECNICA DOCUMENTO 11 DICE: INCISO A) REGISTRO SANITARIO VIGENTE EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN COINCIDIR CON EL NÚMERO DE RENGLÓN Y LA DEFINICIÓN TEXTUAL A LA QUE CORRESPONDAN, EN APEGO AL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUÉLLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." PUBLICADO EN EL DIARIO | 1 No se acepta su solicitud 321 |

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014.

PREGUNTA 1: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN PONER EL OFICIO DE NO REGISTRO EXPEDIDO POR COFEPRIS QUE ESTA A NOMBRE DE LA EMPRESA SE ACEPTA?

PREGUNTA 2: EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD, SOLICITO SE NOS PERMITA SOLO ADJUNTAR LA CARATULA Y LA HOJA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 EN DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO SOLICITADO YA QUE SON DEMASIADAS HOJAS Y NO TIENE CASO IMPRIMIRLAS. SE ACEPTA?

2. Se acepta su solicitud siempre y cuando esté el documento completo.

b).- DE CARÁCTER TÉCNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| 3.4.2.- PROPUESTA TECNICA, DOCUMENTO 16 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN OFERTAR BIENES PROCEDENTES DE ASIA, SIEMPRE QUE LA CASA MATRIZ DEL FABRICANTE SE ENCUENTRE EN UNO DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO CUENTE CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. FAVOR DE ACLARAR. | Es correcta su apreciación. |
| PARTIDA 27 CARDIOTOCOGRAFO PUNTO 2.8 Y 3.1.- DICE: SOLICITAN ESTIMULADOR ACUSTICO PARA PROVOCAR LOS MOVIMIENTOS FOCALES. SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON PERFIL DE MOVIMIENTO FETAL YA QUE DETECTA LOS MOVIMIENTOS MAS BRUSCOS DEL FETO ¿SE ACEPTA? | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 2.8 y 3.1 de la partida 27 establecidas en la presente convocatoria. |

| | |
|--|--|
| <p>PARTIDA 27 CARDIOTOCOGRFAO</p> <p>PUNTO 4.1.- SOLICITAN PAPEL TERMICO DE DOS ESCALES TAMAÑO 150 MM POR 90 MM, SOLICITAMOS PODER OFERTAR PAPEL TERMICO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA</p> | <p>Se acepta ofertar papel térmico de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 4.1 de la partida 27.</p> |
| <p>PARTIDA 35 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS</p> <p>PUNTO 2.1.1.2 SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN CARRO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS LONGITUD 115.6 X ANCHO 57.5 X 96.5 ALTURA CM ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numera 2.1.1.2 de la partida 35 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 50 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION</p> <p>PUNTO 2.4.1.- SOLICITA TRANSMISION DE ESTUDIOS VIA PUERTO SERIEL (RS232), SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON TRANSMISION DE ESTUDIOS VIA USB ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar equipo con transmisión de estudios via USB como opción para el punto 2.4.1 de la partida 50. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 122 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL</p> <p>PUNTO 2.4.2.- SOLICITAN UNA FRECUENCIA CARDIA DE 18 A 250 LATIDOS POR MINUTOS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UNA FRECUENCIA CARDIACA DE 20 A 250 LATIDOS POR MINUTO ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar equipo con rango de frecuencia cardiaca de 20 a 250 latidos por minuto como opción para el punto 2.4.2 de la partida 122. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>323</p> |
| <p>PARTIDA 122 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL</p> <p>PUNTO 2.7.- SOLICITAN UNA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 18 HORAS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UNA MEMORIA DE 50 REGISTROS DE PACIENTE ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numera 2.7 de la partida 122 establecida en la presente convocatoria.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>PARTIDA 122 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL</p> <p>PUNTO 2.10.- SOLICITAN UNA INTERFACE PARA TRANSMISION DE DATOS A UNA COMPUTADORA, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE INTERFACE DE COMUNICACIÓN CON CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO VIA PUERTO RS232, INFRAROJO O USB ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar interface de comunicación para computadora según la tecnología del fabricante como opción para el punto 2.10 de la partida 122.</p> |
| <p>PARTIDA 123 OXIMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 2.15.- SOLICITAN UN PUERTO RS232 PARA CONEXIÓN A UNA IMPRESORA TERMICA, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE INTERFACE DE COMUNICACIÓN CON CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO VIA PUERTO RS232, INFRAROJO O USB ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar un equipo que se conecte a una impresora térmica por medio de vía USB como opción para el punto 2.15 de la partida 123. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.</p> <p>1.- SIN PUNTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA INDICADO SI EN EL CASO ESPECÍFICO DEL ESTERILIZADOR, LA DEPENDENCIA SE HARÁ CARGO DE REALIZAR LAS ADECUACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA MECÁNICA QUE LE PROPORCIONE EL LICITANTE ADJUDICADO, O EN SU DEFECTO EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ DE REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES PARA QUE EL EQUIPO QUEDE INSTALADO Y FUNCIONAL, FAVOR DE ACLARAR.</p> | <p>El licitante adjudicado deberá de realizar las adecuaciones pertinente para que el equipo quede instalado y funcional.</p> <p>324</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>2.- SIN PUNTO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA QUIEN DEBA DE REALIZAR LAS ADECUACIONES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, SEA SOLICITADA UNA VISITA A SUS INSTALACIONES, PARA QUE PODAMOS VALORAR EL COSTO DE LAS ADECUACIONES ¿SE ACEPTA</p> | <p>Se acepta su petición teniendo como fecha el día:</p> <p>*</p> |

| | |
|--|--|
| <p>NUESTRA PETICIÓN</p> | |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>3.- SIN PUNTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>Se acepta ofertar tecnología que cumpla con las característica mencionadas en la ficha técnica o características superiores en la partida 58 sin ser motivo de desechamiento.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>4.- SIN PUNTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EN EL CASO DE NO PODERSE REFERENCIAR ALGUNA CARACTERÍSTICA POR NO ESTAR DESCRITA EN FORMA TEXTUAL EN NUESTRO CATÁLOGO O MANUAL, NOS SEA PERMITIDO EL HACER LA REFERENCIA DE FORMA GRÁFICA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>La convocatoria permite en la partida 58 el uso de catálogos y/o fotografías, para corroborar las especificaciones y características del equipo.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>5.- PUNTO 1.2, SOLICITAMOS QUE LOS PANELES FRONTALES SEAN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304L O TIPO 316L, DADO A QUE DICHOS PANELES ESTARÁN PRESENTES EN EL ÁREA DE CEYE, Y POR LO TANTO DEBEN DE SER DE ACERO INOXIDABLE ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p> | <p>Se acepta ofertar acero inoxidable tipo 304L y 316L como opción para el punto 1.2 de la partida 58. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>325</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>6.- PUNTO 1.4, DEBIDO A LOS PROBLEMAS QUE CAUSAN LOS SISTEMAS DE APERTURA O CIERRE NEUMÁTICOS, SOLICITAMOS DE QUE EL SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE SEA POR MEDIO DE UN SISTEMA MOTORIZADO DE CORREAS DENTADAS, EL CUAL ES MÁS EFICIENTE Y SILENCIOSO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>Se acepta ofertar un equipo que maneje un sistema automatizado y motorizado de correas dentadas como opción para el punto 1.4 de la partida 58. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>7.- PUNTO 1.4, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PUERTA DEBERÁ DE TENER UN SISTEMA DE SEGURIDAD EL CUAL IMPIDA CERRARLA EN CASO DE QUE EXISTA UN OBSTÁCULO, ESTA OBSERVACIÓN SE HACE POR QUE SE HAN SUSCITADO CASO EN QUE LAS PUERTAS CIERRAN DE FORMA AUTOMÁTICA Y HAN EXISTIDO ATRAPAMIENTO DE MIEMBROS U OBJETOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>Se acepta su propuesta.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>8.- PUNTO 1.10, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INFORMEN SI EL EQUIPO DEBERÁ DE OFERTARSE DE UNA PUERTA O DEBERÁ DE SER DE 2 PUERTAS, FAVOR DE ACLARAR.</p> | <p>Se solicita equipo de una puerta.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>9.- PUNTO 1.13, ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE SE PUEDEN ALMACENAR LOS CICLOS, Y MAS NO ASÍ SE DEBERÁ DE OFERTAR UN SISTEMA QUE PERMITA EXPORTARLOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>Es correcta su apreciación.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>10.- PUNTO 1.13.1, ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE CONECTARSE A UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y NO ASÍ CONSIDERAR EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN NUESTRA OFERTA ECONÓMICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>Es correcta su apreciación. De que el equipo debe de tener la capacidad de conectarse a un sistema de trazabilidad y no así considerar el sistema de trazabilidad en las ofertas económicas.</p> <p>326</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 1.20 de la partida 58 establecida en</p> |

| | |
|--|---|
| <p>11.- PUNTO 1.20, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR COMO OPCIÓN UN SISTEMA DE SUAVIZACIÓN DE AGUA, EL CUAL GARANTIZA EN NUESTROS EQUIPOS SU FUNCIONAMIENTO LIBRE DE PROBLEMAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p> | <p>la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA N° 58 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO</p> <p>12.- PUNTO 4.6, NUESTROS ESTERILIZADORES ESTÁN FABRICADOS CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA Y NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO, YA QUE TIENEN UN SISTEMA CERRADO, EL CUAL ENVÍA EL VAPOR A UN INTERCAMBIADOR DE CALOR Y ESTE A SU VEZ A UN SISTEMA ECONOMIZADOR, LO CUAL PERMITE AHORRAR AGUA Y A SU VEZ ENVÍA LOS CONDENSADOS AL DRENAJE A UNA TEMPERATURA MENOR DE 60° C, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS CUENTEN CON UN SISTEMA INTERCAMBIADOR DE VAPOR, EL CUAL GARANTIZA QUE NO EXISTIRÁN FUGAS DE VAPOR, TANTO EN EL ESCAPE ATMOSFÉRICO COMO EN EL DRENAJE Y DE ESTA FORMA SE ADQUIRIRÍA UN EQUIPO DE PRIMER NIVEL ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p> | <p>Se acepta ofertar un sistema intercambiador de vapor como opción para el punto 4.6 de la partida 58. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 97, LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO,</p> <p>1.- PUNTO 3.3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE REDUZCAN LA CANTIDAD DE CÓMODOS, YA QUE AL SOLICITAR 30 CÓMODOS IMPACTA EN EL PRECIO QUE SE FUESE A OFERTAR, AUNADO A QUE EL MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN ES EL LAVA CÓMODOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 3.3 de la partida 97 establecida en la presente convocatoria.</p> <p>327</p> |
| <p>PARTIDA N° 110 MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA.</p> <p>1.- PUNTO 2.3, DEBIDO A EL INDICE</p> | <p>Se acepta ofertar un sistema que soporte un minimo de 300Kg como opción para el punto 2.3 de la partida 110. Sin ser</p> |

ELEVADO DE POBLACIÓN MEXICANA QUE SUFRE DE SOBRE PESO Y OBESIDAD, SOLICITAMOS QUE LA MESA DEBA DE SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 300 KG, TENIENDO EN CUENTA QUE EL HECHO DE COLOCAR ACCESORIOS A LA MESA HACE QUE LA CAPACIDAD DE CARGA CONTEMPLADA DE VISTA DEL PESO DE PACIENTE SEA MENOR, ESTO QUIERE DECIR QUE SI LA MESA DEBE DE SOPORTAR 160 KG, DEBERÍAMOS DE RESTARLE EL PESO DE LOS ACCESORIOS, DIGAMOS 50 KG, LO QUE QUEDA UN PESO DE SOPORTE PARA EL PACIENTE DE 110 KG, Y COMO INDICAMOS LA POBLACIÓN MEXICANA SUFRE DE OBESIDAD Y SOBRE PESO, ADEMÁS DE QUE ESTO GARANTIZA QUE SE DARÁ EL SERVICIO Y ATENCIÓN ADECUADA A TODO TIPO DE PACIENTES, ADEMÁS DE PROPORCIONAR LA SEGURIDAD TANTO DEL USUARIO COMO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA N° 110 MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA.

2.- SIN PUNTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CAMA DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE POSICIONAR EL PACIENTE, O LO QUE ES LO MISMO, SE PODRÁN COLOR LAS PARTES DE LOS PIES EN LA CABEZA Y VICEVERSA SIN LA NECESIDAD DE ESTAR GIRANDO LA MESA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Se acepta ofertar tecnología que permite colocar las partes de los pies en la cabeza y viceversa sin la necesidad de estar girando la cabeza como opción para la partida 58. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

328

PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS)

PREGUNTA 1.-PUNTOS 2.2.12 DICE: CON CONEXIONES A RED PARA COMUNICACIÓN VÍA:

2.2.12.1 ALÁMBRICA.

2.2.12.2 INALÁMBRICA.

PREGUNTA DADO LA EL COSTO DE DUPLICAR LA CONEXIÓN ALAMBRICA O INALAMBRICA EN EQUIPOS MEDICOS TIENEN UN COSTO ADICIONAL . POR LO QUE

Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alambriac como opción para el punto 2.2.12 de la partida 36. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

SOLICTAMOS OFERTAR UNA CONEXIÓN ALAMBRICA QUE ES MA SEGURA PARA PROTEGER LOS DATOS DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?

PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS)

PREGUNTA 2.- PUNTO 2.3.1 MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO A COLOR TECNOLOGÍA LCD O TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.

CONSIDERAMOS QUE EL MONITOR MODULAR SOLICITAMOS UNA TOLERANCIA DE +/- 3 PULGADAS YA QUE CONTARAN CON UN SISTEMA CENTRAL DONDE LA MAYOR PARTE DEL MONITOREO ESTA VISUALIZADO CON UN MONITOR DE 17" Y QUE PUEDE VERSE TODAS Y CADA UNO DE LOS PARAMETROS MONITORIZADOS DEL PACIENTE Y ASI TENER UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN COSOTOS Y CUMPLIR CONCADA UNA DE LA ESPECIFIACIONES SOLICITADAS.¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?

PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS)

PREGUNTA 3.- DICE: PUNTO .- 2.3.2 CON CONEXIONES A RED PARA COMUNICACION POR VIA: INALAMBRICA. Y PUNTO 2.2.12.1 DICE: ALÁMBRICA.

SOLICITAMOS OFERTAR CONEXIÓN ALAMBRICA PARA SER CONGURNTES CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.2.12.1. ¿SE ACPETA MI SOLICITUD?

PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS)

PREGUNTA 4.- PUNTO 2.3.18 DICE: DOS MODULOS PARA PRESION NO INVASIVA. CREEMOS QUE HAY UN ERRRO EL CUAL SOILICITAN DOS MODULOS DE PRESION INVASIVA.

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.1 de la partida 36 establecidas en la presente convocatoria.

Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alambrica como opción para el punto 2.3.2 de la partida 36. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

Es correcto, el punto 2.3.18 de la partida 36 hace referencia a presiones invasivas.

| | |
|--|--|
| ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? | |
| PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS) PREGUNTA 5.- PUNTO 2.3.21 DICE;UN MÓDULO PARA ECG. CREEMOS QUE HAY UN EROR Y SE REFRIEREN A EEG. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? | Es correcto, el punto 2.3.21 de la partida 36 hace referencia a EEG. |
| PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS) PREGUNTA 6.- SI ES AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PARAMETRO SE OPCIONAL YA QUE ES UN PARAMETRO QUE ENCARECERA LA PROPUESTA ECONOMICA.. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD? | Se acepta ofertar como opcional el parámetro mencionado en el punto 2.3.21 de la partida 36. |
| PARTIDA 36 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (6 CAMAS) PREGUNTA 7.- PUNTO 2.3.22 DICE: UN MÓDULO PARA INDICE BIESPECTRAL. SOLICITAMOS OFERTAR ESTE CON UN MODULO O UN EQUIPO ALTERNO COMO MONITOR BIS.¿SE ACEPTA MI SOLICITUD? | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.22 de la partida 36 establecida en la presente convocatoria. |
| PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS) PREGUNTA 1.-PUNTOS 2.2.12 DICE: CON CONEXIONES A RED PARA COMUNICACIÓN VÍA: 2.2.12.1 ALÁMBRICA. 2.2.12.2 INALÁMBRICA. PREGUNTA DADO LA EL COSTO DE DUPLICAR LA CONEXIÓN ALAMBRICA O INALAMBRICA EN EQUIPOS MEDICOS TIENEN UN COSTO ADICIONAL . POR LO QUE SOLICTIAMOS OFERTAR UNA CONEXIÓN ALAMBRICA QUE ES MA SEGURA PARA | Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alambrica como opción para el punto 2.2.12 de la partida 38. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera. 330 |

| | |
|---|--|
| <p>PROTEGER LOS DATOS DEL PACIENTE.¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | |
| <p>PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 2.- PUNTO 2.3.1 MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO A COLOR TECNOLOGÍA LCD O TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE EL MONITOR MODULAR SOLICITAMOS UNA TOLERANCIA DE +/- 3 PULGADAS YA QUE CONTARAN CON UN SISTEMA CENTRAL DONDE LA MAYOR PARTE DEL MONITOREO ESTA VISUALIZADO CON UN MONITOR DE 17" Y QUE PUEDE VERSE TODAS Y CADA UNO DE LOS PARAMETROS MONITORIZADOS DEL PACIENTE Y ASI TENER UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN COSOTOS Y CUMPLIR CONCADA UNA DE LA ESPECIFIACIONES SOLICITADAS.¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.1 de la partida 38 establecidas en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 3.- DICE: PUNTO .- 2.3.2 CON CONEXIONES A RED PARA COMUNICACION POR VIA: INALAMBRICA. Y PUNTO 2.2.12.1 DICE: ALÁMBRICA. SOLICITAMOS OFERTAR CONEXIÓN ALAMBRICA PARA SER CONGURNTES CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.2..12.1. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alámbrica como opción para el punto 2.3.2 de la partida 38. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>331</p> |
| <p>PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 4.- PUNTO 2.3.18 DICE: DOS MODULOS PARA PRESION NO INVASIVA. CREEMOS QUE HAY UN ERRO EL CUAL SOILICITAN DOS MODULOS DE PRESION INVASIVA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?</p> | <p>Es correcto, el punto 2.3.18 de la partida 38 hace referencia a presiones invasivas.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 5.- PUNTO 2.3.21 DICE;UN MÓDULO PARA ECG. CREEMOS QUE HAY UN EROR Y SE REFRIEREN A EEG. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?</p> | <p>Es correcto, el punto 2.3.21 de la partida 38 hace referencia a EEG.</p> |
| <p>PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 6.- SI ES AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PARAMETRO SE OPCIONAL YA QUE ES UN PARAMETRO QUE ENCARRECERA LA PROPUESTA ECONOMICA . ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar como opcional el parámetro mencionado en el punto 2.3.21 de la partida 38.</p> |
| <p>PARTIDA 38 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (2 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 7.- PUNTO 2.3.22 DICE: UN MÓDULO PARA INDICE BIESPECTRAL. SOLICITAMOS OFERTAR ESTE CON UN MODULO O UN EQUIPO ALTERNO COMO MONITOR BIS. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.22 de la partida 38 establecida en la presente convocatoria.</p> <p>332</p> |
| <p>PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (4 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 1.-PUNTOS 2.2.12 DICE: CON CONEXIONES A RED PARA COMUNICACIÓN VÍA: 2.2.12.1 ALÁMBRICA. 2.2.12.2 INALÁMBRICA. PREGUNTA DADO LA EL COSTO DE DUPLICAR LA CONEXIÓN ALAMBRICA O INALAMBRICA EN EQUIPOS MEDICOS TIENEN UN COSTO ADICIONAL . POR LO QUE SOLICITAMOS OFERTAR UNA CONEXIÓN ALAMBRICA QUE ES MA SEGURA PARA PROTEGER LOS DATOS DEL</p> | <p>Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alámbrica como opción para el punto 2.2.12 de la partida 39. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>PACIENTE. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | |
| <p>PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (4 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 2.- PUNTO 2.3.1 MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO A COLOR TECNOLOGÍA LCD O TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE EL MONITOR MODULAR SOLICITAMOS UNA TOLERANCIA DE +/- 3 PULGADAS YA QUE CONTARAN CON UN SISTEMA CENTRAL DONDE LA MAYOR PARTE DEL MONITOREO ESTA VISUALIZADO CON UN MONITOR DE 17" Y QUE PUEDE VERSE TODAS Y CADA UNO DE LOS PARAMETROS MONITORIZADOS DEL PACIENTE Y ASI TENER UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN COSOTOS Y CUMPLIR CONCADA UNA DE LA ESPECIFIACIONES SOLICITADAS.</p> <p>¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.1 de la partida 39 establecidas en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (4 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 3.- DICE: PUNTO .- 2.3.2 CON CONEXIONES A RED PARA COMUNICACION POR VIA: INALAMBRICA. Y PUNTO 2.2.12.1 DICE: ALÁMBRICA.</p> <p>SOLICITAMOS OFERTAR CONEXIÓN ALAMBRICA PARA SER CONGURNTES CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.2.12.1.</p> <p>¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alámbrica como opción para el punto 2.3.2 de la partida 39. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>333</p> |
| <p>PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (4 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 4.- PUNTO 2.3.18 DICE: DOS MODULOS PARA PRESION NO INVASIVA. CREEMOS QUE HAY UN ERRO EL CUAL SOILICITAN DOS MODULOS DE PRESION INVASIVA.</p> <p>¿ES CORRECTA MI APRECIACION?</p> | <p>Es correcto, el punto 2.3.18 de la partida 39 hace referencia a presiones invasivas.</p> |
| <p>PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO</p> | <p>Es correcto, el punto 2.3.21 de la partida 39</p> |

| | |
|--|---|
| <p>PARA MÚLTIPLES CAMAS (4 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 5.- PUNTO 2.3.21 DICE;UN MÓDULO PARA ECG. CREEMOS QUE HAY UN EROR Y SE REFRIEREN A EEG ES CORRECTA MIA PRECIACION.</p> <p>PREGUNTA 6.- SI ES AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PARAMETRO SE OPCIONAL YA QUE ES UN PARAMETRO QUE ENCARRECERA LA PROPUESTA ECONOMICA. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>hace referencia a EEG.</p> <p>Si se acepta</p> |
| <p>PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS (4 CAMAS)</p> <p>PREGUNTA 7.- PUNTO 2.3.22 DICE: UN MÓDULO PARA INDICE BIESPECTRAL. SOLICITAMOS OFERTAR ESTE CON UN MODULO O UN EQUIPO ALTERNO COMO MONITOR BIS. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.22 de la partida 39 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 116 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO</p> <p>PREGUNTA 1.- PUNTO 2.1. DICE:MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS OFERTAR UN MONITOR CONFIGURADO COMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICCIONES DESCRITAS. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar monitor preconfigurado como opción para el punto 2.1 de la partida 116. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>334</p> |
| <p>PARTIDA 116 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO</p> <p>PREGUNTA 2.- SOLICITAMOS UN TOLERANCIA EN LA PANTALLA DE +/- UNA PULGADA EL CUAL CUMPLE CON LA ESPECIFICCIONES SOLICITADAS.¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1 de la partida 116 establecidas en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 116 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO</p> <p>PREGUNTA 3.- PUNTOS.- 2.2.1 ALÁMBRICA Y 2.2.2 INALÁMBRICA.</p> | <p>Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alambrica como opción para el punto 2.2.1 de la partida 116. Sin ser obligatorio para los demás licitantes</p> |

| | |
|--|---|
| <p>CREEMOS QUE HAY UN ERROR YA QUE NO DESCRIBE PARA QUE REQUEREN LA CONEXIÓN ALAMBRICA O INALAMBRICA POR LO QUE SOLICITAMOS OFERTAR CONEXIÓN ALAMBRICA Y OPCIONAL INALAMBRICA.¿ES CORRECTA MI APRECIACION?</p> | <p>hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 117 MONITOR DE SIGNOS VITALES</p> <p>PREGUNTA 1.- PUNTO 2.1. DICE:MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS OFERTAR UN MONITOR CONFIGURADO COMPLETIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar monitor preconfigurado como opción para el punto 2.1 de la partida 117. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 117 MONITOR DE SIGNOS VITALES</p> <p>PREGUNTA 2.- SOLICITAMOS UN TOLERANCIA EN LA PANTALLA DE +/- UNA PULGADA EL CUAL CUMPLE CON LA ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1 de la partida 117 establecidas en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 117 MONITOR DE SIGNOS VITALES</p> <p>PREGUNTA 3.- DICE: PUNTOS 2.2 PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO POR VIA: 2.2.1 ALÁMBRICA, 2.2.2 INALÁMBRICA. PREGUNTA SOLICITAMOS OFERTAR UNA TECNOLOGIA DE LA DOS COMO LA ALAMBRICA PARA NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar conexiones a red para comunicación vía alámbrica como opción para el punto 2.2 de la partida 117. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>335</p> |
| <p>PARTIDA 153 UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE</p> <p>PREGUNTA 1 .- PUNTO 2.3.1. DICE SOPORTE A PISO O TECHO O PISO-TECHO O INTEGRADO A LA MESA O PISO-PARED. SIN EMBARGO NO DESCRIBEN LAS DIMENSIONES DE SOPORTE A PISO POR LO QUE SOLICITO OFERTAR LAS DIMENCIONES DEL EQUIPO A OFERTAR A PISO QUE EL FABIRCANTE CUENTA .</p> | <p>Se acepta ofertar la tecnología propia del fabricante como opción del punto 2.3.1 de la partida 153. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |

¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?

PARTIDA 153 UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE

PREGUNTA 2.- PUNTOS 2.11 . DICE: ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN., 2.11.1. CON MONITOR DE 17" O MAYOR Y RESOLUCIÓN DE 1K X 1K O MAYOR 2.11.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DE 80 GB O MAYOR. L A DESCRIPCION ANTERIOR PERTENECE A UN EQUIPO ANALOGICO POR LO CUAL NO REQUIERE LA ESTACION DE TRABAJO POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE OPCIONAL YA QUE LA DESCRIPCION NO ES LA CORRECTA.

¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

Es correcta su apreciación. El punto 2.11 que es la estación de adquisición no es requerida ya que es un equipo análogo.

PARTIDA 153 UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE

PREGUNTA 1 .- PUNTO 2.3.1. DICE SOPORTE A PISO O TECHO O PISO-TECHO O INTEGRADO A LA MESA O PISO-PARED. SIN EMBARGO NO DESCRIBEN LAS DIMENSIONES DE SOPORTE A PISO POR LO QUE SOLICITO OFERTAR LAS DIMENCIONES DEL EQUIPO A OFERTAR A PISO QUE EL FABIRCANTE CUENTA.

¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?

Se acepta ofertar la tecnología propia del fabricante como opción del punto 2.3.1 de la partida 153. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA 155 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL

PREGUNTA 1.- 2.10. CONTROL REMOTO INALÁMBRICO. SOLICITAMOS OFERTAR UN CONTROL ALAMBRICO YA QUE EL QUE SOLICITA PUEDE EXTRAVIARSE CON LOS DIFERENTES USO ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?

Se acepta ofertar control alámbrico como opción del punto 2.10 de la partida 155. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA 123 OXIMETRO DE PULSO

PUNTO 2.1.3 BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 6 HORAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR Y

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.3 de la partida 123 establecida

| | |
|---|--|
| <p>REFERENCIAR UN OXIMETRO DE PULSO CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 4 HORAS. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>PARTIDA 123 OXIMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 2.2.1.1 RANGO DE 1 A 100%. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UN OXÍMETRO DE PULSO, CON LA CAPACIDAD DE DESPLEGAR DIGITALMENTE EL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE CON RANGO DE 1 A 100%. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar un equipo que mida un rango de saturación de oxígeno del 1 al 100% como opción para el punto 2.2.1.1 de la partida 123. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 123 OXIMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 2.11 CON PESO DENTRO DEL RANGO DE 2 KG A 3.5KG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE E LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UN OXIMETRO DE PULSO CON PESO DENTRO DEL RANGO DE 1.5 KG A 2 KG DADO QUE LO HACE LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar un equipo que tenga un peso dentro del rango de 1.5Kg a 2 Kg como opción para el punto 2.11 de la partida 123. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 123 OXIMETRO DE PULSO</p> <p>PUNTO 2.15 CON PUERTO RS232 QUE PERMITA CONEXIÓN A IMPRESORA TIPO TÉRMICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UN OXIMETRO DE PULSO CON UN PUERTO USB DADO LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta ofertar un equipo que se conecte a una impresora térmica por medio de via USB como opción para el punto 2.15 de la partida 123. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 122 OXIMENTRO DE PULSO PORTATIL</p> <p>PUNTO 2.7 MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 18 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE COMO MÍNIMO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numera 2.7 de la partida 122 establecida en la presente convocatoria.</p> |

91 28

PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UN OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL QUE TIENE UNA MEMORIA INTERNA QUE PUEDE ALMACENAR 50 REGISTROS DE DATOS DE POR PACIENTE . ¿SE ACEPTA?

B

PARTIDA 157 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL
PUNTO 2.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR UN EQUIPO INFANTIL PEDIÁTRICO ADULTO EL CUAL PERMITE VENTILAR A PACIENTES DESDE 1KG, SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1 de la partida 157 establecidas en la presente convocatoria.

PARTIDA 157 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL

PUNTO 2.3.1.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE DE 5 A 3000ML, CONSIDERANDO QUE A LOS PACIENTES NEONATALES SE LES VENTILAN PRINCIPALMENTE POR PRESIÓN CONTROL, SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.1.1 de la partida 157 establecidas en la presente convocatoria.

PARTIDA 157 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL

PUNTO 2.3.3 CONSIDERANDO QUE UNA PRESIÓN POR ARRIBA DE LOS 60CMH2O SE CONSIDERA DE RIESGO PARA EL PACIENTE, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 80CMH2O

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.3 de la partida 157 establecidas en la presente convocatoria.

338

PARTIDA 157 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL

PUNTO 2.3.11 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LÍMITE SUPERIOR EN PSV MAYOR DE 50 CMH2O

PUNTO 2.3.16 DICE "AJUSTE DE LA RAMPA DE PRESIÓN O RISE TIME" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DE FORMA AUTOMÁTICA DEBERÁ AJUSTARSE PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?

Punto 2.3.11: No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.11 de la partida 157 establecidas en la presente convocatoria.

Punto 2.3.16: No es correcto. Habla solo sobre el ajuste de la rampa de presión.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| | |
|--|--|
| | |
| <p>PARTIDA 157 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL</p> <p>PUNTO 2.7.12 DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ SER UN MÓDULO DE CO2 DE LA MISMA MARCA, INCLUIDO CON EL EQUIPO?</p> | <p>No es correcto, el equipo debe de ser interconstruido.</p> |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> <p>PUNTO 2.1 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ SER PEDIÁTRICO DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA, ¿ES CORRECTO?</p> | <p>No es correcto. Debe de ser neonatal-pediátrico.</p> |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> <p>PUNTO 2.3.1.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE DE 5 A 3000ML, CONSIDERANDO QUE A LOS PACIENTES NEONATALES SE LES VENTILAN PRINCIPALMENTE POR PRESIÓN CONTROL, SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.11 de la partida 160 establecidas en la presente convocatoria.</p> <p>3349</p> |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> <p>PUNTO 2.5.18 SOLICITAMOS NOS PERMITE OFERTAR UNA COMPENSACIÓN DE FUGAS DE HASTA 25 L/MM, SE ACEPTA?</p> | <p>El punto 2.5.18 habla sobre la monitorización de porcentaje de fuga.</p> |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> | <p>Se acepta ofertar sensor de flujo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 2.7.3 de la partida 160.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>PUNTO 2.7.3 SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN SENSOR DE FLUJO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.</p> | |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> <p>PUNTO 2.7.9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UN NEBULIZADOR ELECTRÓNICO CON UN MMA DE 2.1µM</p> | <p>Se acepta ofertar nebulizador electrónico con un MMA de 2.1 µM como opción para el punto 2.7.9 de la partida 160. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> <p>PUNTO 3.6 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN LA MISMA CANTIDAD LOS SENSORES DE FLUJO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.</p> | <p>Se acepta ofertar la misma cantidad de sensores de flujo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante como opción para el punto 3.6 de la partida 160.</p> |
| <p>PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR</p> <p>PUNTO 4.2.3 NOS PODRÍAN ESPECIFICAR A QUÉ SE REFIEREN CON 4 BOTONES NEONATALES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA.</p> | <p>El punto 4.2.3 se elimina de la ficha técnica correspondiente a la partida 160</p> <p>340</p> |

c).- DE CARÁCTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|---------------------|
| <p>DICE: DOCUMENTO 2.- ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, DEL REPRESENTANTE ACREDITADO PARA PARTICIPAR Y DE LA PERSONA QUE OTORGA EL PODER (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR, ETC.). PARA EL CASO DE LAS PERSONAS FÍSICAS ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA Y COPIA PARA SU COTEJO Y RESGUARDO.</p> | <p>Es correcto.</p> |

PREGUNTA: EN EL CASO DE LA PERSONA ACREDITADA Y EL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LAS OFERTAS SEA EL MISMO ¿SOLO SE PONDRÁ ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL QUE FIRMA, FAVOR DE ACEPTAR

DICE: ANEXO 10 CEDULA DE DOCUMENTOS

PERSONA MORAL: COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DEL LICITANTE Y DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO, COPIA DEL PODER NOTARIAL DONDE CONSTE QUE TIENE LAS FACULTADES SUFICIENTES A NOMBRE DE SU REPRESENTADA; EN CASO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS UN TERCERO, DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ANTERIORES Y CARTA PODER SIMPLE DE ACUERDO AL ANEXO 9.

PREGUNTA: EN EL DOCUMENTO 3. TAMBIÉN SOLICITAN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO Y RESGUARDO DEL PODER NOTARIAL O ACTA CONSTITUTIVA DONDE INDIQUE QUE SE TIENEN FACULTADES SUFICIENTES, FAVOR DE ACLARAR. PRIMERA: SI SE TIENE QUE PONER UNO U OTRO DOCUMENTO, SEGUNDA: SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO 10 CEDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, SE TIENEN QUE PONER LOS MISMOS DOCUMENTOS DOS VECES EN COPIA SIMPLE. FAVOR DE ACLARAR

No, en el Anexo 10 únicamente se deberá relacionar los documentos que presenta.

341 9

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|---|
| <p>DICE: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VI, 3, FRACCIÓN I, 24, 25, 26, FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS APLICABLES DE SU REGLAMENTO, DONDE DICE: ARTICULO 28 FRACCION MENSIONA LO SIGUIENTE:</p> <p>III.- Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar.</p> <p>SIN EMBARGO DEL EL DOCUMENTO 16 DICE: DOCUMENTO 16.- CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO DEL FABRICANTE AL LICITANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO AL LICITANTE CON LAS PARTIDAS QUE VAN A LICITAR CON NUMERO DE RENGLON, NOMBRE GENERICO, CANTIDAD MARCA Y MODELO DEL EQUIPO MEDICO Y/O INSTRUMENTAL.</p> <p>"LAS PROPUESTAS DE EQUIPO MEDICO O INSTRUMENTAL SERAN EVALUADAS POR EL COMITÉ TECNICO"NO ACEPTANDO PROPUESTAS DE ARTÍCULOS DE ORIGEN CHINO, PAQUISTANÍ E INDIO. POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PREGUTA:</p> <p>NUESTRA REPRESENTADA CUENTA CON MARCAS DE PRESETIGIO INTERNACIONAL EN MEXICO. Y CUMPLE CON LOS ESTANDADRES INTERNACIONALES DONDE LA CASA O OFICINA MATRIZ SE ENCUENTRA EN PAISES QUE MEXICO TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DONDE SUS PRODUCTOR SON DE ORIGENES ASIATICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE NUESTRA</p> | <p>No se da respuesta, toda vez que el cuestionamiento formulado no se plantea de manera concisa ni está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la LAASSP.</p> |

SOLICITUD PARA EL CASO DE EQUIPO MEDICO, CUMPLIENDO CON TODAS LAS NORMATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA.

b).- DE CARÁCTER TÉCNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|---|
| <p>PARTIDA 89 LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA</p> <p>PUNTO 2.7.- SOLICITAN UNA LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LONGITUD DE BRAZO DE 60 CM ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.7 de la partida 89 establecido en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 89 LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA</p> <p>PUNTO 2.8.- SOLICITAN CON DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CMA UNA DISTANCIA DE 40 CM, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN DIAMETRO DE ILUMINACION FIJO DE 14 CM A UNA DISTANCIA DE 50 CM ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.8 de la partida 89 establecido en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA 92 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE</p> <p>PUNTO 2.7.- SOLICITAN UNA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGenea EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA D ELA FUENTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SI OFERTAR UNA LAMPARA CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 130,000 LUXES ESTARIAMOS CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿ES CORRACTA MI APRECIACION?</p> | <p>Es correcta.</p> |
| <p>PARTIDA 93 LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA</p> <p>PUNTO 2.4.7.- SOLICITAN UNA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGenea EN EL RANGO DE 100,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA D ELA FUENTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SI OFERTAR UNA LAMPARA CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 100,000 LUXES ESTARIAMOS CUMPLIENDO CON LO</p> | <p>Es correcta.</p> <p>3439</p> |

| | |
|---|--|
| SOLICITADO YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? | |
| PARTIDA 94 LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO 2.4.7.- SOLICITAN UNA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA D ELA FUENTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SI OFERTAR UNA LAMPARA CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 130,000 LUXES ESTARIAMOS CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? | Es correcta. |
| PARTIDA N° 19 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. 1.- PUNTO 2.2.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA CAMA CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, LO CUAL PERMITE DAR POSICIONAMIENTO AUN CUANDO EXISTA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN? | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2.1 de la partida 19 establecida en la presente convocatoria. 344 |
| PARTIDA N° 19 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. 2.- PUNTO 2.3, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS PANELES DE CONTROL DEBERÁN DE ESTAR INTERCONSTRUIDOS EN LA CARA INTERNA Y EXTERNA DE LOS BARANDALES SUPERIORES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del articulo, por lo que lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la institución. |
| PARTIDA N° 19 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. 3.- PUNTO 2.4.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA OTORGADA UNA TOLERANCIA DE +/- 5°, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.4.1 de la partida 19 establecida en la presente convocatoria. |
| PARTIDA N° 19 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. | No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción |

| | |
|--|---|
| <p>4.- PUNTO 2.4.4., ES CORRECTO ENTENDER QUE LA POSICIÓN DE SILLA CARDIACA DEBERÁ DE SER TRAVÉS DE UN BOTÓN DEDICADO EN EL PANEL DE CONTROL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>del artículo, por lo que lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la institución.</p> |
| <p>PARTIDA N° 19 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</p> <p>5.- PUNTO 2.6, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ALTURA VARIABLE DE 44.5 A 84.5, LO CUAL SOLO REPRESENTA 1 CM MENOS A LA TOLERANCIA OTORGADA POR USTEDES, AUNADO A QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.6 de la partida 19 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA N° 23 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE.</p> <p>1.- PUNTO 2.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA OTORGADA UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE +/- 10 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.5 de la partida 23 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA N° 23 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE.</p> <p>2.- PUNTO 2.14, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO DEBERÁ DE SER ACCESIBLE DESDE CUALQUIERA DE LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMILLA, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>Se acepta ofertar sistema de direccionamiento accesible en las 4 esquinas como opción para el punto 2.14 de la partida 23. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 23 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE.</p> <p>3.- PUNTO 2.15, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE FRENADO DEBERÁ DE SER ACCESIBLE DESDE CUALQUIERA DE LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMILLA, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>Se acepta ofertar sistema de frenado accesible en las 4 esquinas como opción para el punto 2.15 de la partida 23. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>345</p> |

PARTIDA N° 29 CARRO CAMILLA PARA MENORES.

1.- PUNTO 2.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR PLATAFORMA FABRICADA EN HPL RADIOTRANSARENTE DE, LO CUAL ES SIMILAR AL PLÁSTICO ABS, PERO ESTE CUENTA CON MEJOR RESOLUCIÓN AL SER USADO CON LAS PLACAS DE RX, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Se acepta ofertar plataforma fabricada en HPL radiotransparente como opción para el punto 2.1 de la partida 29. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA N° 29 CARRO CAMILLA PARA MENORES.

2.- PUNTO 2.6, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PROPORCIONADA UNA TOLERANCIA DE +/- 10 % EN LAS DIMENSIONES, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.6 de la partida 29 establecida en la presente convocatoria.

PARTIDA N° 29 CARRO CAMILLA PARA MENORES.

3.- PUNTO 2.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PROPORCIONADA UNA TOLERANCIA DE +/- 10 % EN EL AJUSTE DE ALTURA, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.7 de la partida 29 establecida en la presente convocatoria.

PARTIDA N° 30 CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN.

1.- PUNTO 2.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE DE 10 MM DE ESPESOR, LO CUAL ES SIMILAR AL PLÁSTICO ABS, PERO ESTE CUENTA CON MEJOR RESOLUCIÓN AL SER USADO CON LAS PLACAS DE RX, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Se acepta ofertar plataforma fabricada en laminado plástico radiotransparente de 10mm de espesor como opción para el punto 2.1 de la partida 30. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA N° 30 CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN.

2.- PUNTO 2.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS SEA ACEPTADO EL OFERTAR BARANDALES ABATIBLES, LO

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2 de la partida 30 establecida en la presente convocatoria.

| | |
|--|---|
| <p>CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p> | |
| <p>PARTIDA N° 30 CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN.</p> <p>3.- PUNTO 2.3, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVER,SO DEBERÁ DE SER DE 12° O MAYO, FAVOR DE CONFIRMAR</p> | <p>Es correcta su apreciación de que el Trendelemburg debe de ser de 12° o mayor.</p> |
| <p>PARTIDA N° 30 CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN.</p> <p>4.- PUNTO 2.4, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE RESPALDO AJUSTABLE DEBERÁ DE SER DE 0 A 90 ° COMO MÍNIMO, FAVOR DE CONFIRMAR</p> | <p>El punto 2.4 hace referencia al peso.</p> |
| <p>PARTIDA N° 30 CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN.</p> <p>5.- PUNTO 2.5, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS DEBERÁ DE SER ACTIVADO DESDE CUALQUIERA DE LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMILLA, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>Se acepta ofertar sistema de bloqueo de las ruedas accesible en las 4 esquinas como opción para el punto 2.5 de la partida 30. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 30 CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN.</p> <p>6.- PUNTO 2.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ALTURA DE HASTA 88 CM, YA QUE ENTRE MAYOR SEA LA ALTURA EN LA CUAL SE COLOQUE A UN PACIENTE O SE TRASLADE, EXISTE UN MENOR PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA CAMILLA, POR LO CUAL ESTA SERÍA MENOS ESTABLE Y A SU VEZ SEGURA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.7 de la partida 30 establecida en la presente convocatoria.</p> |

347

| | |
|--|--|
| <p>PARTIDA N° 31 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO.</p> <p>1.- PUNTO 2.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE DE 10 MM DE ESPESOR, LO CUAL ES SIMILAR AL PLÁSTICO ABS, PERO ESTE CUENTA CON MEJOR RESOLUCIÓN AL SER USADO CON LAS PLACAS DE RX, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>2.- PUNTO 2.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS SEA ACEPTADO EL OFERTAR BARANDALES ABATIBLES, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMILLA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p> | <p>1.- Se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>2. Se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 31 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO.</p> <p>3.- PUNTO 2.3, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVER,SO DEBERÁ DE SER DE 12° O MAYO, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>Deberá demostrar que cuenta con el sistema de trendelenburg y respaldo ajustable.</p> |
| <p>PARTIDA N° 31 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO.</p> <p>4.- PUNTO 2.4, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE RESPALDO AJUSTABLE DEBERÁ DE SER DE 0 A 90 ° COMO MÍNIMO, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>La pregunta que realiza no corresponde al punto referenciado.</p> |
| <p>PARTIDA N° 31 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO.</p> <p>5.- PUNTO 2.5, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SISTEMA DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS DEBERÁ DE SER ACTIVADO DESDE CUALQUIERA DE LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMILLA, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>La camilla deberá contar con un sistema de bloqueo central, diseño de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>PARTIDA N° 31 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO.</p> <p>6.- PUNTO 2.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ALTURA DE HASTA 88 CM, YA QUE ENTRE MAYOR SEA LA ALTURA EN LA CUAL SE COLOQUE A UN PACIENTE O SE TRASLADÉ, EXISTE UN MENOR PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA CAMILLA, POR LO CUAL ESTA SERÍA MENOS ESTABLE Y A SU VEZ SEGURA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.7 de la ficha técnica correspondiente.</p> |
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>1.- PUNTO 2.1.1.2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA OTORGADA UNA TOLERANCIA DE +/- 3 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.1.2 de la partida 113 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>2.- PUNTO 2.2.1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO SEA OTORGADA UNA TOLERANCIA DE +/- 10 ° EN LA ELEVACIÓN DEL RESPALDO, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2.1 de la partida 113 establecida en la presente convocatoria.</p> |
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>3.- PUNTO 2.2.2., ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PARTE DEBER DE TENER LA ELEVACIÓN PÉLVICA DE AL MENOS 5°, LO CUAL PERMITE POSICIONAR EN UNA FORMA MÁS CÓMODA A LA PACIENTE AL REALIZARSE LA EXPLORACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR.</p> | <p>Es correcto.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>4.- PUNTO 2.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR EL PORTA ROLLO EN EL RESPALDO, YA QUE AL ESTAR POSICIONADO EL PORTA ROLLO EN UNA LATERAL, HACE MÁS DIFÍCIL LA MANIPULACIÓN DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar el porta rollo en el respaldo como opción para el punto 2.5 de la partida 113. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>5.- PUNTO 2.4.1, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL COLCHÓN DEBERÁ DE SER REPELENTE AL FUEGO DE ACUERDO AL CÓDIGO CAL-133, FAVOR DE CONFIRMAR</p> | <p>Se debe entender que el colchón deberá de ser repelente al fuego.</p> |
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>5.- PUNTO 2.6, ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CAJONERAS LATERALES DEBERÁN DE SER PASANTES, PARA QUE SEA INDISTINTO SI SE ABREN DEL LADO DERECHO O IZQUIERDO, LO CUAL HACE MÁS CÓMODA SU UTILIZACIÓN, AUNADO A QUE ASÍ SE CONTARÍAN CON MÁS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL NO HABER ESPACIOS MUERTOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar cajoneras laterales tipo pasantes como opción para el punto 2.6 de la partida 113. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |
| <p>PARTIDA N° 113 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN (DE ESPECIALIDAD)</p> <p>6.- SIN PUNTO, DEBIDO A EL ÍNDICE ELEVADO DE POBLACIÓN MEXICANA QUE SUFRE DE SOBRE PESO Y OBESIDAD, SOLICITAMOS QUE LA MESA DEBA DE SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 250 KG, ESTO GARANTIZA QUE SE DARÁ EL SERVICIO Y ATENCIÓN ADECUADA A TODO TIPO DE PACIENTES, ADEMÁS DE QUE GARANTIZARÍA LA SEGURIDAD TANTO DEL USUARIO COMO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | <p>Se acepta ofertar peso mínimo de 250kg como opción para la partida 113. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> |

3509

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.