

QUE DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA UN MEJOR VISUALIZACIÓN DE ESTOS PARAMENTOS Y OTROS DATOS IMPORTANTES DEL PACIENTE LA PANTALLA SOLICITADA DEBERÁ DE SER AL MENOS 8.4 PULGADAS ¿ES ESTO CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.7.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). ENTENDEMOS QUE COMO MIMO DEBERÁ DE CONTAR CON EL ANÁLISIS DE LAS SIGUIENTES ARRITMIAS: FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV), TAQUICARDIA VENTRICULAR (TV), RITMO SINUSAL NORMAL (RSN), ASISTOLE (AS), FIBRILACIÓN ARTERIAL, BLOQUEOS, RITMOS IDIOVENTRICULARES. ¿ES ESTO CORRECTO?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.7.6 MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PEDIÁTRICO Y ADULTO. PREGUNTA: LA FUNCIÓN DE UN DESFIBRILADOR ES LA SER UN EQUIPO DE CARDIOVERSIÓN, UN EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL QUE ENVÍA IMPULSOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA AL CORAZÓN DE FORMA SINCRONIZADA Y CON UNA INTENSIDAD DETERMINADA. SU UTILIZACIÓN ES PARA INTERRUPIR UN TIPO DE ARRITMIA CARDIACA, O CUANDO EL CORAZÓN DEJA DE FUNCIONAR NO PARA TENER MEDICIONES DE PRESIÓN NO INVASIVA QUE ES LA FUNCIÓN DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL DESFIBRILADOR SOLICITADO PARA ESTE CARRO ROJO NO CUENTE CON LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA O QUE EL OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE CON RESUCITADOR INTEGRADO

7. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.

8. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.1.7.6 establecidas en la presente convocatoria.

PARTIDA 46

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100% Y 2.5.3 POTENCIA DEL CALEFACTOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA EXHIBICIÓN DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE PUEDE EXHIBIR LA POTENCIA SOLICITADA. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4 CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIERE ES QUE EL EQUIPO NO INICIE CON LA POTENCIA DEL CALEFACTOR AL 100% SI NO QUE AL ENCENDER EL EQUIPO ESTE PERMANEZCA ENCENDIDO AL 37% DE LA POTENCIA Y SIN ALARMAS, Y QUE SEA LA ELECCIÓN DEL USUARIO EL PODER QUITAR EL MODO DE PRECALENTAMIENTO PASÁNDOLO YA SEA A MODO MANUAL O SERVOCONTROLADO. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.10. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE EL CALEFACTOR DAÑE AL RECIÉN NACIDO, EL MATERIA DE FABRICACIÓN DEL MISMO DEBERÁ DE SER EN ACERO INOXIDABLE IRROMPIBLE Y NO DE CERÁMICA O CUARZO QUE SE PUEDEN ROMPER Y DAÑAR AL PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.12. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELEBURG Y CONTRATRENDELEBURG O TRENDELEBURG INVERSO, O

1. Es correcto. Se acepta ofertar la exhibición de la potencia del calefactor de acuerdo a la tecnología de cada fabricante siempre y cuando se demuestre que se puede exhibir como opción para el punto 2.5.3.

2. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo.

3. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 2.10, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. No es correcta. Los movimientos podrán ser electrónicos, mecánicos o de acuerdo a la tecnología del producto que oferte siempre y cuando cumpla con lo descrito en el punto 2.12.

52

INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON ANGULO DE 12° DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR CONFORT PARA EL PACIENTE DURANTE SU ESTANCIA EN LA CUNA RADIANTE ENTENDEMOS QUE ESTE MOVIMIENTO DEBERÁ SER ELÉCTRICO OPERADO POR BOTONES O PEDALES SEGÚN TECNOLOGÍA. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.17. LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA POSEEMOS UN MOVIMIENTO DE GIRO LATERAL DE 70 GRADOS QUE PERMITE ADEMÁS DE SEGUIR CALEFACCIONADO AL PACIENTE DAR ACCESO AL EQUIPO DE RAYOS X POR LO DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO DEMOSTREMOS QUE EL MOVIMIENTO DE 70 GRADOS PERMITE ACCESO AL EQUIPO DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.22. MÓDULO DE REANIMACIÓN Y RESUCITADOR INFANTIL INTERCONSTRUIDO. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MÓDULO DE REANIMACIÓN INTEGRADO AL CUERPO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?  
EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES

5. Se acepta ofertar movimiento de giro lateral de 70 grados que permite además de seguir calefaccionando al paciente dar acceso al equipo de rayos x como opción para el punto 2.17 siempre y cuando se demuestre que el movimiento de 70 grados permite acceso al equipo de Rayos X. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.22 establecidas en la ficha técnica.

53

LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN CADA FABRICANTE PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.23. QUE MIDA PRESIÓN INSPIRATORIA PICO (PIP), PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN (PEEP), FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO<sub>2</sub>), FLUJO DE OXÍGENO Y FRECUENCIA RESPIRATORIA. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MÓDULO DE REANIMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

8.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN CADA FABRICANTE PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1. BÁSCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUPIR EL CALOR RADIANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA BÁSCULA SOLICITADA DEBERÁ DE CONTAR CON AL MENOS UN DISPLAY DIGITAL DE 5 DÍGITOS, UN

7. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.23 establecidas en la ficha técnica.

8. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

9. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 3.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

CERO INICIAL AUTOMÁTICO, TECLA DE "CERO" PARA CORREGIR PEQUEÑAS DESVIACIONES INICIALES, TECLA PARA MEMORIZAR EL PESO REAL DEL BEBÉ, PUDIENDO MANTENER AUN CUANDO SE AGREGUE O QUITE PESO, MEDICIÓN CONTINUA DURANTE LAS 24HS, CAPACIDAD: 10KG, SENSIBILIDAD: 5GRS Y ALIMENTACIÓN: 220/127V-50HZ. ¿ES ESTO CORRECTO?

10.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.5. CRONOMETRO DIGITAL. PREGUNTA: REQUIEREN UN CRONOMETRO DE APGAR CON UNA ALARMA DE DURACIÓN DE 3 SEGUNDOS, CON INTERVALOS DE 1, 5 Y 10 MINUTOS PARA PERMITIR AL MÉDICO TRATANTE TOMAR LOS PUNTAJES DE APGAR DEL PACIENTE CON INTERVALOS PRECISOS O REQUIEREN UN CRONOMETRO QUE CUENTE HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100% Y 2.5.3 POTENCIA DEL CALEFACTOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA EXHIBICIÓN DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE PUEDE EXHIBIR LA POTENCIA SOLICITADA. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4 CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIERE ES QUE EL EQUIPO NO INICIE CON LA POTENCIA DEL CALEFACTOR AL 100%

10. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 3.5, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA 47

1. Es correcto, deberá tener control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100% y además desplegarla de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

2. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 2.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

SI NO QUE AL ENCENDER EL EQUIPO ESTE PERMANEZCA ENCENDIDO AL 37% DE LA POTENCIA Y SIN ALARMAS, Y QUE SEA LA ELECCIÓN DEL USUARIO EL PODER QUITAR EL MODO DE PRECALENTAMIENTO PASÁNDOLO YA SEA A MODO MANUAL O SERVOCONTROLADO. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.10. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE EL CALEFACTOR DAÑE AL RECIÉN NACIDO, EL MATERIA DE FABRICACIÓN DEL MISMO DEBERÁ DE SER EN ACERO INOXIDABLE IRROMPIBLE Y NO DE CERÁMICA O CUARZO QUE SE PUEDEN ROMPER Y DAÑAR AL PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.12. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG Y CONTRATRENDELEMBURG O TRENDELEMBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON ANGULO DE 12° DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR CONFORT PARA EL PACIENTE DURANTE SU ESTANCIA EN LA CUNA RADIANTE ENTENDEMOS QUE ESTE MOVIMIENTO DEBERÁ SER ELÉCTRICO OPERADO POR BOTONES O PEDALES SEGÚN TECNOLOGÍA. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.17. LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA POSEEMOS UN MOVIMIENTO DE GIRO LATERAL DE 70 GRADOS QUE PERMITE ADEMÁS DE SEGUIR CALEFACCIONADO AL PACIENTE DAR ACCESO AL EQUIPO DE RAYOS X POR LO DE LA MANERA MÁS

3. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 2.10, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. No es correcta. Los movimientos podrán ser electrónicos, mecánicos o de acuerdo a la tecnología del producto que oferte siempre y cuando cumpla con lo descrito en el punto 2.12.

5. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 2.17 siempre y cuando se demuestre que cumple con lo descrito en el mismo. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

56

ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO DEMOSTREMOS QUE EL MOVIMIENTO DE 70 GRADOS PERMITE ACCESO AL EQUIPO DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.22. MÓDULO DE REANIMACIÓN Y RESUCITADOR INFANTIL INTERCONSTRUIDO. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MÓDULO DE REANIMACIÓN INTEGRADO AL CUERPO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

7.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LAS CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN CADA FABRICANTE PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECÍFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.23. QUE MIDA PRESIÓN INSPIRATORIA PICO (PIP), PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN (PEEP), FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO2), FLUJO DE OXÍGENO Y FRECUENCIA RESPIRATORIA. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA

6. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.22 establecidas en la presente convocatoria.

7. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

8. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.23 establecidas en la ficha técnica.

COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MÓDULO DE REANIMACIÓN CON LAS CARACTERISTISTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

9.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LAS CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN CADA FABRICANTE PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

10.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE), EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANÓMETROS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA SOLICITADA ADEMÁS DE FORMAR PARTE DEL CUERPO DEL EQUIPO DEBERÁ DE TENER UNA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 500 NANÓMETROS O MAYOR SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?

11.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.2. BÁSCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA BÁSCULA SOLICITADA DEBERÁ DE CONTAR CON AL MENOS UN DISPLAY DIGITAL DE 5 DÍGITOS, UN CERO INICIAL AUTOMÁTICO, TECLA DE "CERO" PARA CORREGIR PEQUEÑAS DESVIACIONES INICIALES, TECLA PARA MEMORIZAR EL PESO REAL DEL BEBÉ, PUDIENDO MANTENER AUN CUANDO SE AGREGUE O QUITE PESO.

9. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

10. Es correcto

11. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 3.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.



MEDICIÓN CONTINUA DURANTE LAS 24HS, CAPACIDAD: 10KG, SENSIBILIDAD: 5GRS Y ALIMENTACIÓN: 220/127V-50HZ. ¿ES ESTO CORRECTO?

12.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.6. CRONOMETRO DIGITAL. PREGUNTA: REQUIEREN UN CRONOMETRO DE APGAR CON UNA ALARMA DE DURACIÓN DE 3 SEGUNDOS, CON INTERVALOS DE 1, 5 Y 10 MINUTOS PARA PERMITIR AL MÉDICO TRATANTE TOMAR LOS PUNTAJES DE APGAR DEL PACIENTE CON INTERVALOS PRECISOS O REQUIEREN UN CRONOMETRO QUE CUENTE HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?

PARTIDA 48 INCUBADORA DE TRASLADO

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1.3. BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 90 MIN Y 2.9 BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 90 MINUTOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE QUE LA INCUBADORA PUEDA REALIZAR TRASLADOS MÁS PROLONGADOS DENTRO Y FUERA DEL HOSPITAL DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA BATERÍA INTERNA TENGA UNA DURACIÓN DE AL MENOS 5 HORAS. ¿SE ACEPTA?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.2. CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA EXHIBICIÓN DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE PUEDE EXHIBIR LA POTENCIA SOLICITADA. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.6.2. PUERTA

12. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 3.6, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA 48

1. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para los puntos 2.1.3 y 2.9 , sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

2. Es correcto, siempre y cuando la tecnología de cada fabricante cumpla con lo descrito en el punto 2.4.2.

3. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a

FRONTAL CON AL MENOS DOS PORTILLOS Y PUERTA DE ACERO CEFÁLICO. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ESTRÉS POR FRÍO AL ABRIR UNA PUERTA LATERAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE UN CASCO CEFÁLICO EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UN PORTILLO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO LATERAL PARA LA INSTALACIÓN DEL CASCO CEFÁLICO QUE EVITA LA ENTRADA DE AIRE FRÍO A LA INCUBADORA, PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.6.3. CON COLCHÓN DESLIZABLE O QUE EL PACIENTE PERMITA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN E INTUBACIÓN. CON LA FINALIDAD DE EVITAR MOVIMIENTOS BRUSCOS DEL PACIENTE DURANTE EL TRASLADO EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS UN COLCHÓN TIPO NIDO EXTRAÍBLE CON CORREAS QUE SUJETAN AL RECIÉN NACIDO EVITANDO POSIBLES GOLPES POR LOS TRASLADOS, PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA DE COLCHÓN TIPO NIDO EXTRAÍBLE. ¿SE ACEPTA?

PARTIDA 87 INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34 GRADOS C. HASTA 37 GRADOS C. CON SOBRE GIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE MÁS DE 37 HASTA 38 GRADOS C. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR CONTROL EN LA TEMPERATURA CORPORAL DE PACIENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS INCUBADORAS OFERTADAS CUENTEN CON LA MEDICIÓN DE DOBLE

la descripción señalada en el numeral 2.6.2 establecida en la ficha técnica.

4. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.6.3 establecidas en la presente ficha técnica.

PARTIDA 87

1. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para el punto 2.2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

TEMPERATURA DISTAL Y PROXIMAL ATRAVEZ DE DOS SENSORES DE PIEL. ¿SE ACEPTA?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.1. DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.3.1.2 TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA INCUBADORA DEBERÁ DE CONTAR CON LA MEDICIÓN DE DOS TEMPERATURAS PROXIMAL Y DISTAL EN MODO AIRE PARA LA MONITORIZACIÓN DE GEMELOS. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.1.8. CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA EXHIBICIÓN DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE PUEDE EXHIBIR LA POTENCIA SOLICITADA. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.1.2. TEMPERATURA BAJA Y ALTA DE LA PIEL DEL PACIENTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ADEMÁS DE LA ALARMA DE ALTA Y BAJO DE LA TEMPERATURA DE PIEL LOS EQUIPO OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON LA DIFERENCIAL DE LA TEMPERATURA T1 Y T2 ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.7. DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR ATENCIÓN DE PACIENTE EN UNA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA Y CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR ACCESO AL PACIENTE ENTENDEMOS

2. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.1 establecidas en la presente ficha técnica.

3. Es correcto, siempre y cuando cumpla con alguna de las características señaladas en el numeral 2.3.1.8 de la presente ficha técnica.

4. Se acepta ofertar diferencial de la temperatura T1 y T2 como opción para el punto 2.4.1.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

5. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por el convocante.

QUE ADEMÁS DE DOS PUERTAS DE ACCESO, LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON DOS PUERTAS LATERALES REBATIBLES LAS 4 180° ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.14. CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO, CON UN ANGULO DE INCLINACIÓN DE LA MENOS 12 GRADOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR CONFORT PARA EL PACIENTE DURANTE SU ESTANCIA EN LA CUNA RADIANTE ENTENDEMOS QUE ESTE MOVIMIENTO DEBERÁ SER ELÉCTRICO OPERADO POR BOTONES Y CON POSICIÓN 0° U HORIZONTAL AL PULSAR UN BOTÓN. ¿ES ESTO CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.7. CON DEPÓSITO DE AGUA REMOVIBLE Y ESTERILIZABLE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34 GRADOS C. HASTA 37 GRADOS C. CON SOBRE GIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE MÁS DE 37 HASTA 38 GRADOS C. Y MÁS ADELANTE PIDEN 2.3.1.4 CON MONITOREO SIMULTANEO DE 2 TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL

6. Se acepta ofertar movimiento deberá ser eléctrico operado por botones y con posición 0° u horizontal al pulsar un botón como opción para el punto 2.5.14. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

7. Es correcto, tendrá que ser demostrada la característica solicitada.

PARTIDA 88

1. Se acepta ofertar diferencial de la temperatura distal y proximal como opción para el punto 2.3.1.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

g  
PACIENTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA MEDICIÓN DE LA DOBLE TEMPERATURA DEL PACIENTE DEBERÁ SE DISTAL Y PROXIMAL ATRAVERZ DE DOS SENSORES DE PIEL CON LA DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.1. DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.3.1.2 TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA INCUBADORA DEBERÁ DE CONTAR CON LA MEDICIÓN DE DOS TEMPERATURAS PROXIMAL Y DISTAL EN MODO AIRE PARA LA MONITORIZACIÓN DE GEMELOS. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.1.2. TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA Y MÁS ADELANTE 2.3.1.4 CON MONITOREO SIMULTANEO DE 2 TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA MEDICIÓN DE LA DOBLE TEMPERATURA DEL PACIENTE DEBERÁ SE DISTAL Y PROXIMAL ATRAVERZ DE DOS SENSORES DE PIEL CON LA DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.1.9 CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA EXHIBICIÓN DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE PUEDE EXHIBIR LA POTENCIA SOLICITADA. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.14 CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN

2. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.1 establecidas en la presente ficha técnica.

3. Se acepta ofertar la descripción propuesta como opción para los puntos 2.3.1.2 y 2.3.1.4, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. Es correcto, siempre y cuando cumpla con alguna de las características señaladas en el numeral 2.3.1.9 de la presente ficha técnica.

5. Se acepta ofertar movimiento deberá ser eléctrico operado por botones y con posición 0° u horizontal al pulsar un botón como opción para el

63

PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELEBURG Y TRENDELEBURG INVERSO, CON UN ANGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12 GRADOS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR CONFORT PARA EL PACIENTE DURANTE SU ESTANCIA EN LA CUNA RADIANTE ENTENDEMOS QUE ESTE MOVIMIENTO DEBERÁ SER ELÉCTRICO OPERADO POR BOTONES Y CON POSICIÓN 0° U HORIZONTAL AL PULSAR UN BOTÓN. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.6.1 INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 TANQUE DE OXÍGENO TIPO E (CAPACIDAD APROXIMADA DE 680 LITROS), CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SUS FUNCIONAMIENTO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ADEMÁS DE OFERTAR ESTE ACCESORIO SE DEBERÁ DE OFERTAR LA BASE DEL MISMO EN EL CUERPO DE LA INCUBADORA ¿ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 89 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2 FUENTE DE LUZ CON LED BLANCO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS LED SOLICITADOS DEBERÁN DE SER AL MENOS 3 FOCOS. ¿ES CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA

punto 2.5.14. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. Es correcto, tendrá que ser demostrada la característica solicitada.

7. Se ratifica lo solicitado en el punto 3.5 de la ficha técnica, porta tanque de oxígeno.

PARTIDA 89

1. Deberá contar con tecnología LED de acuerdo a su diseño, que proporcione la intensidad de luz solicitada en el punto 2.3 de la ficha técnica.

2. Se acepta ofertar iluminación por encima de 50,000 lux como opción para el punto 2.3 de la

SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3 INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MÍNIMO A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR VISIÓN DE LA ZONA DEL PACIENTE QUE SE VA A REVISAR SE REQUIERE UNA ILUMINACIÓN POR ENCIMA DE LAS 50,000 MIL LUXES POR LO QUE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS LÁMPARAS SOLICITADAS CUENTE CON UNA POTENCIA DE ILUMINACIÓN DE AL MENOS 50,000 LUXES. ¿SE ACEPTA?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.7 LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM. COMO MÍNIMO. PREGUNTA: PODEMOS OFERTAR EQUIPOS DE MÁS MENOS 5 CM DE LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE SOLICITADO YA QUE ESTO NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.8 CON DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM. A UNA DISTANCIA DE 40 CM. PREGUNTA ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE TENER UN DIÁMETRO VARIABLE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 25 CM Y DENTRO DEL RANGO DE 30 A 60 CENTÍMETROS. ¿ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 91 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1 LÁMPARA DE TUNGSTENO-HALÓGENO, CON POTENCIA MÁXIMA DE 150 WATTS. PREGUNTA LAS LÁMPARAS DE TUNGSTENO-HALÓGENO SON LÁMPARAS OBSOLETAS, CON POCA DURACIÓN Y REQUIEREN MÁS TIEMPO DE EXPOSICIÓN PARA LOGRAR EL RESULTADO REQUERIDO. ESTE TIPO DE LÁMPARAS CON EL TIEMPO HAN SIDO SUSTITUIDAS POR FOCOS DE LEDS QUE RESULTAN MÁS DURABLES,

ficha técnica, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.7 de la ficha técnica.

4. No es correcto, el equipo deberá demostrar que cuenta con diámetro de iluminación variable en el rango de 4 a 25 cm, a una distancia de 40 cm.

PARTIDA 91

1. Se acepta ofertar tecnología LED como opción para el punto 2.1, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

MENOS COSTOSOS, CON MENOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y REDUCEN HASTA EN UN 60% LA ESTANCIA DE LOS PACIENTES EN LOS CUNEROS U OTROS EQUIPOS, POR LO ANTERIOR DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN ESTE RENGLÓN SEAN EQUIPO DE LEDS Y NO DE LÁMPARAS DE TUNGSTENO-HALÓGENO. ¿SE ACEPTA?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2 VIDA MEDIA DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE QUE LAS LÁMPARAS TENGAN MAYOR DURACIÓN SIN SER SUSTITUIDAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS A OFRECER CUENTEN CON 8000 HORAS DE USO O MÁS SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4 IRRADIACIÓN MÍNIMA DE 18 MICRO WATTS/CM<sup>2</sup>/NANÓMETRO A 40 CM. PREGUNTA: UNA IRRADIACIÓN DE 18 MICRO WATTS/CM<sup>2</sup>/NANÓMETRO A 40 CM PROVOCA UNA ESTANCIA MÁS PROLONGADA DENTRO DE LOS CUNEROS O EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL PACIENTE RECIBIENDO LA TERAPIA, POR LO ANTERIOR U CON LA INTENSIÓN DE UNA DISMINUCIÓN EN LA ESTANCIAS DEL PACIENTE DENTRO DEL HOSPITAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS A OFRECER CUENTE CON UNA RADIACIÓN MÍNIMA DE 40 MICRO WATTS/CM<sup>2</sup>/NANÓMETRO A 40 CM. ¿SE ACEPTA?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.1 EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFRECER DEBERÁN DE OPERAR DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?

2. Se acepta ofertar que la vida media sea de 8000 horas como opción para el punto 2.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. Se acepta ofertar como opción para el punto 2.2, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. Es correcto, el equipo deberá operar dentro del rango especificado en la presente ficha técnica.



5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5 AJUSTE DE ALTURA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL AJUSTE DE ALTURA DEBERÁ DE SER COMO MÍNIMO DE 115 Y MÁXIMO DE 150 CM. ¿ES CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.6 AJUSTE DE INCLINACIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL AJUSTE DE ALTURA DEBERÁ DE SER COMO MÍNIMO DE 72 CM. ¿ES CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.8 CONTADOR DE HORAS DE USO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ADEMÁS DEL CONTADOR DE HORAS DE USO LOS EQUIPOS A OFRECER DEBERÁN DE TENER UN CONTADOR RESETABLE DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO. ¿ES ESTO CORRECTO?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 FUENTE DE LUZ DE TUNGSTENO/HALÓGENO (2 PIEZAS). GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN EN EL PAÍS DE LAS LÁMPARAS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES A LAS LÁMPARAS DE TUNGSTENO/HALÓGENO ESTAS NO DEBERÁN DE SER OFERTADAS. ¿ES CORRECTO?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.2. Y 3.3. PROTECTORES DE OJOS Y DE GENITALES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SER CONSUMIBLES NO SE TENDRÁN QUE REFERENCIAR. ¿ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 92 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.2.1 LED BLANCO. PREGUNTA: ENTENDEMOS

5. Se solicita que cuente con la función de ajuste de altura, los parámetros estarán definidos de acuerdo a diseño y tecnología de cada fabricante.

6. Se solicita que cuente con la función de ajuste de inclinación, los parámetros estarán definidos de acuerdo a diseño y tecnología de cada fabricante.

7. Se acepta ofertar contador resetable del tiempo de exposición como opción para el punto 2.8, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

8. Es correcto siempre y cuando oferte una tecnología LED, en este caso deberá sustituir por al menos una lámpara LED de repuesto.

9. Deberá referenciar los consumibles que oferta.

PARTIDA 92

1. Deberá contar con tecnología LED de acuerdo a su diseño, que proporcione la intensidad de luz

QUE EL NÚMERO DE LED BLANCOS SOLICITADOS DEBERÁ DE SER DE AL MENOS 29 POR LÁMPARA O CABEZAL. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.2.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS O MAYOR. PREGUNTA: CON LA INTENSIÓN DE QUE LAS LÁMPARAS OFERTADAS TENGAN UNA MAYOR DURACIÓN EN OPERACIÓN Y NO SEAN CAMBIADAS EN UN TIEMPO CORTO, DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA VIDA ÚTIL DEL JUEGO DE LÁMPARAS SEA DE AL MENOS 50,000 HORAS. ¿SE ACEPTA?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.3 TEMPERATURA Y COLOR EN EL RANGO DE 4,200 A 6,000 GRADOS KELVIN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE OPERAR DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.4 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 90% O MAYOR. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR VISIÓN DEL CAMPO OPERATORIO ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFRECER DEBERÁN DE TENER UN RENDIMIENTO DE COLOR IGUAL O SUPERIOR AL 95%. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.5.1 DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 22 CM O MAYOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁN DE OPERAR EQUIPOS DE MÍNIMO 22 CM Y HASTA 33 O MÁS. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.5.2 PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 75 CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN

solicitada en el punto 2.4.7 de la ficha técnica.

2. Se acepta ofertar que la vida media sea de 50,000 horas como opción para el punto 2.4.2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. Es correcto, el equipo deberá operar dentro del rango especificado en la presente ficha técnica.

4. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la convocante.

5. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

6. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo,

REENFOQUE. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR ILUMINACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO ENTENDEMOS QUE LA PROFUNDIDAD DEBERÁ DE SER DE 70 A 150 CM COMO MÍNIMO. ¿ES ESTO CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.6 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M<sup>2</sup> O MENOR POR CADA LÁMPARA. PREGUNTA: SE REFIEREN A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE TENER UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN ENTRE 300 Y 500 W/M<sup>2</sup>. ¿ES CORRECTO?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.7 INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS LÁMPARAS DEBERÁN TENER UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE MÍNIMO 130,000 LUXES O MÁS SEGÚN TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTO?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.2 TIEMPO DE RECARGA DE LAS BATERÍAS DE 8 HORAS COMO MÁXIMO. PREGUNTA: EL ESPERAR MÁS DE 60 MINUTOS A QUE SE RESTABLEZCA LA ELECTRICIDAD EN LAS BATERÍAS DE LAS LÁMPARAS PODRÍA OCASIONAR UNA POSIBLE DETENCIÓN DE CIRUGÍAS EN EL HOSPITAL AL QUE ESTÁN DESTINADAS LAS MISMAS, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL TIEMPO DE RECARGA DE LAS BATERÍAS DEBERÁ DE SER IGUAL O MENOR A 60 MINUTOS. ¿ES CORRECTO?

PARTIDA 94 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.2.1 LED BLANCO. PREGUNTA: ENTENDEMOS

por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

7. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

8. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

9. No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

PARTIDA 94

1. Deberá contar con tecnología LED de acuerdo a su diseño, que proporcione la intensidad de luz solicitada en el punto 2.4.7 de la ficha técnica.

QUE EL NÚMERO DE LED BLANCOS SOLICITADOS DEBERÁ DE SER DE AL MENOS 29 POR LÁMPARA O CABEZAL. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.2.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS O MAYOR. CON LA INTENSIÓN DE QUE LAS LÁMPARAS OFERTADAS TENGAN UNA MAYOR DURACIÓN EN OPERACIÓN Y NO SEAN CAMBIADAS EN UN TIEMPO CORTO, DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA VIDA ÚTIL DEL JUEGO DE LÁMPARAS SEA DE AL MENOS 50,000 HORAS. ¿SE ACEPTA?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.3 TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE OPERAR DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.4 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 90% O MAYOR. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR VISIÓN DEL CAMPO OPERATORIO ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFRECER DEBERÁN DE TENER UN RENDIMIENTO DE COLOR IGUAL O SUPERIOR AL 95%. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.5.1 DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 22 CM O MAYOR. ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁN DE OPERAR EQUIPOS DE MÍNIMO 22 CM Y HASTA 33 O MÁS. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.5.2

2. Se acepta ofertar que la vida media sea de 50,000 horas como opción para el punto 2.4.2.3, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica.

4. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

5. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

6. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la

PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 75 CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR ILUMINACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO ENTENDEMOS QUE LA PROFUNDIDAD DEBERÁ DE SER DE 70 A 150 CM COMO MÍNIMO. ¿ES ESTO CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.6 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA. PREGUNTA: SE REFIEREN A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE TENER UNA ENERGÍA DE RADIACIÓN ENTRE 300 Y 500 W/M2. ¿ES CORRECTO?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.7 INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 130,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS LÁMPARAS DEBERÁN TENER UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE MÍNIMO 130,000 LUXES O MÁS SEGÚN TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTO?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), 2.5.2 TIEMPO DE RECARGA DE LAS BATERÍAS DE 8 HORAS COMO MÁXIMO. PREGUNTA: EL ESPERAR MÁS DE 60 MINUTOS A QUE SE RESTABLEZCA LA ELECTRICIDAD EN LAS BATERÍAS DE LAS LÁMPARAS PODRÍA OCASIONAR UNA POSIBLE DETENCIÓN DE CIRUGÍAS EN EL HOSPITAL AL QUE ESTÁN DESTINADAS LAS MISMAS, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL TIEMPO DE RECARGA DE LAS BATERÍAS DEBERÁ DE SER IGUAL O MENOR A 60 MINUTOS. ¿ES CORRECTO?

PARTIDA 110 MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.11 CABECERA

presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

7. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

8. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

9. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

PARTIDA 110

1. Se acepta ofertar como opción para el punto

DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO. PREGUNTA: CON LA INTENSIÓN DE REALIZAR MEJORES Y MÁS TIPOS CIRUGÍAS DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LO EQUIPOS A OFRECER CUENTE CON FLEXIÓN CONTINUA DE -50 A +50° O MÁS SEGÚN TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

2.- PIDEN EN EL PUNTO 2.11.2 ASCENSO Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM +/- 10 CM. CON RESPECTO AL PISO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE OPERAR EL ASCENSO Y DESCENSO DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?

3.- PIDEN EN EL PUNTO 2.11.4 QUE PERMITA DAR POSICIÓN DE KRASKE O NAVAJA SEVILLANA. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA ESTA POSICIÓN ES LLAMADA: POSICIÓN PARA CIRUGÍA PROCTOLÓGICA, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTA POSICIÓN COMO POSICIÓN DE PROCTOLOGÍA O PARA CIRUGÍA DE PROCTOLOGÍA DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

4.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LAS CUALES NO SE ACEPTAN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE EN CUANTO AL NOMBRE DE LAS POSICIONES DE LA MESA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

5.- PIDEN EN LOS PUNTOS 2.11.5 TRENDELENBURG DE 0 A -25 GRADOS O MAYOR. 2.11.6 TRENDELENBURG INVERSO DE 0 A 20 GRADOS O MAYOR, 2.11.7 INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA DE 15 O MAYOR PREGUNTA: PARA ESTOS PUNTOS ENTENDEMOS QUE CON LA FINALIDAD DE TENER MEJOR POSICIONES PARA LOS PROCESOS

2.11, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

2. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica.

3. Se acepta oferta para la presente partida como opción para el punto 2.11.4 siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en la presente ficha técnica. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. No se da respuesta ya que se acepta la oferta propuesta en la pregunta anterior de la presente partida.

5. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la presente ficha técnica de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida por la convocante.

QUIRÚRGICOS LAS MESAS DEBERÁN DE TENER AL MENOS TRENDELEBURG Y TRENDELEBURG INVERSO DE  $-40^{\circ}$  Y  $+40^{\circ}$  CON INCLINACIONES MÍNIMAS DE  $30^{\circ}$ . ¿ES CORRECTO?

PARTIDA 116 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.1 MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO. PREGUNTA EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON EQUIPOS PRECONFIGURADOS POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO MPDULARES O PRECONFIGURADOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

2.- PIDEN EN EL PUNTO 2.7.1 AL MENOS 4 CURVAS SIMULTÁNEAS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE 5, 6 Y HASTA 10 CURVAS SIMULTÁNEAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

3.- PIDEN EN EL PUNTO 2.9 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. PREGUNTA: LOS INTERVALOS QUE REQUIEREN SON DE AL MENOS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 O 30 MINUTOS, O 1, 2, 4 U 8 HORAS ¿ES CORRECTO?

4.- PIDEN EN EL PUNTO 2.10 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA DEBERÁ DE SER DE LAS 24 HORAS SOLICITADAS Y DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

5.- PIDEN EN EL PUNTO 2.12 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON

PARTIDA 116

1. Se acepta oferta como opción para el punto 2.1 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

2. Se acepta oferta como opción para el punto 2.7.1 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. Se acepta oferta como opción para el punto 2.9 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. Se acepta oferta de la presente partida como opción para el punto 2.10 siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en la ficha técnica. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo así de esta manera.

5. Se acepta oferta de la presente partida como

DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. PREGUNTA. CON LA FINALIDAD DE QUE EL MONITOR PUEDA SER USADO TANTO COMO MONITOR DE CABECERA COMO MONITOR DE TRANSPORTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA BATERÍA INTERNA SEA DE AL MENOS 2 HORAS O MAYOR SEGÚN TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?

6.- PIDEN EN EL PUNTO 3.5. REGISTRADOR TÉRMICO, 3.5.1 DE AL MENOS 2 CANALES. PREGUNTA CON LA INTENSIÓN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, NO DIRIGIR LA COMPRA HACIA UNA MARCA ESPECÍFICA Y EVITAR QUE UNA SOLA CASA COMERCIAL PARTICIPE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA IMPRESORA TÉRMICA INTERNA DE UNO Y/O DOS CANALES. ¿SE ACEPTA?

PARTIDA 117 MONITOR DE SIGNOS VITALES

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.1 MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO. PREGUNTA EN NUESTRA TECNOLOGIA CONTAMOS CON EQUIPOS PRECONFIGURADOS POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO MPDULARES O PRECONFIGURADOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

2.- PIDEN EN EL PUNTO 2.9 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. PREGUNTA: LOS INTERVALOS QUE REQUIEREN SON DE AL MENOS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 O 30 MINUTOS, O 1, 2, 4 U 8 HORAS ¿ES CORRECTO?

3.- PIDEN EN EL PUNTO 2.10 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS

opción para el punto 2.12 siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en la ficha técnica. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo así de esta manera.

6. No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica.

PARTIDA 117

1. Se acepta oferta como opción para el punto 2.1 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

2. Se acepta oferta como opción para el punto 2.9 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3. Se acepta oferta como opción para el punto



DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA DEBERÁ DE SER DE LAS 24 HORAS SOLICITADAS Y DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

4.- PIDEN EN EL PUNTO 2.12 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. CON LA FINALIDAD DE QUE EL MONITOR PUEDA SER USADO TANTO COMO MONITOR DE CABECERA COMO MONITOR DE TRANSPORTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA BATERÍA INTERNA SEA DE AL MENOS 2 HORAS O MAYOR SEGÚN TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?

5.- PIDEN EN EL PUNTO 3.5. REGISTRADOR TÉRMICO, 3.5.1 DE AL MENOS 2 CANALES. PREGUNTA CON LA INTENSIÓN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, NO DIRIGIR LA COMPRA HACIA UNA MARCA ESPECÍFICA Y EVITAR QUE UNA SOLA CASA COMERCIAL PARTICIPE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA IMPRESORA TÉRMICA INTERNA DE UNO Y/O DOS CANALES. ¿SE ACEPTA?

#### PARTIDA 123 OXIMETRO DE PULSO

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.3 CON POSIBILIDAD DE TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXIGENO DE AL MENOS 24 HORAS.

2.- PIDEN EN EL PUNTO 2.4 MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS DE AL MENOS 24 HORAS.

3.- PIDEN EN EL PUNTO 2.7 PANTALLA DE DESPLIEGUE TIPO LCD. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE

2.10 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

4. Se acepta oferta como opción para el punto 2.12 de la presente partida siempre y cuando cumpla con lo requerido por la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

5. No se acepta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica.

#### PARTIDA 123

1. No se da respuesta ya que no realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.

2. No realiza pregunta o precisión alguna relativa a la convocatoria de mérito en la opinión vertida por el licitante.

3. Se acepta oferta de pantalla Led como opción para el punto 2.7 siempre y cuando cumpla con las características descritas en la presente ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PODER OFERTAR PANTALLA DE LEDS CON LA EXHIBICIÓN DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS ¿SE ACEPTA?

4.- PIDEN EN EL PUNTO 2.10 ASA INTERCONSTRUIDA AL CUERPO DEL EQUIPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PARA ESTE RENGLÓN UN SISTEMA DE TRASPORTE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

5.- PIDEN EN EL PUNTO 2.11 CON PESO DENTRO DEL RANGO DE 2 KG. A 3.5 KG. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR EL PESO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO NO PASE DE 3.5 KG. ¿SE ACEPTA?

6.- PIDEN EN EL PUNTO 5.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/ 60 HZ. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS OXIMETROS DEBERÁN DE OPERAR TANTO CONECTADOS A LA CORRIENTE ELÉCTRICA COMO CON LA BATERÍA SOLICITADA EN EL PUNTO 2.13. ¿ES CORRECTO?

PARTIDA 122 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.2 PANTALLA CON TECNOLOGÍA LCD O SUPERIOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PANTALLA DE LEDS CON LA EXHIBICIÓN DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS ¿SE ACEPTA?

2.- PIDEN EN LOS PUNTOS 2.4.1 PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE, 2.4.1.1 CON INTERVALO DE 0 A 100 %.

4. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el punto 2.10 de la ficha técnica establecida por la convocante.

5. Se acepta oferta como opción al punto 2.11 siempre cuando no exceda el peso de 3.5kg establecido en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. Es correcto los equipos deberán operar tanto conectados a la corriente eléctrica como con la batería solicitada en el punto 2.13 de la presente ficha técnica.

PARTIDA 122

1. Se acepta oferta de pantalla Led como opción para el punto 2.2 siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en al presente ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

2. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica.

76

ENTENDEMOS QUE ESTAS MEDIDAS SON LAS MÍNIMAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTO?

3.- PIDEN EN EL PUNTO 2.4.2 FRECUENCIA DE PULSO DEL RANGO DE 18 A 250 LATIDOS POR MINUTO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTAS MEDIDAS SON LAS MÍNIMAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTO?

4.- PIDEN EN EL PUNTO 2.11 PESO MÁXIMO DE 550 GRAMOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PESO INCLUYE LAS BATERÍAS ALCALINAS QUE SOLICITAN. ¿ES CORRECTO?

PARTIDA 148 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS DOS SALIDAS MONOPOLARES SON UTILIZABLES CONTEMPORÁNEAMENTE POR PARTE DE DOS OPERADORES, AMBAS OPERADAS CON MANDOS MANUALES SOBRE LOS MANGOS PORTA ELECTRODOS, AMBAS CON MANDO DE DOBLE PEDAL O UNA CON MANDOS MANUALES Y UNA CON MANDO DE DOBLE PEDAL Y LA SALIDA BIPOLAR ES UTILIZABLE INDEPENDIENTEMENTE Y CONTEMPORÁNEAMENTE A LAS MONOPOLARES Y DEBE DE SER ACTIVABLE EN DOS MODALIDADES: PARA EL CORTE O COAGULACIÓN CON EL MANDO DE DOBLE PEDAL Y PARA LA COAGULACIÓN, SELECCIONANDO UNA CORRIENTE QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PERMITIR DISPONER DE UNA COAGULACIÓN CON MANDO MANUAL DE ACTIVACIÓN SIN TENER NECESIDAD DE USAR LAS PINZAS ESPECIALES. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- PIDEN EN EL PUNTO 2.2.3 CON AL

3. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica.

4. Es correcto, el peso deberá incluir el peso de las baterías alcalinas que se solicitan en la ficha técnica.

PARTIDA 148

1. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica de descripción del artículo.

MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA COAGULACIÓN SPRAY Y A LA COAGULACIÓN DE CONTACTO. ¿ES ESTO CORRECTO?

3.- PIDEN EN EL PUNTO 2.3 SALIDA BIPOLAR. PREGUNTA: LA SALIDA BIPOLAR QUE SOLICITAN DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD DE TENER MODO DE CORTE, CORTE COAGULANTE Y COAGULACIÓN BIPOLAR. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- PIDEN EN EL PUNTO 2.3.1 CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 WATTS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA POTENCIA BIPOLAR ES PARA LAS COAGULACIONES MICRO PRECISAS. ¿ES CORRECTO?

5.- EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR ENTENDEMOS QUE PARA LA POTENCIA MACRO BIPOLAR SE DEBERÁ DE EXHIBIR UNA POTENCIA DE AL MENOS 100 WATTS O MAYOR. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- PIDEN EN EL PUNTO 2.5 FRECUENCIA DE SALIDA. 2.5.1 FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 300 KHZ. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN QUE LA FRECUENCIA DE TRABAJO MONOPOLAR Y BIPOLAR DEBERÁ DE SER SUPERIOR A LOS 300 KHZ.

7.- PIDEN EN EL PUNTO 2.7 PANTALLA LCD O TFT. PREGUNTA: DEBIDO A LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO Y CON LA FINALIDAD DE NO DIRIGIR LA COMPRA HACIA UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, NI DIRIGIR LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE

2. Es correcto.

3. Lo que requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica del artículo.

4. Se requiere potencia mínima requerida de 70 watts para el modo de coagulación en función bipolar.

5. No es correcta. Lo requerido se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica de descripción del artículo, por lo que lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la convocante.

6. Se ratifica que deberá ser mayor o igual a 300kHz.

7. Se acepta oferta de pantalla Led como opción para el punto 2.7 siempre y cuando cumpla con las características descritas en la ficha técnica. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

PODER OFERTAR EQUIPOS CON PANTALLA DE LEDS. ¿SE ACEPTA?

8.- PIDEN EN EL PUNTO 2.8 INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. PREGUNTA: SE REFIEREN A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR ADEMÁS DE LA EXHIBICIÓN NUMÉRICA DE LAS POTENCIAS CON UNA INDICACIÓN EN COLOR AMARILLO O AZUL DEL USO DE LA POTENCIA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

9.- PIDEN EN EL PUNTO 3.1 CARRO PARA SOPORTE Y TRANSPORTE DEL EQUIPO. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CARRO SOLICITADO DEBERÁ DE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD. ¿ES CORRECTO?

10.- PIDEN EN EL PUNTO 3.1.1 CON SOPORTE O LUGAR PARA PEDAL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CARRO SOLICITADO DEBERÁ DE TENER AL MENOS UN ENTREPAÑO PARA GUARDAR EL PEDAL. ¿ES CORRECTO?

11.- PIDEN EN EL PUNTO 3.1.2 CON SOPORTES PARA CABLES DE INSTRUMENTO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA DEBERÁ DE SER DEMOSTRADA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

12.- PIDEN EN EL PUNTO 3.2.1 CON FUNCIÓN DE CAMBIO A MODO DE CONTROL BIPOLAR EN EL MISMO PEDAL, O: 3.3 PEDAL BIPOLAR, (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), EL CUAL DEBE GARANTIZAR LA NO ENTRADA DE AGUA ARROJADA A CHORRO (DESDE CUALQUIER ÁNGULO) O INMERSIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS

8. Se acepta su solicitud como opción al punto 2.8 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

9. Puede ofertar de la misma marca que la unidad sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

10. Es correcto, el carro deberá tener lugar para guardar el pedal.

11. Es correcto.

12. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica.

QUE EL PEDAL SOLICITADO ES A PRUEBA DE AGUA Y A PRUEBA DE EXPLOSIÓN Y QUE SE PODRÁ OFERTAR UN SOLO PEDAL PARA LOS MODOS MONOPOLARES Y BIPOLARES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE NO ES NECESARIO OFERTAR DOS PEDALES. ¿ES ESTO CORRECTO?

13.- PIDEN EN EL PUNTO 3.4 AL MENOS UN LÁPIZ REUSABLE CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LA POTENCIA DE CORTE Y COAGULACIÓN, CON CABLE DE 3 M COMO MÍNIMO. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECEMOS DOS LÁPICES REUSABLE ESTERILIZABLES DE OPERACIÓN DE PEDAL SIN COSTO PARA LA INSTITUCIÓN, PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

14.- PIDEN EN EL PUNTO 4.1 PLACAS DE RETORNO DESECHABLES CON CABLE DE CONEXIÓN. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA NO ES NECESARIO QUE LAS PLACAS TENGAN UN CABLE PARA PODER OPERAR YA QUE JUNTO CON LA UNIDAD SE ENTREGA UNA CABLE REUSABLE QUE SE PUEDE ADAPTAR A TODAS LAS PLACAS DESECHABLES, PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA DE PLACAS SIN CABLE. ¿SE ACEPTA?

15.- PIDEN EN EL PUNTO 4.1.3 10 PLACAS TAMAÑO NEONATAL. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA SE UTILIZAN LAS MIMAS PLACAS TANTO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO COMO PARA PACIENTES NEONATALES POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA SOLA PLACA PARA AMBOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?

PARTIDA 149 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

1.- PIDEN EN EL PUNTO 2.2.2 CON MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS.

13. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 3.4 establecidas en ficha técnica de la presente convocatoria.

14. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica.

15. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica, favor de apegarse a la descripción señalada.

PARTIDA 149

1. No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica, favor de

PREGUNTA ENTENDEMOS QUE EL MODO QUE REQUIERE EN UN MODO ENDO CON CORTE COAGULANTE DE MÍNIMO 200 WATTS. ¿ES CORRECTO?

2.- PIDEN EN EL PUNTO 2.3.1 CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 WATTS. PIDEN EN EL PUNTO 2.3.1 CON PIDEN EN EL PUNTO COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 WATTS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA POTENCIA BIPOLAR ES PARA LAS COAGULACIONES MICRO PRECISAS. ¿ES CORRECTO?

3.- EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR ENTENDEMOS QUE PARA LA POTENCIA MACRO BIPOLAR SE DEBERÁ DE EXHIBIR UNA POTENCIA DE AL MENOS 100 WATTS O MAYOR. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- PIDEN EN EL PUNTO 2.2.3 CON AL MENOS DOS MODOS O EFECTOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 100 WATTS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA COAGULACIÓN SPRAY Y A LA COAGULACIÓN DE CONTACTO. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- PIDEN EN EL PUNTO 2.5 FRECUENCIA DE SALIDA. 2.5.1 FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 300 KHZ. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN QUE LA FRECUENCIA DE TRABAJO MONOPOLAR Y BIPOLAR DEBERÁ DE SER SUPERIOR A LOS 300 KHZ.

6.- PIDEN EN EL PUNTO 2.7 PANTALLA LCD O TFT. PREGUNTA: DEBIDO A LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO Y CON LA FINALIDAD DE NO DIRIGIR LA COMPRA HACIA UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, NI DIRIGIR LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA,

apegarse a la descripción señalada.

2. Se requiere potencia mínima requerida de 70 watts para el modo de coagulación en función bipolar.

3. No es correcta. Lo requerido se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica de descripción del artículo, por lo que lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la convocante

4. Es correcto.

5. Se ratifica que deberá ser mayor o igual a 300KHZ.

6. Se acepta ofertar pantalla Led como opción para el punto 2.7 siempre y cuando cumpla con las características descritas en la ficha técnica, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS CON PANTALLA DE LEDS. ¿SE ACEPTA?

7.- PIDEN EN EL PUNTO 2.8 INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. PREGUNTA: SE REFIEREN A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR ADEMÁS DE LA EXHIBICIÓN NUMÉRICA DE LAS POTENCIAS CON UNA INDICACIÓN EN COLOR AMARILLO O AZUL DEL USO DE LA POTENCIA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?

8.- PIDEN EN EL PUNTO 2.9.2 UN EVACUADOR DE HUMO CON SUCCIÓN REGULABLE O FIJA MAYOR A 700 LPM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS PODRÁN OPERAR DESDE 650 HASTA 700 LPM O MAYOR ¿ES CORRECTO?

9.- PIDEN EN EL PUNTO 2.9.3 PARA CAPTURAR PARTÍCULAS DE AL MENOS 0.12 MICRAS. PREGUNTA EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UN SISTEMA DE FILTRO DE TRES FASES, DOS ANTIBACTERIANOS DE TIPO HEPa, CON UNA EFICACIA TOTAL DE 99,99999% PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRÓN, Y UNO ANTI-LORES DE CARBÓN ACTIVO, CONTROLADOS MEDIANTE MICROPROCESADOR DE DOBLE CONTROL. CON ESTO SE LOGRA REDUCIR LA EFICACIA DEL FILTRO POR DEBAJO DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE YA QUE UN DOBLE FILTRADO ES MÁS EFICIENTE QUE UNO SOLO FILTRO ¿SE ACEPTA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA?

10.- PIDEN EN EL PUNTO 3.1 CARRO PARA SOPORTE Y TRANSPORTE DEL EQUIPO. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL CARRO SOLICITADO DEBERÁ DE SER

7. Se acepta su solicitud como opción al punto 2.8 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

8. No es correcto, se ratifica la succión deberá ser regulable o fija mayor a 700 LPM. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.9.2 de la ficha técnica, en la presente convocatoria.

9. Se acepta oferta para el punto 2.9.3 siempre y cuando se demuestre que la tecnología cumple con las características descritas en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera

10. Puede ofertar carro de la misma marca que la unidad sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.



DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD.  
¿ES CORRECTO?

11.- PIDEN EN LOS PUNTOS 3.2 PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), EL CUAL DEBE GARANTIZAR LA NO ENTRADA DE AGUA ARROJADA A CHORRO (DESDE CUALQUIER ÁNGULO) O INMERSIÓN. 3.3 PEDAL BIPOLAR. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), EL CUAL DEBE GARANTIZAR LA NO ENTRADA DE AGUA ARROJADA A CHORRO (DESDE CUALQUIER ÁNGULO) O INMERSIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS PEDALES SOLICITADOS SON A PRUEBA DE AGUA Y A PRUEBA DE EXPLOSIÓN Y QUE SE PODRÁ OFERTAR UN SOLO PEDAL PARA LOS MODOS MONOPOLARES Y BIPOLARES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE NO ES NECESARIO OFERTAR DOS PEDALES. ¿ES ESTO CORRECTO?

12.- PIDEN EN EL PUNTO 3.4 AL MENOS UN LÁPIZ REUSABLE SIN BOTONES PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE LÁPIZ REUSABLE ESTERILIZABLES DE OPERACIÓN DE PEDAL. ¿ES CORRECTO?

13.- PIDEN EN EL PUNTO 4.1.3. 10 PLACAS TAMAÑO NEONATAL. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA SE UTILIZAN LAS MIMAS PLACAS TANTO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO COMO PARA PACIENTES NEONATALES POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA SOLA PLACA PARA AMBOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?

14.- PIDEN EN EL PUNTO 4.4 AL MENOS CINCO ASAS PARA CONIZACION. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO): PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIEREN SON ELECTRODOS DE LLENTZ DE 10 A 12 CM DE LARGO Y DE MEDIDA DE 10X10 MM. ¿ES CORRECTO?

11. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 3.2.

12. Es correcto.

13. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.1.3 establecidas en ficha técnica de la presente convocatoria.

14. No es correcto, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.4 establecida en la ficha técnica de la presente convocatoria.

15.- PIDEN EN EL PUNTO 4.4.1. AL MENOS TRES ASAS PARA CONIZACION DE 15 +/- 2 MM CON LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIEREN SON ELECTRODOS DE LLENTZ DE 10 A 12 CM DE LARGO Y DE MEDIDA DE 15X10 MM. ¿ES ESTO CORRECTO?

16.- PIDEN EN EL PUNTO 4.4.2. AL MENOS TRES ASAS PARA CONIZACION DE 20 +/- 2 MM CON LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIEREN SON ELECTRODOS DE LLENTZ DE 10 A 12 CM DE LARGO Y DE MEDIDA DE 20X10 MM. ¿ES ESTO CORRECTO?

17.- PIDEN 4.4.3. AL MENOS TRES, TIPO BOLA DE 1 MM DE DIÁMETRO LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. PREGUNTA: UN ELECTRODO TIPO BOLA DE UN MM DE DIÁMETRO PARECE MÁS UN ELECTRODO DE AGUJA ROMA O GRUESO Y NO UN ELECTRODO DE BOLA COMO TAL POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ELECTROS DE BOLA DE 2 O 2.5.MM. ¿SE ACEPTA?

18.- PIDEN EN EL PUNTO 4.5 FILTRO PARA EL EVACUADOR DE HUMO, (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: LA CONVOCANTE SERÍA TAN AMABLE EN DECIRNOS CUANTOS FILTROS DESECHABLES PARA EL EVACUADOR DE HUMO DEBEMOS DE OFERTAR. ¿FAVOR DE ACLARAR?

**PARTIDA 157 VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL**

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 2.3.1.1. Y 2.3.1.2. VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 2500 ML PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO

15. No es correcto, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.4.1 establecida en la ficha técnica de la presente convocatoria.

16. No es correcto, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.4.2 establecida en la ficha técnica de la presente convocatoria.

17. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.4.3 establecida en la ficha técnica de la presente convocatoria.

18. Un kit de arranque que cumpla con las características solicitadas en la ficha técnica de la presente convocatoria.

**PARTIDA 157**

1. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 2.3.1.1 y 2.3.1.2 establecidas en la ficha técnica. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área

BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES UN EQUIPO QUE OFREZCA UN VOLUMEN CORRIENTE MÍNIMO DE 10ML Y UN MÁXIMO DE 2000ML O MÁS YA QUE CON ESTE RANGO NOS PERMITE VENTILAR PACIENTES INFANTES HASTA ADULTOS DE MÁS DE 150KG DE PESO Y ADEMÁS NUNCA SE REQUIEREN VOLÚMENES MAYORES A 2000 ML. ¿PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA? ¿SE ACEPTA? EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN OFRECIDA PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 2.3.3. Y 2.3.3.2. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES UN EQUIPO QUE OFREZCA EL PARÁMETRO DE PRESIÓN INSPIRATORIA PICO EN 80CMH2O DEBIDO A QUE DE ACUERDO A LITERATURA CLÍNICA NO HAY MEJORÍA ALGUNA EN LOS PACIENTES VENTILADOS CON UNA PRESIÓN

usuaria.

2. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 2.3.3 y 2.3.3.2 establecidas en la ficha técnica.

INSPIRATORIA PICO MAYOR A 90CMH2O POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

3.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN OFRECIDA PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.9 CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTÁNEO PRESIÓN SOPORTE O ASV. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA ESTA CARACTERÍSTICA ES LLAMADA VAPS (VENTILACIÓN CON VOLUMEN ASEGURADO PRESIÓN DE SOPORTE Y PRESION CONTROLADA) PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA EL TIEMPO ESPIRATORIO SE REGULA AUTOMÁTICAMENTE CON RESPECTO AL TIEMPO INSPIRATORIO, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y RELACIÓN I:E POR LO QUE NO SE REQUIERE CONTAR CON TIEMPO ESPIRATORIO ¿PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA? ¿SE ACEPTA?

EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.23 MEDICIÓN DE CO2. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE

3. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

4. Se acepta oferta como opción para el punto 2.4.9 siempre y cuando se demuestre que cumple con las características señaladas en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

5. Se acepta oferta como opción al punto 2.5.7 siempre y cuando se demuestre que cumple con las características señaladas en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 2.5.23 establecidas en la ficha técnica.

CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

6.- EN CASO NEGATIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR UN CAPNOGRAFO INTEGRADO AL VENTILADOR Y NO INTERCOSTRUIDA. ¿SE ACEPTA?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.6.13 ALARMA DE CAPNOGRAFÍA. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

8.- EN CASO NEGATIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR UN CAPNOGRAFO INTEGRADO AL VENTILADOR Y NO INTERCONSTRUIDO. ¿SE ACEPTA?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.7.12 CAPNOGRAFO INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, DIRIGE LA

6. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

7. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 2.6.13 establecidas en la ficha técnica.

8. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

9. No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 2.7.12 establecidas en la ficha técnica.

COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

10.- EN CASO NEGATIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR UN CAPNOGRAFO INTEGRADO AL VENTILADOR Y NO INTERCONSTRUIDO. ¿SE ACEPTA?

11.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 4.4. LÍNEAS DE MUESTRO PARA CAPNOGRAFÍA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR UN CAPNOGRAFO INTEGRADO AL VENTILADOR Y NO INTERCONSTRUIDO. ¿SE ACEPTA?

12.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 7.2.1. CERTIFICADO FDA O CE O EL EQUIVALENTE DEL PAÍS DE ORIGEN. ADICIONALMENTE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO Y ACCESORIOS: VENTILADOR Y HUMIDIFICADOR. 7.3 REGISTRO SANITARIO. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS HUMIFICADORES SON ACCESORIOS ADICIONALES Y VIENEN CON TALES EN LOS EQUIPOS PRINCIPALES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ESTE ACCESORIO SEA OPCIONAL Y SOLO SE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN DEL VENTILADOR. ¿SE ACEPTA?

PARTIDA 158 VENTILADOR ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.1.2. FRECUENCIA OSCILATORIA DE 3 A 20

10. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.7.12 de la ficha técnica establecida por la convocante.

11. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 4.4 de la ficha técnica establecida por la convocante.

12. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 7.2.1 y 7.3 de la ficha técnica establecida por la convocante.

PARTIDA 158

1. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2.1.2 de la ficha técnica

HZ. PREGUNTA: SI CONSIDERAMOS QUE 60 RPM ES EQUIVALENTE A UN HZ (HERTZ) Y QUE LOS PROTOCOLOS DE INHALOTERAPIA SEÑALAN QUE UNA VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA ES GENERADA POR ARRIBA DE LAS DE 280 RPM (RESPIRACIONES POR MINUTO) (4 HZ) Y ADEMÁS QUE 180 RPM (3HZ) SE PUEDEN ENTREGAR CON UNA VENTILACIÓN CONVENCIONAL ENTENDEMOS QUE 3 HZ NO ES CONSIDERADA UNA VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS QUE OPEREN DE 5 O MENOR A 20 O MAYOR HZ (HERTZ) PARA QUE SEA CONSIDERADA UNA VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA. ¿SE ACEPTA?

2.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN OFRECIDA PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.1.3. RANGO DE OSCILACIÓN DE: 0 A 80 CM O MAYOR. AMPLITUD. CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN ESTE PUNTO Y QUE DEBE DE DECIR RANGO DE AMPLITUD DENTRO DEL RANGO DE 0 A 80 CM O MAYOR. ¿ES ESTO CORRECTO?  
EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARARNOS A QUE SE REFIEREN CON ESTE PUNTO.

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.2.6. PRESIÓN SOPORTE (PSV): DE 0 A 99 CMH2O. PREGUNTA: DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC;

establecida por la convocante.

2. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

3. Rango de oscilación o amplitud de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

4. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2.2.6 de la ficha técnica establecida por la convocante.

89

QUE ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, A QUE DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES UN EQUIPO QUE OFREZCA EL PARÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 0 A 99 CMH2O. ¿SE ACEPTA?

5.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LAS CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN OFRECIDA PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECÍFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.10. MONITOREO DE PORCENTAJE DE FUGAS. PREGUNTA ENTENDEMOS QUE EL MONITOREO DE LAS FUGAS DEBERÁ DE REALIZARSE DE MÍNIMO 10 Y MÁXIMO 50%. ¿ES ESTO CORRECTO?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.12. PANTALLA A COLOR DE 12" O MAYOR. DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; QUE ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, A QUE DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES UN EQUIPO QUE OFREZCA UNA PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 10 PULGADAS O MAYOR. ¿SE ACEPTA?

5. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad con las necesidades del área usuaria.

6. Cada licitante deberá comprobar porcentaje de fugas según tecnología de cada fabricante.

7. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.3.12 de la ficha técnica establecida por la convocante.



8.- EN CASO NEGATIVO. FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LAS CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN OFRECIDA PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 2.4.9. MAP LÍMITE INFERIOR Y 2.4.10. MAP LÍMITE SUPERIOR. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA LA MAP INFERIOR ES "0" CERO Y LA MAP SUPERIOR ES DERIVADA DEL CÁLCULO DE PRESIÓN MÁXIMA, TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO PEEP Y TIEMPO TOTAL POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

10.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 2.4.11. LÍMITE SUPERIOR DE AMPLITUD. 2.4.12. LÍMITE INFERIOR DE AMPLITUD. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA DEBERÁ DE SER DEMOSTRADA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?

11.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 3.7 FUELLE (BLOWER) PARA HFO QUE GENERA FLUJO DE AIRE PRESURIZADO POR MEDIO DE UNA VÁLVULA ROTATORIA. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON EL PRINCIPIO DE TRABAJO DE LA ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA A BASE DE UNA MEMBRANA OSCILATORIA ACTIVA CUYO SISTEMA DE TRABAJO ES MEJOR QUE EL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿PODEMOS OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA? ¿SE ACEPTA?

12.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 4.5 Y 4.6 SOLICITAN CIRCUITOS REUSABLE Y

8. Las especificaciones técnicas se determinaron de conformidad a las necesidades del área usuaria.

9. Si acepta oferta para el punto 2.4.9 siempre y cuando se demuestre que la tecnología cumple con las características establecidas en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo así de esta manera.

10. Es correcto.

11. Si acepta oferta para el punto 3.7 siempre y cuando se demuestre que la tecnología cumple con las características establecidas en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo así de esta manera.

12. Es Correcto.

DESECHABLES. PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS CIRCUITOS SOLICITADOS DEBERÁN PODER OPERAR TANTO LOS MODOS CONVENCIONALES COMO LA HFO SIN DESCONECTAR AL PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?

13.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN LOS PUNTOS 7.2.1. CERTIFICADO FDA O CE O EL EQUIVALENTE DEL PAÍS DE ORIGEN. ADICIONALMENTE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO Y ACCESORIOS: VENTILADOR Y HUMIDIFICADOR. 7.3 REGISTRO SANITARIO. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS HUMIFICADORES SON ACCESORIOS ADICIONALES Y VIENEN CON TALES EN LOS EQUIPOS PRINCIPALES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ESTE ACCESORIO SEA OPCIONAL Y SOLO SE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN DEL VENTILADOR. ¿SE ACEPTA?

PARTIDA 160 VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA CICLADO POR TIEMPO. PEDIÁTRICO ESTÁNDAR.

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.2 TAMAÑO DE 12" O MAYOR. DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A NI A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; QUE ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, A QUE DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES UN EQUIPO QUE OFREZCA UNA PANTALLA A DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE CUENTA CON UNA PANTALLA A COLOR. ¿SE ACEPTA?

13. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en los numerales 7.2.1 y 7.3 de la ficha técnica establecida por la convocante.

PARTIDA 160

1. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.2.2 de la ficha técnica establecida por la convocante.

<p>2.- EN CASO NEGATIVO FAVOR DE MOTIVAR Y SUSTENTAR LAS RAZONES LEGALES Y CLÍNICAS POR LA CUALES NO SE ACEPTA LA DESCRIPCIÓN OFRECIDA PARA ESTE PUNTO Y PORQUE SE MODIFICÓ LA CEDULA DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO PARA DIRIGIRLO A UNA MARCA ESPECIFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>2. Las especificaciones técnicas de determinaron de conformidad de acuerdo a las necesidades del área usuaria.</p>
<p>3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.2.3 CONTROL DE PARÁMETROS DEL VENTILADOR DIGITAL EN PANTALLA. PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS A OFRECER DEBERÁN DE CONTAR CON UNA PANTALLA QUE EXHIBA DE FORMA NUMÉRICA LOS PARÁMETROS CONTROLADOS. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	<p>3. No es correcto. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la ficha técnica de la convocante.</p>
<p>4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.3.12 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y POR PRESIÓN. PREGUNTA: DEBIDO A LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO MUNDIAL Y QUE CADA TECNOLOGÍA MANEJA DE FORMA DIFERENTES EL MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPOS CUYO MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER PUEDA SER POR PRESION, FLUJO, O VOLUMEN O UNA COMBINACIÓN DE LOS DOS O MÁS TRIGGER. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>4. Se acepta oferta para el punto 2.3.12 siempre y cuando se demuestre que la tecnología cumple con las características establecidas en la ficha técnica de la convocante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4.5 NCPAP (CPAP NASAL). DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A UN VENTILADOR PEDIÁTRICO NEONATAL SINO A UN VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO QUE NO ES UNA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; QUE ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, QUE DIRIGE LA</p>	<p>5. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.4.5 de la ficha técnica establecida por la convocante.</p>

COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA ELIMINADO. ¿SE ACEPTA?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.12 CÁLCULO DEL AUTOPEEP O PEEP TOTAL. DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A UN VENTILADOR PEDIÁTRICO NEONATAL SINO A UN VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO QUE NO ES UNA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; QUE ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, QUE DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA ELIMINADO. ¿SE ACEPTA?

7.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.14 CÁLCULO DEL TRABAJO RESPIRATORIO. DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO CORRESPONDE A UN VENTILADOR PEDIÁTRICO NEONATAL SINO A UN VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO QUE NO ES UNA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL NI DE CENETEC; QUE ES DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO MUNDIAL, QUE DIRIGE LA COMPRA DEL RENGLÓN HACIA UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA ELIMINADO. ¿SE ACEPTA?

8.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.5.18 PORCENTAJE DE FUGAS. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA DEBERÁ SER

6. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.5.12 de la ficha técnica establecida por la convocante.

7. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse a la descripción señalada en el numeral 2.5.14 de la ficha técnica establecida por la convocante.

8. Es correcto.

DEMOSTRADA DE ACUERDO A LA  
TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.  
¿ES CORRECTO?

9.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
SOLICITAN EN EL PUNTO 2.7.11  
AUTOGENERADOR DE AIRE GRADO  
MÉDICO. PREGUNTA: SE REFIEREN A  
QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS  
DEBERÁN DE CONTAR CON UN  
COMPRESOR GRADO MEDICO AUNQUE  
CON ESTO SE INCREMENTE HASTA  
CON UN 25% EL VALOR DE LA UNIDAD  
PRINCIPAL ¿ES ESTO CORRECTO?

10.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
SOLICITAN EN EL PUNTO 4.2.3 4  
BOTONES NEONATALES PARA  
VENTILACIÓN NO INVASIVA.  
PREGUNTA: LA CONVOCANTE NOS  
PODRÍA INFORMAR A QUE SE REFIERE  
CON ESTE PUNTO. ¿FAVOR DE  
ACLARAR?

11.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
SOLICITAN EN EL PUNTO 7.3  
ADICIONALMENTE PARA EL SIGUIENTE  
EQUIPO Y ACCESORIOS: 7.3.1  
VENTILADOR Y HUMIDIFICADOR.  
PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS  
HUMIFICADORES SON ACCESORIOS  
ADICIONALES Y VIENEN CON TALES EN  
LOS EQUIPOS PRINCIPALES  
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE  
LA PRESENTACIÓN DE LA  
DOCUMENTACIÓN PARA ESTE  
ACCESORIO SEA OPCIONAL Y SOLO SE  
ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN DEL  
VENTILADOR. ¿SE ACEPTA?

12.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
SOLICITAN EN EL PUNTO 4.2 SISTEMA  
CPAP NASAL DESECHABLE PARA  
VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA  
PACIENTE NEONATAL, CON  
ADAPTADORES, TUBOS FLEXIBLES Y  
CONECTORES, QUE INCLUYA: 4.2.1

9. No es correcto. Lo requerido por la convocante  
se encuentra debidamente descrito en la ficha  
técnica de descripción del artículo de la  
convocante.

10. Para fin de evaluación el punto 4.2.3 queda  
eliminado.

11. No se acepta su solicitud. Favor de apegarse  
a la descripción señalada en los numerales 7.3 y  
7.3.1 de la ficha técnica establecida por la  
convocante.

12 Es correcto.

PUNTAS NASALES DESECHABLES Y LIBRES DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA Y USO NEONATAL, TAMAÑOS: 4.2.1.1 NO. 00 O 7 FR (2 PIEZAS), 4.2.1.2 NO. 0 O 9 FR (2 PIEZAS), 4.2.1.3 NO. 1 O 11 FR (2 PIEZAS), 4.2.2 4 MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA Y USO NEONATAL. PREGUNTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL PUNTO 2.4.5. DEBEMOS DE ENTENDER QUE ESTOS PUNTOS NO SE DEBEN DE REFERENCIAR NI OFERTAR. ¿ES ESTO CORRECTO?

**PARTIDA 28. CARRO CAMILLA PARA CADAVERES**

1.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME SI EL CARRO CAMILLA PARA CADAVERES ES CON ELEVADOR ELECTRICO O SIN ELEVADOR ELECTRICO.?

**PARTIDA 41 CONGELADOR VERTICAL**

1.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL CONGELADOR QUE REQUIEREN ES DE GRADO MEDICO?

2.-SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES POSITIVA SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE MENCIONES MÁS CARACTERISTICAS TÉCNICAS QUE REQUIEREN DEL EQUIPO.?

**PARTIDA 134 REFRIGERADOR PARA CADAVERES**

1.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI LA APERTURA DE PUERTAS Y SALIDA DE CHAROLAS DEL REFRIGERADOR DE CADAVERES ES DE FORMA FRONTAL?

2.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI YA SE TIENE EL ESPACIO, LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS PARA INSTALAR EL REFRIGERADOR DE CADAVERES?

**PARTIDA 28**

1. Cada licitante oferta la tecnología de su fabricante para la característica mencionada.

**PARTIDA 41**

1. Se confirma que el equipo deberá ser grado médico.

2. Sera aclarado en la visita a las instalaciones.

**PARTIDA 134**

1. No es correcto. Deberá ser de forma lateral.

2. Esta característica será confirmada por el proveedor en la visita a las instalaciones.

3.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EXISTEN LAS CONDICIONES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA INSTALACION CON EL REFRIGERADOR DE CADAVERES, EJEMPLO: QUE EL REFRIGERADOR PASE POR PUERTAS, PASILLOS, MUROS ETC. YA QUE LAS MEDIDAS DEL EQUIPO EN OCASIONES SE VUELVE UN POCO DIFICIL SU INSTALACION?

DIMENSIONES DEL REFRIGERADOR  
220 cms FRENTE X 95 cms FONDO X  
230 cms ALTURA

3. Esta característica será confirmada por el proveedor en la visita a las instalaciones.

**BIOSERVICIOS, S.A DE C.V.**

**C).-DECARACTERLEGAL**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
REFERENTE A LA FIRMA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL: PREGUNTA: PUEDE FIRMAR LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS UN REPRESENTANTE LEGAL DISTINTO AL QUE FIRMO LAS PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y ACREDITACION DE PERSONALIDAD JURICA ANEXO 5 O DEBERA SE EL MISMO QUE FIRMO ESTOS DOCUMENTOS. ¿FAVOR DE ACALARAR?	Es correcto, siempre que los representantes legales tengan facultades suficientes para ello.
REFERENTE A LA ACREDITACION DE PERSONALIDAD JURICA ANEXO 5. PREGUNTA: SE PODRA PRESENTAR EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL NOATARIADO Y CERTIFICADO POR EL NOPTARIO AUN CUANDO LA BOLETA DE REGISTRO ESTE EN TRAMITE. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR	No se acepta.

**B).- DE CARÁCTER TECNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>PARTIDA 4 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA</b> <b>1.- PIDEN EN EL PUNTO 1.2 CAPACIDAD DE SUCCIÓN PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DE SUCCION DEBERÁ DE SER DE AL MENOS DE 20 LITROS POR MINUTO. ¿ES CORRECTO?</b> <b>2.- PIDEN EN EL PUNTO 1.4 PANEL DE CONTROL PARA: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL PANEL DE CONTROL DEBERÁ DE SER A PRUEBA DE LÍQUIDOS. ¿ES ESTO CORRECTO?</b> <b>3.- PIDEN EN EL PUNTO 1.4.1 ENCENDIDO Y APAGADO PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?</b>	<b>PARTIDA 4</b>  1. Se acepta ofertar capacidad de succión de 20 litros como opción al punto 1.2 de la partida 4 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.  2. Se acepta ofertar panel de control a prueba de líquidos como opción al punto 1.4 de la partida 4 sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.  3. Se refiere a la función integrada al panel de control que permita encender y apagar el equipo, entendiéndose que cada fabricante posee un diseño para llevar a cabo esta función.



4.- PIDEN EN EL PUNTO 1.4.2 GRADUACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN. PREGUNTA: ENTEDEMOS QUE EN NIVEL DE SUCCIÓN DEBERÁ DE SER DE 600 MMHG A MÁXIMO 700 MMHG. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- PIDEN EN EL PUNTO 1.6 GABINETE O BASE RODABLE. PREGUNTA ENTEDEMOS QUE ESTE ACCESORIOS DEBERÁ DE TENER AL MENOS UNA CHAROLA PARA LA GUARDA DE ACCESORIOS Y DEBRA DE SER DE LA KISMA MARCXA QUE EL ASPIRADOR ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- PIDEN EN EL PUNTO 1.7 MOTOR SILENCIOSO. PREGUNTA ENTEDEMOS COMO SILENCIOSO COMO RUIDO IGUAL O MENOR A 50 DECIBELES ¿ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 27 CARDIOTOCOGRFO:

1.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL DEBERÁ SER POR EFECTO DOPPLER CONTINUO. ¿ES ESTO CORRECTO?

2.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS ADEMÁS DE LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y ACTIVIDAD UTERINA DEBERÁN DE CONTAR CON UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE SUPERPOSICIÓN DE SEÑALES QUE PERMITE DIFERENCIAR GEMELOS Y TRILLIZOS. ¿ES ESTO CORRECTO?

4. El nivel de succión deberá estar comprendido entre la capacidad propia del equipo, y que permita conocer la magnitud de succión.

5. Se acepta ofertar al menos una charola para la guarda de accesorio como opción para el punto 1.6 de la partida 4. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. Se solicita demostrar documentalmente que de fábrica posee un diseño de operación silencioso, e indicar en decibeles la magnitud del ruido cuando el equipo se encuentra funcionando.

PARTIDA 27

1. Bastará con demostrar que utiliza tecnología Doppler.

2. Se acepta ofertar un sistema de verificación de superposición de señales que permite diferenciar gemelos y trillizos como opción para el punto 2.1 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

3.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.2. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL Y 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE CON LA FINALIDAD DE QUE DETECCIÓN SEA MÁS EFECTIVA LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON UN TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO MULTICRISTAL DE 12 CRISTALES ALÁMBRICO Y A PRUEBA DE AGUA. ¿ES ESTO CORRECTO?

4.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.2. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL Y 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASEGURE QUE NO SE CAUSE DAÑO AL PACIENTE NI AL OPERADOR LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON INTENSIDAD DE ULTRASONIDO MENOR A 10 MW/CM2. ¿ES ESTO CORRECTO?

5.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.2. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL Y 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ULTRASÓNICA DEBERÁ SER POR EL MÉTODO DE AUTOCORRELACIÓN. ¿ES ESTO CORRECTO?

6.- EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESPECTIVAMENTE EN EL PUNTO 2.3. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL AJUSTE DE LÍNEA BASAL DE TOCO, DEBERÁ SER CON RANGO DE SEÑAL DE 0 A 100 UNIDADES ¿ES ESTO CORRECTO?

3. No es correcta. Lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en la cédula de descripción del artículo, por lo que la especificación y/o característica planteada por la empresa no es requerida para la convocante.

4. Se acepta ofertar intensidad de ultrasonido menor a 10 mW/cm2 como opción para el punto 2.2 y 2.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

5. Se acepta ofertar que el procesamiento de la señal ultrasónica deberá ser por el método de autocorrelación como opción para el punto 2.2 y 2.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.

6. Se acepta ofertar rango de señal de 0 a 100 unidades como opción para el punto 2.3 de la partida 27. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.